

Tarnów, dnia 04.11.2020r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ  
ul. Lwowska 178 a  
33-100 Tarnów  
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG.271.90 .AH. <sup>3922</sup> 120

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów endoskopowych dla CPE Nr sprawy: 90/2020**

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.10.2020r. Zamawiający wyjaśnia:

**Pytanie 1**

**Czy Zamawiający wydzieli:**

**z Zakresu nr 3 pozycje nr 1, 3 w jeden osobny zakres (np. Zakres nr 25a)**

i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a dzięki temu Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

**Prosimy także o dopuszczenie poniższych:**

Zakres 3, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści sfinkterotom trójkanałowy jednorazowego użytku, z mechanizmem płynnego obrotu o 360°, z cięciwą monofilamentą o długości 20mm lub 25mm, średnicą narzędzia 2,0mm i z końcówką dystalną zwężaną do 1,75mm, z noskiem o długości 5mm, o długości narzędzia 1800mm, kompatybilny z przewodnikiem 0,035", posiadający znaczniki widoczne w obrazie RTG, pakowany pojedynczo w sterylne pakiety?

Zakres 3, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści przewodnik jednorazowego użytku do zabiegów endoskopowych, o średnicy 0,035" (prosty, średnio sztywny lub sztywny oraz zagięty średnio sztywny) lub 0,025" (prosty, sztywny) - do wyboru Zamawiającego, pokryty dwukolorowym, kontrastowym znacznikiem znakomicie widocznym w obrazie RTG, przewodnik o rdzeniu nitinolowym, pokryty powłoką hydrofilną o długości 50mm na zwężanym odcinku dystalnym, izolowany elektrycznie, o całkowitej długości narzędzia 4500mm, pakowany pojedynczo, sterylnie, w panczeru transportowym?

**Odpowiedź:**

Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 2**

czy Zamawiający wydzieli: **z Zakresu nr 4 pozycje nr 22 w jeden osobny zakres (np. Zakres nr 25a)**

i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a dzięki temu Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

**Odpowiedź:**

Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 3**

**Prosimy także o dopuszczenie poniższych:**

Zakres 4, poz. 22. Czy Zamawiający dopuści klipsownicę z rozwarciem klipsa wyłącznie 11mm i 16mm (do wyboru Zamawiającego), o długości ramienia 9mm (dla rozwarcia 11mm) lub o długości ramienia 9,5mm (dla rozwarcia 16mm)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Otrzymują:  
1/ Adresat  
2/ A/a

DYREKTOR  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie  
Anna Czech