

Znak: ZOZ.V.010/DZP/19/20

Sucha Beskidzka dnia 07.05.2020r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr ZOZ.V.010/DZP/19/20 na usługi przeglądu technicznego sprzętu medycznego

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Pakiet 7 - APARATY USG

Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić z pakietu 7 aparaty: MINDRAY DC-8 Expert, MINDRAY DC-N3, MINDRAY DC-70 oraz MINDRAY DC-70 X-Insight i utworzyć oddzielny pakiet?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga przeprowadzenia podczas przeglądu niezbędnych aktualizacji oprogramowania urządzenia. W przypadku aparatów ultrasonograficznych dostęp do aktualizacji oprogramowania, które są niezbędne do zainstalowania i wpływają na poprawną pracę urządzenia, posiada tylko i wyłącznie autoryzowany dystrybutor. Wydzielenie urządzeń do osobnego pakietu pozwoli na przygotowanie rzetelnej oferty, której zakres będzie zgody wymaganiami zamawiającego stawianymi w SIWZ, a wykonana usługa spełniać będzie wszystkie zalecenia producenta w zakresie bezpiecznego użytkowania i konserwacji urządzeń medycznych.

Odp. Zamawiający nie wymaga podczas przeglądu aktualizacji oprogramowania.

Z poważaniem:

Z-ca DYREKTORA
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr Janusz Baczewski

Asystent Dyrektora
ds. Techniczno - Eksploatacyjnych
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr inż. Monika Rubcziak

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sabina Steczek