



Postępowanie nr :WB.2710.12.2023.RM

Wrocław, 24 lipca 2023

ZMIANA nr 1 OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Postępowanie pn.: Dostawa wytrząsarki laboratoryjnej do hodowli komórkowych z inkubacją dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi.

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) z uwagi na wartość zamówienia poniżej kwoty 130.000 zł w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadami wewnętrznego Regulaminu Udzielania zamówień publicznych.

I Uniwersytet Wrocławski Wydział Biotechnologii informuje, że **zmianie ulega Załącznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia-Specyfikacja Techniczna - Wymagania minimalne (zmiany zaznaczone na czerwono).**

W związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia przedłużeniu ulega termin otwarcia ofert.

1. Zmianie ulega ust.1 i ust.2 rozdziału VII: MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:
 1. Ofertę wraz z wymaganymi w Ogłoszeniu dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/universytet_wroclawski/proceedings na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia 28 lipca 2023 r. do godziny 11:00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi 28 lipca 2023 r. o godzinie 12:00 za pośrednictwem Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/universytet_wroclawski/proceedings
2. **Pozostałe zapisy ogłoszenia o udzielanym zamówieniu pozostają bez zmian.**

Zatwierdził

Dziekan Wydziału Biotechnologii
dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE-ZMIANA

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: Dostawa wytrząsarki laboratoryjnej do hodowli komórkowych z inkubacją dla Wydziału Biotechnologii Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi.

| Minimalne wymagania techniczne | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------|---|
| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | Parametry oferowane (wypełnia Oferent) |
| | A | B | C |
| | Wytrząsarka laboratoryjna do hodowli komórek z inkubacją orbitową, platformą do przytwierdzania, uchwytami do kolb, statywem do probówek z dostawą i instalacją | | |
| 1. | Wysokość zewnętrzna wytrząsarki z otwartymi drzwiami pokrywy (pokrywa otwiera się do góry) 100-102 cm | TAK – Warunek konieczny | |
| 2. | Zakres prędkości wytrząsania od 25 do 500 rpm (w zależności o obciążenia) | TAK – Warunek konieczny | |
| 3. | Zakres temperatury: od temperatury otoczenia do +80 °C | TAK – Warunek konieczny | |
| 4. | Wytrząsarka wyposażona w zegar w zakresie od 0,01 – 99,59 h | TAK – Warunek konieczny | |
| 5. | Wytrząsarka wyposażona w platformę rozmiarów 46 × 46 cm (18 × 18 cali) | TAK – Warunek konieczny | |

| | | | |
|-----|---|----------------------------|--|
| 6. | Platforma uniwersalna aluminiowa pokryta żywicą fenolową | TAK – Warunek konieczny | |
| 7. | Wstrząsarka wyposażona w 4 uchwyty do kolb stożkowych 2,8 l, przytwierdzanych do platformy | TAK – Warunek konieczny | |
| 8. | Wytrząsarka wyposażona w 1 sztukę - statyw do probówek 30x8x12,9 cm, średnica 18-15mm, 24 probówki | TAK – Warunek konieczny | |
| 9. | Możliwość pracy ciągłej | TAK – Warunek konieczny | |
| 10. | Waga bez akcesoriów 60-61 kg | TAK – Warunek konieczny | |
| 11. | Wyposażona w wizualny i akustyczny alarm w przypadku przekroczenia zadanej prędkości lub temperatury | TAK – Warunek konieczny | |
| 12. | Wytrząsarka wyposażona w 3 tryby programów: <ul style="list-style-type: none"> • Stała prędkość i temperatura • Programowanie wieloetapowe • Port komunikacyjny RS-232 | TAK – Warunek konieczny | |
| 13. | Wytrząsanie orbitalne 2,5 cm | TAK – Warunek konieczny | |
| 14. | Panel sterowania z przodu urządzenia | TAK – Warunek konieczny | |
| 15. | Gwarancja minimalna 24 miesiące | TAK – Warunek konieczny | |
| 16. | Szkolenie z podstawowej obsługi aparatu | TAK – Warunek konieczny | |

.....
(miejsowość, data)

.....
(pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)