

Data zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowanie: 12.12.2023 r.

Wysokie Mazowieckie, 12.12.2023 r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. **Oznaczenie sprawy 25/2023**

Nazwa zadania: **Usługa na przeglądy, konserwacje oraz naprawy sprzętu medycznego**

Zapytanie nr 1.

Dot. Załącznika nr 1 do SWZ Formularz cenowy, Pakiet Nr 1 – Sprzęt różny

1. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu pozycji nr 1, 33, 46, 53, 295, 315 jako odrębnego zadania? Jesteśmy autoryzowanym serwisem w Polsce producenta aparatów będących przedmiotem postępowania w w/w pozycjach. Dotychczasowy zapis SIWZ nakładający wymóg złożenia oferty na całość postępowania, powoduje sztuczne podwyższenie cen, zmuszając Oferentów do zawierania konsorcjów oraz subdystrybucji produktów, których asortyment pokrywa różnorodne dziedziny terapii i diagnostyki medycznej. Podział przetargu na w/w zadania, zapewni Zamawiającemu udział w przetargu bezpośrednich importerów części zamiennych i autoryzowanych serwisów producenckich, bez udziału podwykonawców i pośredników, jednocześnie gwarantując:

- uzyskanie niższych cen, zezwalając na konkurencję cenową szerszemu gronu oferentów,
- oszczędne i efektywne wydatkowanie środków publicznych:

a). art. 44 ustawy o finansach publicznych,

b). ustawa PZP Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zm.,

c). druk sejmowy Nr 2218.

- gwarancję oraz serwis autoryzowanego przedstawiciela,
- terminową realizację umowy,

- konkurencyjność przy wyborze wykonawców, niedyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia

oraz równy dostęp wykonawców

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 2.

Dot. SWZ, część V, pkt 4, pakiet 28 oraz Załącznika nr 1 do SWZ, Formularz cenowy, pakiet 28 oraz pakietu 2 poz.4

Prosimy o potwierdzenie, że dla pakietu 28 Zamawiający będzie wymagał przeprowadzenia okresowych przeglądów i konserwacji z użyciem dedykowanego oprogramowania serwisowego, niezbędnego do przeprowadzenia pełnej procedury przeglądowej.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

Zapytanie nr 3.

Dot. SWZ, część V, pkt 4, oraz Załącznika nr 1 do SWZ, Formularz cenowy, oraz Załącznika nr 8 Wzór umowy, § 1, ust. 5 – dotyczy pakietu 28 oraz pakietu 2 poz.4

Czy dla pakietu 28 oraz pozycji 4 w pakiecie 2 Zamawiający dostarczy kody serwisowe niezbędne do wykonania pełnej procedury przeglądowej? Czy zapewnienie legalnych kodów serwisowych leży po stronie Wykonawcy? Powyższa informacja jest niezbędna do przeprowadzenia prawidłowej kalkulacji.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

Zapytanie nr 4.

Dot. SWZ, część V, pkt 7, część XXI oraz Załącznika nr 8 Wzór umowy, § 1, ust. 8 – dotyczy pakietu 28 oraz pakietu 2 poz.4

Mając na uwadze, zapis w par. 4 ust. 1 Umowy iż urządzenia służą do ratowania życia i zdrowia ludzkiego zwracamy uprzejmie uwagę, że na polskim rynku pojawiły się firmy posługujące się certyfikatami wystawionymi przez organizacje nie związane z branżą medyczną i nie posiadające umocowań producenta do prowadzenia takich szkoleń.

Ponadto nie można rzetelnie ocenić kompetencji, jeżeli szkolenie nie obejmowało zakresu wskazanego przez producenta jako obowiązkowego, czyli zgodnego z minimum programowym.

Mając na uwadze przede wszystkim życie i zdrowie pacjentów oraz personelu medycznego oraz zgodnie z zaleceniami producenta uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że dla pakietu 28 Wykonawca musi posiadać certyfikaty ze szkoleń serwisowych prowadzonych przez producenta lub ośrodek szkoleniowy autoryzowany przez producenta.

Wyjaśnienie: Wymagania zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 5.

dot. SWZ, część XII, pkt II, ppkt 3, część XXI oraz część XXII – dotyczy pakietu 28 oraz pakietu 2 poz.4

Prosimy o odstąpienie od dopuszczenia równoważnego dokumentu do certyfikatu/autoryzacji producenta. Zwracamy uprzejmie uwagę, że ISO 13485 to międzynarodowa norma zawierająca wymagania dotyczące wyrobów medycznych, której celem jest zagwarantowanie najwyższej jakości wyrobów oraz ich zgodności z wymaganiami prawnymi i oczekiwaniami. klientów. Zatem nie jest to dokument równoważny ani zbliżony do autoryzacji producenta a tym samym nie potwierdza wymagań jakie producent stawia swoim autoryzowanym przedstawicielom.

Mając na uwadze powyższe prosimy o nadanie następującego brzmienia ustępowi:

Dokument/ certyfikat autoryzowanego serwisu wytwórcy lub certyfikat lub dokument/certyfikat upoważnionego przedstawiciela producenta.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 6.

dot. Załącznika nr 1 do SWZ, Formularz cenowy, pakiet 28

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach pakietu 28 Wykonawca powinien uwzględnić stację roboczą Syngo XWP, w tym wykonać kalibrację opcji 3D, która została dostarczona razem z angiografem i razem z nim współpracuje.

Wyjaśnienie: Tak.

Zapytanie nr 7.

Dot. Załącznika nr 8 Wzór umowy, § 1, ust. 7, pakiet 28 oraz pakietu 2 poz.4

Prosimy o wyjaśnienie jak rozliczane będą usługi diagnostyki. Zwracamy uprzejmie uwagę, że przez przystąpieniem do naprawy Wykonawca musi wykonać diagnostykę awarii. Czy intencją Zamawiającego byłoby: Konieczność przeprowadzenia diagnostyki i napraw lub wymiany części zamiennych na nowe Wykonawca uzgadniał z Zamawiającym, z podaniem przewidzianych kosztów w formie kalkulacji cenowej/kosztorysu?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ – kosztorys naprawy.

Zapytanie nr 8.

Dot. Załącznika nr 8 Wzór umowy, § 1, ust. 11, pakiet 28 oraz pakietu 2 poz.4

Czy podstawą rozliczenia tej usługi będzie stawka za roboczogodzinę podana w formularzu cenowym?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 9.

Dot. Załącznika nr 8 Wzór umowy, § 1, ust. 11, 12, pakiet 28 oraz pakietu 2 poz.4

Czy dla skrócenia czasu reakcji do minimum Zamawiający będzie wymagał dla pakietu 28 oraz poz. 4 w pakiecie 2 wykorzystania systemu zdalnej diagnostyki spełniającej międzynarodową normę standaryzującą system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2013?

Zwracamy uprzejmie uwagę, że zdalna diagnostyka pozwala na znaczne skrócenie czasu ewentualnej niesprawności aparatu.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

Zapytanie nr 10.

Dot. Załącznika nr 8 Wzór umowy, § 1, ust. 12, tiret drugi, pakiet 28 oraz pakiet 2 poz.4

Prosimy o dopisanie:

„dla czynności naprawy jeden dzień roboczy od rozpoczęcia działań naprawczych.”

Zwracamy uprzejmie uwagę, że w par. 1 ust 11. Wykonawca ma 24 godziny na przystąpienie do działań naprawczych.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

Zapytanie nr 11.

Dot. Załącznika nr 8 Wzór umowy, § 1, ust. 12, tiret drugi, pakiet 28 oraz pakiet 2 poz.4

Prosimy o doprecyzowanie, że czas naprawy wymagającej zastosowania części zamiennych będzie liczony od potwierdzenia oferty na zakup części.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

Zapytanie nr 12.

Dot. Załącznika nr 8 Wzór umowy, § 1, ust. 15, pakiet 28

Prosimy o wykreślenie dla pakietu 28 zapisu: „W przypadku braku możliwości zamontowania oryginalnych części wynikających z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jest on zobowiązany do poinformowania o zaistniałym fakcie Zamawiającego”. Zwracamy uprzejmie uwagę, że dla aparatu Artis Zee Ceiling są dostępne części nowe, oryginały części zamienne od producenta, przez cały okres trwania umowy.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

Zapytanie nr 13.

Dot. Załącznika nr 8 Wzór umowy, § 3, ust. 4, pakiet 28 oraz pakietu 2 poz.4

Zwracamy uwagę, że angiograf Artis Zee Ceiling w pakiecie 28 oraz aparat Mobilett Elara Max (pakiet 2 poz. 4) jest wyrobem medycznym, który uzyskał Certyfikat CE w danej konfiguracji i jego konserwacja i naprawy wymagają zastosowania oryginalnych części dopuszczonych przez producenta aparatu, w związku z powyższym prosimy o zastąpienie zapisu „zastosowania korzystniejszych rozwiązań” zapisem „zastosowania rozwiązań które nie mogą prowadzić do utraty certyfikatu CE i mają być zgodne z zaleceniami producenta”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

Zapytanie nr 14.

Dot. Załącznika nr 8 Wzór umowy, § 4, ust. 1, pakiet 28

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprawność techniczną obsługiwanego urządzenia w pakiecie 28 w zakresie określonym umową.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

Zapytanie nr 15.

Dot. Załącznika nr 8 Wzór umowy, § 5, ust. 5, pakiet 28

W trosce o środowisko naturalne i możliwość ograniczenia zużycia papieru, prosimy o dopuszczenie korzystania przez Zamawiającego z dedykowanego portalu, gdzie gromadzona jest cała dokumentacja dotycząca urządzeń i prowadzonych czynności serwisowych.

Zamawiający w każdym momencie 24 godziny/dobę ma możliwość wglądu/pobrania raportu serwisowego oraz certyfikatu.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

Zapytanie nr 16.**Dot. Załącznika nr 1 do SWZ Formularz cenowy, pakiet 2**

Prosimy o wydzielenie z poz. 4: Aparatu Rtg Mobilett Elara Max Siemens do oddzielnego pakietu. Brak zgody na powyższe uniemożliwi złożenie oferty przez autoryzowany serwis producenta. Nadto może się okazać, że nie istnieje podmiot, który posiada kompetencje (posiada certyfikaty) w zakresie obsługi serwisowej tak wielu różnorodnych aparatów rtg.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 17.**dot. Załącznika nr 1 do SWZ Formularz cenowy, pakiet 2**

Prosimy o potwierdzenie, że aparat z pakietu 2 z poz. 4 RTG Mobilett Elara Max Siemens będzie objęty niniejszą umową po zakończeniu gwarancji, czyli od 12.05.2024r

Wyjaśnienie: Zamawiający potwierdza.

Zapytanie nr 18.**dot. Załącznika nr 8 do SWZ, Projekt umowy**

Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie zapisu:

„W celu wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska w nieograniczony sposób dostęp do urządzenia w uzgodnionych wcześniej przez Strony terminach. Zamawiający zapewni, że urządzenie jak również pomieszczenia, w których urządzenie jest zainstalowane nie będą zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie. Uchybienie powyższemu obowiązкови uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania usług serwisowych.”

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

Zapytanie nr 19.**dot. Załącznika nr 8 do SWZ, Projekt umowy**

Czy mając na uwadze fakt, że podczas realizacji umowy zostaną wytworzone przez Wykonawcę odpady, co do których istnieją wiarygodne do przyjęcia podstawy, że mogą wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne, inne niż zakaźne, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli:

Mając na uwadze art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2021 nr 779 r, z późn. zm.), wytwórcą odpadów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, mogących wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne inne niż zakaźne, wraz z odpowiedzialnością za nie, będzie Zamawiający, który potwierdza, że zagospodaruje je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie dotyczy to w szczególności odpadów sprzętu i podzespołów elektronicznych czy mechanicznych.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

Zapytanie nr 20.**dot. Załącznika nr 8 do SWZ, Projekt umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, iż w sytuacji zmiany danych adresowych Stron umowy nie będzie konieczności zawierania dodatkowego aneksu, a zmiana danych adresowych nastąpi na podstawie pisemnego oświadczenia Strony umowy?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

Zapytanie nr 21.**Dot. Załącznik nr 1 formularz cenowy**

Czy Zamawiający może potwierdzić , a tam gdzie brakuje podać nr seryjne urządzeń wg poniższego ?

Lp.	Nazwa aparatu	Ilość urządzeń	Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy	Cena jednostkowa netto w PLN za wykonanie czynności przeglądowo-konserwacyjnych ¹	Wartość netto w PLN za wykonanie czynności przeglądowo-konserwacyjnych (kol. 3 x kol. 4 x kol. 5)	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto w PLN za wykonanie czynności przeglądowo-konserwacyjnych ¹	Wartość brutto w PLN za wykonanie czynności przeglądowo-konserwacyjnych ² (kol. 3 x kol. 4 x kol. 8)	Miejsce lokalizacji urządzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Videobronchoskop EB 1970K Eb 1970k - G120399p	1	1						Oddział Chorób Wewnętrznych
2	Bronchofiberoskop Fi+16BS Fi 16 Bs - G111003	1	1						Blok Operacyjny
3	Videobronchoskop Pentax EB 15-J10 (procesor, monitor) Eb15-J10 - A120341	1	1						Oddział Chorób Wewnętrznych
4	Bronchofiberoskop FB-18X H111929 + A5p257	1	1						SOR
5	Videobronchoskop EPK-300 LIGHT (Procesor, Myjnia ENDOCLEANER, Ssak, Monitor) Videoprocessor Epk 3000 Light – A120341 Nr seryjny myjni :	1	1						Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki

6	Videobronchoskop EB19-J10 Nr seryjny :	1	1						Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki
Wartość zamówienia ogółem:									

Wyjaśnienie: Poz.1 nr seryjny G 120399p

Poz.2 nr seryjny G 111003

Poz.3 nr seryjny A120341

Poz.4 nr seryjny H111929

Poz.5 nr seryjny ssak 1518182, mylnia 2018-669, monitor C18-003708, procesor 11020203

Poz.6 nr seryjny N 121401.

Zapytanie nr 22.

Czy Zamawiający może potwierdzić, iż urządzenie Duodenoskop Pentax Fd 34v nie podlega usłudze przeglądów?

Wyjaśnienie: Tak, urządzenie skasowane.

Zapytanie nr 23.

Dot. wzór umowy § 1 ust. 12

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu wg poniższego?

12. Ustala się następujące terminy wykonania zlecenia:

-

- dla czynności naprawy jeden trzy dzień roboczy tj . od poniedziałku do piątku z wyłączeniem ustawowo wolnych od pracy , zaś w przypadku naprawy wymagającej zastosowania części zamiennych trzy siedem dni robocze

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

Zapytanie nr 24.

Dot. wzór umowy § 1 ust. 17

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu wg poniższego?

17. W przypadku gdy czas przeglądu lub naprawy będzie przekraczał okres 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązanyW przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 3 000,00 1 500,00zł brutto za każde naruszenie obowiązku

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

Zapytanie nr 25.

Dot. wzór umowy § 4 ust. 2 ppkt. 1), 2), 3)

Czy Zamawiający się na zmniejszenie kar umownych wg poniższego ?

1) Z tytułu nie podjęcia reakcji w terminie określonym niniejszą umową w wysokości 1 000,00 500,00zł. brutto za każde naruszenie

2) Z tytułu zwłoki w wykonaniu przeglądu , konserwacji lub naprawy w wysokości 300,00 100,00zł. brutto za każdy dzień zwłoki

3) Z tytułu nienależytego wykonania przeglądu , konserwacji lub naprawy w wyniku , którego zwrócony sprzęt będzie niesprawny w wysokości 6 000,00 3000,00zł. za każde naruszenie

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

Zapytanie nr 26.

Dot. wzór umowy § 4 ust. 5

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu wg poniższego?

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 30% 20% łącznej wartości umowy z czynności przeglądowo-konserwacyjnych

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

Zapytanie nr 27.

Dot. wzór umowy § 4

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie kolejnego ustępu o następującej treści ?

Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość stosowania kary umownej.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

Zapytanie nr 28.

Dot. wzór umowy § 5

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie kolejnego ustępu wg poniższego?

W przypadku zwłoki w płatności ponad 21 dni od terminu wskazanego na fakturze, Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację zobowiązań umownych do momentu uregulowania zaległości bądź realizować usługę w formie : „ za pobraniem”

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

Zapytanie nr 29.

Dot. Załącznika nr 1 do SWZ formularz cenowy, pakiet 23

Czy Zamawiający może doprecyzować nazwę producenta sprzętu z pakietu nr 23 „Urządzenie do chirurgii tarczycy V-30.30”?

Wyjaśnienie: Producent: Inomed.

Zapytanie nr 30.

Dot. Załącznika nr 1 do SWZ formularz cenowy

Prosimy o wydzielenie z:

-Pakietu 1 pozycji: 9, 10, 11, 13, 18, 24, 25, 43, 51, 54, 126, 145, 199, 285, 287, 288, 289, 294, 296, 297,

302, 303, 306, 308, 313, 314, 319.

-Pakietu 14 pozycji: 3, 4.

-Pakietu 26 pozycji: 4, 6, 9, 12, 16, 18, 19, 24, 26, 28.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ .

Zapytanie nr 31.

Dot. Załącznika nr 1 do SWZ formularz cenowy

Proszę o podanie informacji w Pakiecie 1:

- poz.39 jaki to typ i rodzaj urządzenia „systemu monitorującego”

- poz. 55, 74, 213 jaki to typ ogrzewacza

- poz. 69 jakie to EKG

Wyjaśnienie: Poz. 39 – System monitoringu pacjenta KENIK nr ser. 2019081004703

Poz. 55 – model Mistral-air nr ser. 190368513

Poz. 74 – model Mistral-air

Poz. 213 – podgrzewacz płynów infuzyjnych model Fluido Compact

Po. 69 – Aparat EKG Mindray nr ser. FN-79009502; nr ser. FN-79009503; rok produkcji 2017.

Zapytanie nr 32.

Dot. Załącznika nr 1 do SWZ formularz cenowy, pakiet nr 8

Prosimy o podanie numerów seryjnych urządzeń z formularza cenowego.

Wyjaśnienie: Poz. 1- nr 2D102A004;

Poz. 2 – nr 49374A037;
Poz. 3 – nr 7G391K191;
Poz. 4 – nr 1C653K284;
Poz. 5 – nr 3C642K027;
Poz. 6 – nr 3C642K025.

Zapytanie nr 33.

Dot. Załącznika nr 1 do SWZ formularz cenowy, pakiet 18

Prosimy o podanie numeru seryjnego urządzenia w poz. 1

Wyjaśnienie: NR BG-EW 10-2-AD0NR.

Zapytanie nr 34.

Dot. Załącznika nr 1 do SWZ formularz cenowy, pakiet 18

Prosimy o wyłączenie poz. 1 do oddzielnego pakietu, gdyż obecna konfiguracja nie pozwala na złożenie oferty autoryzowanemu serwisowi.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ .

Zapytanie nr 35.

Dot. wzór umowy § 1 pkt. 11

Czy Zamawiający potwierdzi, że czas reakcji tj. kontakt Wykonawcy z Zamawiającym i ustalenie terminu przystąpienia do czynności przeglądowo-konserwacyjnych lub naprawczych?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

Zapytanie nr 36.

Dot. wzór umowy § 1 pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie numer 8 i 18:

- dla czynności przeglądowo–konserwacyjnych 5 dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

- dla czynności naprawy jeden 5 roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zaś w przypadku naprawy wymagającej zastosowania części zamiennych 5 dni robocze?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

Zapytanie nr 37.

Dot. wzór umowy § 1 pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie numer 8 i 18:14 dni roboczych?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

Zapytanie nr 38.

Dot. wzór umowy § 1 pkt.17, dotyczy pakietu nr 8 i 18

Kwota którą Zamawiający zawarł w projekcie umowy jest kwotą nie adekwatną i nie korzystną dla Wykonawcy. Ponieważ cena za przegląd urządzenia jest dużo niższa prosimy o zmianę tego zapisu na następujący: „...W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5% od ceny jednostkowej netto oferowanej w formularzu cenowym dla naprawianego urządzenia, za każde naruszenie obowiązku.”

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

Zapytanie nr 39.

Dot. wzór umowy § 4 pkt. 2 ppkt. 1)

Czy Zamawiający dopuści kary umowne od kwoty netto, gdyż zgodnie z ustawą podatkową kwota VAT nie ma prawa podlegać karze.?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

Zapytanie nr 40.

Dot. wzór umowy § 4 pkt. 2 ppkt. 2)

Czy Zamawiający dopuści kary umowne od kwoty netto, gdyż zgodnie z ustawą podatkową kwota VAT nie ma prawa podlegać karze.?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

Zapytanie nr 41.

Dot. wzór umowy § 4 pkt. 2 ppkt. 3)

Czy Zamawiający dopuści kary umowne od kwoty netto, gdyż zgodnie z ustawą podatkową kwota VAT nie ma prawa podlegać karze.?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

Zapytanie nr 42.

Dot. wzór umowy § 4 pkt. 2 ppkt. 3)

Kwota którą Zamawiający zawarł w projekcie umowy jest kwotą nie adekwatną i nie korzystną dla Wykonawcy. Dlatego prosimy o zmianę zapisu na następujący:

„z tytułu nienależytego wykonania przeglądu, konserwacji lub naprawy w wyniku, którego zwrócony sprzęt będzie niesprawny w wysokości 5% od ceny jednostkowej netto oferowanej w formularzu cenowym dla naprawianego urządzenia za każde naruszenie”

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

Zapytanie nr 43.

Dot. wzór umowy § 4 pkt. 2 ppkt. 4)

Czy Zamawiający dopuści kary umowne od kwoty netto, gdyż zgodnie z ustawą podatkową kwota VAT nie ma prawa podlegać karze.?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

Zapytanie nr 44.

Dot. wzór umowy § 4 pkt. 2 ppkt. 4)

Czy Zamawiający dopuści 10% łącznego wynagrodzenia umownego netto?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

Zapytanie nr 45.

Dot. wzór umowy § 4 pkt. 2 ppkt. 5)

Czy Zamawiający dopuści kary umowne od kwoty netto, gdyż zgodnie z ustawą podatkową kwota VAT nie ma prawa podlegać karze.?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

Zapytanie nr 46.

Dot. wzór umowy § 4 pkt. 2 ppkt. 5)

Czy Zamawiający dopuści 10% łącznego wynagrodzenia umownego netto?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

Zapytanie nr 47.

Dot. wzór umowy § 4 pkt. 2 ppkt. 6)

Czy Zamawiający dopuści kary umowne od kwoty netto, gdyż zgodnie z ustawą podatkową kwota VAT nie ma prawa podlegać karze.?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

Zapytanie nr 48.

Dot. wzór umowy § 4 pkt. 2 ppkt. 6)

Kwota którą Zamawiający zawarł w projekcie umowy jest kwotą nie adekwatną i nie korzystną dla Wykonawcy. Dlatego prosimy o zmianę zapisu na następujący:

„za naruszenie przez Wykonawcę obowiązku opisanego w § 11 ust. 1 umowy w wysokości 5% od ceny jednostkowej netto oferowanej w formularzu cenowym za każdy taki przypadek”

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

Zapytanie nr 49.

Dot. wzór umowy § 4 pkt. 2 ppkt. 7)

Czy Zamawiający dopuści kary umowne od kwoty netto, gdyż zgodnie z ustawą podatkową kwota VAT nie ma prawa podlegać karze.?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

Zapytanie nr 50.

Dot. wzór umowy § 4 pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści 20%?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

Zapytanie nr 51.

Dot. wzór umowy § 5 pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści 30 dni termin płatności?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

Zapytanie nr 52.

Dot. Załącznika nr 1 do SWZ formularz cenowy, pakiet 29

W celu dokonania prawidłowej kalkulacji ceny oferty, prosimy o podanie wersji oprogramowania zainstalowanej na tomografie komputerowym Aquilion TSX-036A, będącego przedmiotem zamówienia w zakresie pakietu nr 29.

Wyjaśnienie: V8.4 SP0008E.

Zapytanie nr 53.

Dot. wzór umowy § 1 ust. 11

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu reakcji przeznaczonego na zgłoszenie do 48 godz. w dni robocze?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

Zapytanie nr 54.

Dot. wzór umowy §1 ust. 12

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację punktu „Ustala się następujące terminy wykonania zalecenia:

- dla czynności przeglądowo–konserwacyjnych 10 dni roboczych, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
- dla czynności naprawy 5 dni roboczych, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zaś w przypadku naprawy wymagającej zastosowania części zamiennych 10 dni roboczych,
- w przypadku łącznego wykonania naprawy razem z przeglądem zastosowanie mają terminy przewidziane jak dla naprawy.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

Zapytanie nr 55.

Dot. wzór umowy §1 ust. 17

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 2 000,00 zł w przypadku gdy czas przeglądu lub naprawy będzie przekraczał okres 7 dni a Wykonawca nie dostarczy na czas wykonywania przeglądu lub naprawy sprzętu zastępczego?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

Zapytanie nr 56.

Dot. wzór umowy §4 ust. 2 pkt 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej i modyfikację postanowienia umownego na: „z tytułu nie podjęcia z własnej winy reakcji w terminie określonym niniejszą umową w wysokości 500,00 zł brutto za każde naruszenie,“?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

Zapytanie nr 57.

Dot. wzór umowy §4 ust. 2 pkt 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej i modyfikację postanowienia umownego na: „z tytułu nienależytego wykonania przeglądu, konserwacji lub naprawy w wyniku, którego zwrócony sprzęt będzie niesprawny w wysokości 2 500,00 zł brutto za każde naruszenie,“?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

Zapytanie nr 58.

Dot. wzór umowy §4 ust. 2 pkt 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej i modyfikację postanowienia umownego na: „z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego), w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1,“?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

Zapytanie nr 59.

Dot. wzór umowy §11 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie ustępu? Wykonawca ma możliwość zgodnie z zapisami SWZ zlecenia wykonania czynności podwykonawcy co nie musi wiązać się z zatrudnieniem osoby na umowę o pracę. Wykonawca załącza do oferty wykaz osób skierowanych do wykonania zamówienia i świadomie ponosi za to pełną odpowiedzialność.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

Zapytanie nr 60.

Dot. Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz Cenowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakiecie 2 pozycji 5 i 6 oraz utworzenie odrębnego zadania? Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ .

Zapytanie nr 61.

Dot. wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści par.1ust.11 na następujący?

11. Zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przekazywane będą w formie telefonicznej, faksu lub pocztą elektroniczną przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej reakcji od przyjęcia zgłoszenia w celu podjęcia działań naprawczych. Maksymalny czas reakcji Wykonawcy od momentu zgłoszenia w formie telefonicznej, faksu lub pocztą elektroniczną wynosi 48 godzin (dni robocze), przy czym przez podjęcie reakcji strony rozumieją czas liczony od momentu zgłoszenia konieczności wykonania przeglądu / konserwacji lub naprawy przez Wykonawcę do Zamawiającego do momentu potwierdzenia przez Wykonawcę rozpoczęcia prac naprawczych przeglądowo–konserwacyjnych lub naprawczych.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

Zapytanie nr 62.

Dot. wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści par.1ust.12 na następujący?

12. Ustala się następujące terminy wykonania zalecenia: - dla czynności naprawy jeden dzień roboczy,

tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zaś w przypadku naprawy wymagającej sprowadzenia części zamiennych z zagranicy siedem dni roboczych, - w przypadku łącznego wykonania naprawy razem z przeglądem zastosowanie mają terminy przewidziane jak dla naprawy.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

Zapytanie nr 63.

Dot. wzór umowy

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści par.7 i zastąpienie go następującym postanowieniem?: „Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej realizacji przez Wykonawcę zleconych prac, o ile szkody powstały z winy Wykonawcy, na zasadach ogólnych”

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

W imieniu Zamawiającego
Pełnomocnik - Zastępca
Dyrektora ds. ekonomicznych
Wojciech Łuczaj