

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli  
ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin  
tel./fax 81 / 747-63-27  
NIP 712-21-35-822, Regon 4312193

COZL/DZP/AW/3412/PN-146/20

Lublin dnia 21.09.2020 roku

**Dot.: „Dostawa rękawic ochronnych do przygotowywania leków cytostatycznych na potrzeby COZL”.**

Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz.1843), informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

#### **Pytanie 1**

Dotyczy pakiet 1. poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimeryzowane, teksturowane na palcach i dłoni, kolor biały, kształt anatomiczny, mankiet z prostym zakończeniem i opaską lepną zapobiegającą zsuwaniu się, o grubości ścianki na palcu:  $0,22 \pm 0,02$  mm, na dłoni  $0,20 \pm 0,02$  mm, mankiecie:  $0,18 \pm 0,02$ , długość min. 290mm, AQL max 0,65, niski poziom protein lateksowych- poniżej  $50 \mu\text{g/g}$ , sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl. IIa, środek ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN ISO 374 -1(typ B),5, EN 420, EN 455-1,2,3, 4, EN 556, ISO 11137-1, odporne na min 7 cytostatyków na min 4 poziomie odporności wg ASTM D6978, produkowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory umożliwiające zwrot nieużytych rękawic; rozm. 5,5-9,0?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie 2**

Dotyczy Pakiet 1, poz. 2. - Zapis w kolumnie 7 tabeli, w Załączniku 1. „Klasa wyrobu medycznego” Czy z uwagi na fakt iż rękawice mają służyć do ochrony pracownika przed cytostatykami, Zamawiający dopuści rękawice nie będące wyrobem medycznym a jedynie Środkiem Ochrony Indywidualnej?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie 3**

##### **Zadanie 1 poz. 1.**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych o grubości na mankiecie, 0,14mm, długość rękawicy w zależności od rozmiaru 270-302mm, poziom protein <50 mikrogramów. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie 4**

##### **Zadanie 1 poz. 2.**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic neoprenowych w kolorze brązowym, grubość na palcu 0,23 mm, dłoń 0,21 mm, długość rękawicy w zależności od rozmiaru 270-300 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Finansowych i Infrastruktury  
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej  
im. Św. Jana z Dukli  
mgr Dariusz Ciwiński

STARSZY SPECJALISTA  
BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej  
im. Św. Jana z Dukli

mgr Agnieszka Wąsiewicz