



# Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Inowrocław 19.01.2021r.

Wszyscy Wykonawcy  
biorący udział w zapytaniu

EZP 28/2021

dot. przetargu nieograniczonego nr D-66/2020 na Dostawy specjalistycznego sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu.

I. Zamawiający działając na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadanych pytań:

## Pytanie 1

Pytanie nr.1 do zadania 17

Czy Zamawiający udzieli szczegółowej informacji dotyczącej posiadanych napędów (Marka i Model) oraz ich przeznaczenia w celu przygotowania oferty kompatybilnych ostrzy dla posiadanych przez zamawiającego napędów ?

Odpowiedź

Shaver Unit typ 5100-2, konsola TPS+/core

## Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 24:

Poz. 1 - cewnik do dializy przewlekłej zapewniający optymalną łatwość implantowania w połączeniu z wysokim przepływem - wysoką wydajnością, schodkowa i kąтова końcówka cewnika zapobiegająca przyleganiu do ściany naczynia, konstrukcja i materiał Carbothane oraz silikonowe końcówki zapewnia zwiększoną odporność na złamania i elastyczność podczas implantacji, wytrzymały, miękki i odporny na powszechnie stosowane środki do pielęgnacji, zapewniający pacjentowi komfort ,wytrzymały materiał mankietowy umożliwia optymalne mocowanie cewnika, w rozmiarach 19, 23, 28 i 33cm do wyboru przez zamawiającego.

Odpowiedź:



Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SIWZ.

Poz. 2 - cewnik do dializy przewlekłej zapewniający optymalną łatwość implantowania w połączeniu z wysokim przepływem - wysoką wydajnością, zmniejszający nagromadzenie skrzepin, schodkowa i kąтова końcówka cewnika zapobiegająca przyleganiu do ściany naczynia, konstrukcja i materiał Carbothane oraz silikonowe końcówki zapewnia zwiększoną odporność na złamania i elastyczność podczas implantacji, wytrzymały, miękki i odporny na powszechnie stosowane środki do pielęgnacji, zapewniający pacjentowi komfort ,wytrzymały materiał mankietowy umożliwia optymalne mocowanie cewnika.

w rozmiarach 19, 23, 28, 33cm do wyboru przez zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SIWZ.



4



## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

### Pytanie 3

Zadanie nr 29, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych jednoświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające oraz mocowanie cewnika typu „motylek” oraz kabel umożliwiający identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SIWZ.

### Pytanie 4

Zadanie nr 29, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające oraz mocowanie cewnika typu „motylek” oraz kabel umożliwiający identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SIWZ.

### Pytanie 5


Zadanie nr 29, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające oraz mocowanie cewnika typu „motylek” oraz kabel umożliwiający identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SIWZ.

### Pytanie 6



g



## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 24 poz.1 i poz. 2 cewniki do dializy długoterminowej w zestawie, dwuświatłowy, wykonany z poliuretanu o średnicy 14,5 Fr i 16 Fr. Cewnik 14,5 Fr o długości cewnika do mufy: 15, 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm w wersji z ramionami prostymi i 14,5 Fr o długości 19, 24, 28 i 31 cm w wersji z ramionami zakrzywionymi. Przepływ do 500ml/min. Cewnik 16 Fr - długości cewnika do mufy: 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm w wersji z ramionami prostymi i 16 Fr o długości 19, 24, 28 i 31 cm w wersji w wersji z ramionami zakrzywionymi. W wersji 16 Fr przepływ 500 ml/min nawet przy 15% okluzji. Końcówka cewnika schodkowa 3cm. Objętość wypełnienia naniesiona na zaciskach. Światło wewnętrzne cewnika 2.3 mm. Otwory wycięte w systemie 360 st zapobiegające przyssaniu się cewnika do ściany naczynia. Dla cewnika 14,5 Fr wprowadzacz o średnicy 15 Fr a dla cewnika 16 Fr wprowadzacz o średnicy 16,5 Fr. Oba rozmiary ze zintegrowanym zaworem hemostatycznym, nie wymagającym aktywacji, zapobiegającym przedostaniu się powietrza do światła naczynia i utraty krwi. Cewnik w zestawie do zakładania metodą Seldingera”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SIWZ.

### Pytanie 7

Dot. zadania nr 21:

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do cewnikowania o składzie:

1 x serweta barierowa, celulozowo-polietylenowa o gramaturze min. 40 g/m<sup>2</sup>, chłonność min. 7 g/g 50 cm x 60 cm ,

1 x serweta bariera, celulozowo-polietylenowa o gramaturze min. 40 g/m<sup>2</sup>, chłonność min. 7g/g 50 cm x60 cm z otworem o średnicy 5 cm i rozcięciem ,

1 x pęseta plastikowa 13 cm,

1 x kleszczyki plastikowe (pean), 14 cm +/- 0,3 cm

8 x kompresy gazowe 17 - nitkowe, 8 warstw, 7,5 cm x 7,5 cm, masa 1 kompresu min. 1,3g

5 x tufery w kształcie kuli 17 - nitkowe, z wykroju 20 cm x 20 cm,

1 x przezroczysty pojemnik plastikowy z miarką 125 ml,

2 x rękawiczki nitrylowe bezpudrowe, o chropowatej powierzchni przynajmniej na końcach palców, poziom AQL 1,5 rozmiar M,

1 x strzykawka z wodą sterylną z 10% gliceryną 10ml,

1 x strzykawka z żelem poślizgowym ze środkiem znieczulającym Lidokaina i środkiem antyseptycznym w postaci roztworu wodnego chlorhexidine o pojemności 6ml

1 x roztwór antybakteryjny płyn myjący – niszczy bakterie, wirusy i grzyby w szaszetce 30ml

Opakowanie typu twardy blister, poza blistrem – strzykawka z wodą sterylną, strzykawka żelem poślizgowym i roztworem antybakteryjnym, wszystkie elementy zapakowane w worek, na którym znajduje się Etykieta (jedna dla całego zestawu) zgodna z normą EN-PN 15223, z min. dwoma samoprzylepnymi odcinkami zawierającymi: termin ważności, serie, indeks wyrobu, datę ważności?



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

### Pytanie 8

Pytania do projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy



g



## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.



### Pytanie 9

Zadanie 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dreny w rozmiarach, 18, 21, 24, 28, 30 o długości 500mm opakowany podwójnie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.



### Pytanie 10

Zadanie 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarze F 21?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.



### Pytanie 11

Zadanie 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarze F 27?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.



### Pytanie 12

Zadanie 1, pozycja 1-5

Czy Zamawiający dopuści dreny brzuszne o długości 500mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.



### Pytanie 13

Zadanie 11, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści folię wykonaną z poliuretanu i o grubości 25µm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SIWZ.

### Pytanie 14

Zadanie 11, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści folię sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SIWZ.

### Pytanie 15

Zadanie 11, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści folię w opakowaniu zewnętrznym folia-papier, oraz wewnętrznie opakowaną w papier bez nadruku?

8



## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SIWZ.

### Pytanie 16

Zadanie 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 10x24cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

### Pytanie 17

Zadanie 11, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 40x34cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

### Pytanie 18

Zadanie 11, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 45x55cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

### Pytanie 19

Zadanie 16, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści butelki Redona 400ml, posiadające w górnej części butelki jeden oczkowy uchwyt do podwieszania, pakowane w opakowanie łatwe do otwierania, po długiej stronie opakowania, skalowane co 10 ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SIWZ.

### Pytanie 20

Zadanie 16, pozycja 4-6

Czy Zamawiający dopuści dreny Redona wykonane z PCV z perforacją na długości 14 cm?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### Pytanie 21

Zadanie 16, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści dreny Redona 15 w miejsce 16?


Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### Pytanie 22

Zadanie 16, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści przewody do cystoskopu posiadające miękką końcówkę z silikonu, opakowanie jednostkowe papier-folia?



Handwritten signature or mark.



## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### Pytanie 23

Zadanie 21

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

5 x *Tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm*

2 x *Kompres z gazy 13N 8W 7,5cm x 7,5cm*

1 x *Pęseta plastikowa zielona 13cm*

1 x *Woda sterylna w ampułce 10ml*

1 x *Żel poślizgowy w ampulkostrzykawce 6ml*

1 x *Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7cm*

1 x *Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2-warstwowa, z warstwą celulozową*

1 x *Miska nerkowata PVC 12cm x 18cm*

1 x *Pojemnik okrągły poj. 120ml*

2 x *Rękawice diagn. lateksowe bezpudrowe rozm.M?*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SIWZ.

### Pytanie 24

Zad.11

Poz.1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie folii bakteriobójczej wykonanej z poliuretanu 25 +/-5 µ o powierzchni lepnej 15x20 cm, opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### Pytanie 25

Poz.2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie folii bakteriobójczej wykonanej z poliuretanu 25 +/-5 µ o powierzchni lepnej 34x40cm, opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### Pytanie 26

Poz.3


Prosimy zamawiającego o dopuszczenie folii bakteriobójczej wykonanej z poliuretanu 25 +/-5 µ o powierzchni lepnej 60x45cm, opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### Pytanie 27

Zad.18



4



## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestaw ortopedycznego do odsysania z pola operacyjnego składającego się z: uchwytu ergonomicznego z wymiennym filtrem zapasowego filtra, końcówki ssącej prostej z otworami odbarczającymi dł. min. 28 cm, końcówki ssącej zagiętej z otworami odbarczającymi dł. min. 15 cm, końcówki ssącej zagiętej z otworami odbarczającymi dł. min. 23 cm, drenu do ssaka z miękkimi zabezpieczeniami antyzagięciowymi i uniwersalną docinaną końcówką od strony ssaka (8-18 mm), dł. min 270cm, w opakowaniu jednostkowym instrukcja obsługi, graficzna. Podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie papierowo--foliowe

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### Pytanie 28

Poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu składającego się z końcówki ssącej zagiętej z 4 otworami odbarczającymi, bez kontroli ssania, średnica 20-22 CH, dł. części roboczej 155 mm, oraz drenu do ssaka z miękkimi zabezpieczeniami antyzagięciowymi i uniwersalną docinaną końcówką od strony ssaka (8-18 mm), dł. min 210 cm. Zestaw fabrycznie połączony z możliwością rozłączenia i wymiany na inny typ końcówki w trakcie zabiegu bez odłączania drenu od ssaka. Podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie papierowo--foliowe

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### Pytanie 29

Zad.21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do cewnikowania o następującym składzie:

2 x ampułko-strzykawka 10ml z wodą sterylną opakowanie peel pouch

1 x ampułko-strzykawka 10ml z żelem poślizgowym opakowanie peel pouch

1x sztywny blister 16x25 cm, który zawiera:

5 x kompresów z włókninowych 4W 7,5 x 7,5 cm

1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm niebieskie

1 x serweta chłonna 75 x 90 cm z bilaminatu, niebieska

1 x serweta chłonna 75 x 90 cm, z przylepnym otworem  $\varnothing 6$ cm z bilaminatu, niebieska

Opakowanie jednostkowe torebka papierowo foliowa zaopatrzona w dwie etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, nr lot, data ważności kod kreskowy.

Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze 20 szt.


Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### Pytanie 30

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 12, poz. 4:

10 szt. taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet przeznaczonych do implantacji metodami TOT i TVT, jednorodnych, niewchłaniających, monofilamentowych, polipropylenowych, w kolorze białym, z plastikową osłonką na ramionach, (brak osłonki w środku na odcinku min 1,5 cm), o długości 45 cm (bez nici), szerokości 1,1 cm, porowatości max 1870  $\mu$ m, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m<sup>2</sup>, wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm,



4



## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

brzeży taśmy cięte laserowo, zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), opakowanie zewnętrzne – pudełko, taśmy zapakowane są w podwójny blister, a obie części uszczelnione taśmą Tyvek, załączona instrukcja użytkowania i cztery naklejki identyfikacyjne?



*W razie wyrażenia zgody na w/w pytanie zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu lub o możliwość startowania na poszczególne pozycje.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SIWZ.



### Pytanie 31

Dotyczy Zadania nr 12, poz. nr 4:

Prosimy o możliwość zaoferowania próbki niesterylnej na żądanie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SIWZ.



### Pytanie 32

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 13:

Pozycji numer 1, 2:

Siatki przepuklinowe, lekkie, niewchłaniające, z polipropylenu monofilamentowego, w kolorze białym, transparentnym, ukształtowane anatomicznie z otworem na powróżek, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca). Grubość siatki 0,53 mm, grubość nitki 120  $\mu\text{m}$ , gramatura 88  $\text{g}/\text{m}^2$ , porowatość średnia 960  $\mu\text{m}$ , w rozmiarze 4,5 x 10 cm, bez niebieskich pasów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SIWZ.



Pozycji numer 3, 4:

Siatki dootrzewnowe, antyadhezyjne, miękkie, niewchłaniające, 2-warstwowe, z jednej strony wykonane z mikroporowatego politetrafluoroetyleny (ePTFE), który zmniejsza przyrastanie przyległych tkanek do siatki i gwarantuje przepuszczalność dzięki której można uniknąć zagnieżdżenia się bakterii chorobotwórczych, z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), który z kolei stymuluje wrastanie tkanek i pełni rolę integracyjną siatki z powłokami ciała, nadające się do leczenia przepuklin i ubytków ścian brzucha zarówno metodą tradycyjną jak i laparoskopową. Grubość siatek 0,55 mm, gramatura średnia 108  $\text{g}/\text{m}^2$ , porowatość średnia 830  $\mu\text{m}$ , z oznaczeniem strony implantacji, z możliwością przycinania siatki bez ryzyka rozwarstwienia protezy i utraty włókien polipropylenowych oraz posiadającą pamięć kształtu, w rozmiarach:

Pozycja numer 3 - rozmiar 11 x 14 cm i 14 x 18 cm, kształt owalny (specyfikacja wymaga 11 x 15 cm i 15 x 22 cm)

Pozycja numer 4 - rozmiar 12 cm kształt okrągły

lub 11 x 14 cm kształt owalny

lub 14 x 18 cm kształt owalny (specyfikacja wymaga 14 cm) ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SIWZ.

5





## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Pozycji numer 5:

Siatki przepuklinowe, lekkie, niewchłaniające, z polipropylenu monofilamentowego, w kolorze białym, transparentnym, o dwukierunkowej elastyczności. Grubość siatki 0,40 mm, grubość nitki 120 µm, porowatość średnia 1800 µm, gramatura 48,8 g/m<sup>2</sup>, bez niebieskich pasów i nici? Czy zamawiający może określić rozmiar siatek?

*W razie wyrażenia zgody na niektóre z pozycji zwracamy się z uprzejmą prośbą o ich wydzielenie i utworzenie odrębnego pakietu lub o możliwość startowania na poszczególne pozycje.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SIWZ.

### Pytanie 33

Dotyczy Zadania nr 13:

Prosimy o możliwość zaoferowania próbek niesterylnych na żądanie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SIWZ.

### Pytanie 34

Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Uzasadnienie

Odpowiedź:

Zamawiający uznaje powyższe.

### Pytanie 35

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Sprzedawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 1 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „...od dnia odebranej dostawy” na „...od dnia uznania reklamacji”.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje powyższy zapis

### Pytanie 36

do pakietu 2

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie kleju o następujących parametrach:


- stabilny
- polimeryzacja w 120 s
- nie zawiera składników, które reagują z krwią
- pojemność 15 ml
- zestaw zawiera: tubę z gelatin resorcinol, szkiełko, strzykawkę 5 ml luer lock, aplikator

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

### Pytanie 37

do pakietu 14



6



## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego ,zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie produktów o następujących parametrach:  
Pozycja 1 – elektrody bierne uniwersalne dla dzieci i dorosłych o wymiarach 107cm2 (164 x 117mm), pakowane po 25 sztuk, każda elektroda zapakowana osobno .Pozostałe warunki SIWZ spełnione

Pozycja 2 – warunki SIWZ spełnione.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SIWZ.



### Pytanie 38

do pakietu 14

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego ,zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie produktów o następujących parametrach:

Pozycja 1 – elektrody bierne uniwersalne dla dzieci i dorosłych o wymiarach 107cm2 (164 x 117mm), pakowane po 25 sztuk, każda elektroda zapakowana osobno .Pozostałe warunki SIWZ spełnione

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SIWZ.



Pozycja 2 – kabel długości 3,2 m, pozostałe warunki SIWZ spełnione,

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.



### Pytanie 39

Pytanie do zadania 3

W nawiązaniu do SIWZ i punktu XIII. gdzie, Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert .....

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru., dlatego prosimy o dopuszczenie o 2 cm dłuższy aplikator tj : 12 cm i 40 cm - tym samym Zamawiający zwiększy konkurencyjność i umożliwi nam spełnienie wszystkich wymagań w oparciu o kryteria wyboru .

Informujemy ,że niewielka zmiana parametrów technicznych nie ma wpływu na funkcjonalność użytkową produktu ,

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

### Pytanie 40

Zapisy SIWZ

Zamawiający w SIWZ określił podstawę prawną udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2154 z późn.zm.). Jednakże ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na platformie zakupowej Zamawiającego w dniu 04.01.2021. Na gruncie przepisów ustawy Pzp wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne następuje zasadniczo w dniu uzewnętrznienia woli zamawiającego, a więc publikacji a nie przekazania ogłoszenia. W świetle przepisów ustawy Pzp postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego



## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

zamawiający wszczyna zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Tym samym postępowanie winno podlegać Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r.

Prosimy o wyjaśnienie, jaka podstawa prawna obowiązuje w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź:

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r., art. 43 ust.2

### Pytanie 41

Zadanie 8 Staplery

Poz. 1

Czy zamawiający w zad. 8 poz. 1 dopuści stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 60 o długości linii zszywek 65,1 mm i długości linii cięcia 62,9mm, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Stapler wyposażony jest w:

- dwustronną dźwignię do wystrzelenia ładunku
- przycisk szybkiego zwalniania
- wskaźnik końca linii cięcia
- ruchomy ładunek zabezpieczający przed przypadkowym wystrzeleniem,
- systemy zabezpieczające zespolenie
- system kontroli dźwigni zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki,
- 64 zszywki ze stopu tytanu o wysokości 3,8mm ułożonych w dwóch rzędach, dla grubości tkanki po zamknięciu 1,5 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SIWZ.

### Pytanie 42

Poz. 2

Czy zamawiający w zad. 8 poz. 2 dopuści stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 80 o długości linii zszywek 85,1 mm i długości linii cięcia 82,9mm, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Stapler wyposażony jest w:

- dwustronną dźwignię do wystrzelenia ładunku
- przycisk szybkiego zwalniania
- wskaźnik końca linii cięcia
- ruchomy ładunek zabezpieczający przed przypadkowym wystrzeleniem,
- systemy zabezpieczające zespolenie
- system kontroli dźwigni zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki,
- 84 zszywki ze stopu tytanu o wysokości 3,8mm ułożonych w dwóch rzędach, dla grubości tkanki po zamknięciu 1,5 mm?



Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SIWZ.

### Pytanie 43

Poz. 3

Czy zamawiający w zad. 8 poz. 3 dopuści stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 60 o długości linii zszywek 65,1 mm i długości linii cięcia 62,9mm, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Stapler wyposażony jest w:



lg



## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

- dwustronną dźwignię do wystrzelenia ładunku
- przycisk szybkiego zwalniania
- wskaźnik końca linii cięcia
- ruchomy ładunek zabezpieczający przed przypadkowym wystrzeleniem,
- systemy zabezpieczające zespolenie
- system kontroli dźwigni zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki,
- 64 zszywki ze stopu tytanu o wysokości 4,8mm ułożonych w dwóch rzędach, dla grubości tkanki po zamknięciu 2,0 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SIWZ.

### Pytanie 44

Poz. 4

Czy zamawiający w zad. 8 poz. 4 dopuści stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 80 o długości linii zszywek 85,1 mm i długości linii cięcia 82,9mm, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Stapler wyposażony jest w:

- dwustronną dźwignię do wystrzelenia ładunku
- przycisk szybkiego zwalniania
- wskaźnik końca linii cięcia
- ruchomy ładunek zabezpieczający przed przypadkowym wystrzeleniem,
- systemy zabezpieczające zespolenie
- system kontroli dźwigni zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki,
- 84 zszywki ze stopu tytanu o wysokości 4,8mm ułożonych w dwóch rzędach, dla grubości tkanki po zamknięciu 2,0 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SIWZ.

### Pytanie 45


Poz. 5

Czy zamawiający w zad. 8 poz. 5 dopuści stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 80 o długości linii zszywek 85,1 mm i długości linii cięcia 82,9mm, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Stapler wyposażony jest w:

- dwustronną dźwignię do wystrzelenia ładunku
- przycisk szybkiego zwalniania
- wskaźnik końca linii cięcia
- ruchomy ładunek zabezpieczający przed przypadkowym wystrzeleniem,
- systemy zabezpieczające zespolenie
- system kontroli dźwigni zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki,
- 84 zszywki ze stopu tytanu o wysokości 4,8mm ułożonych w dwóch rzędach, dla grubości tkanki po zamknięciu 2,0 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SIWZ.



4



## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

### Pytanie 46

Poz. 6

Czy zamawiający w zad. 8 poz. 6 dopuści ładunki do staplerów z wbudowanym nożem, jednorazowego użytku, długość linii zszywania 65, 1mm, 85,1 mm, zszywki tytanowe, kompatybilne ze staplerami?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SIWZ.

### Pytanie 47

Poz. 7

Czy zamawiający w zad. 8 poz. 7 dopuści staplery okrężne o średnicy zewnętrznej kowadełka od 21 mm do 34 mm i średnicy ostrza od 12,9 mm do 24 mm, zakrzywione jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Kowadełko zaopatrzone w otwór do przeciągania szwu prowadzącego. Staplery wyposażone są w:

- zintegrowaną automatyczną blokadę bezpieczeństwa, która zapobiega przypadkowemu oddaniu strzału, przed i po zespoleniu,
- system obrotowego ostrza, które minimalizuje traumatyzację tkanek podczas cięcia,
- odpowiednio do rozmiaru od 18 do 30 zszywek ze stopu tytanu w dwóch rzędach z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zszywek w zakresie od 1,4 mm do 2,6mm,
- pokrętło regulacyjne „motylkowe” ułatwiające zamykanie i otwieranie staplera?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SIWZ.

### Pytanie 48

Poz. 8

Czy zamawiający w zad. 8 poz. 8 dopuści staplery okrężne jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego, proste, umożliwiające wykonanie zespolenia bez przecinających się linii zszywek. Staplery o średnicy zewnętrznej kowadełka od 31 mm do 34 mm i średnicy ostrza od 23,9 mm do 25,9 mm. Od 32 do 34 zszywek wykonanych ze stopu tytanu, regulowaną wysokością zszywek w zakresie od 1,6 mm do 2,6mm.

Staplery wyposażone są w:

- 4 otwory trakcyjne pozwalające na wciągnięcie linii zszywek i tkanki do główki staplera,
- wzmocnione ostrze i system jego uwalniania niezbędne do wycięcia przecinających się linii zszywek,
- akcesoria trans analne do wykonania zespolenia bez przecinających się linii zszywek?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SIWZ.

### Pytanie 49


Zadanie 10 Staplery

Poz. 1

Czy zamawiający w zad. 10 poz. 1 dopuści jednorazowy stapler zamykająco-tnący z prostą główką, długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 6 wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki grubej (2,0mm po zamknięciu)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SIWZ.



4



## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

### Pytanie 50

Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział IV, punkt 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin dostawy był liczony w dniach roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.



### Pytanie 51

Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział V, punkt 1 a, dotyczy pakietu nr 27: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby potwierdzeniem spełnienia warunku, o którym mowa w wyżej wymienionym punkcie w zadaniu nr 27 było wykonanie co najmniej jednego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł w zakresie dostawy sprzętu medycznego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.



### Pytanie 52

Dotyczy: D- 66 /2020 pakiet 24 pozycje 1,2


Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 24 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwi proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR i długości cewnika: 19/40 cm, 23/44 cm, 28/49 cm, 33/54 cm?

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik
- zastosowana technika typu „Over The Wire” - bez rozrywalnej koszulki
- silikonowe przedłużki
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowo komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- adapter wypełniający
- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadła 12 Fr i 16 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- kleszczyki – 2 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SIWZ.



KIEROWNIK DZIAŁU  
Zamówień Publicznych

Ewa Sempowicz