

Nr sprawy 28/2020

Olsztyn, dn. 28 lipca 2020 r.

## WSZYSCY UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

**Dotyczy: odpowiedzi na pytania dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu pn. "Onkoinnowacje" (Powtórzenie unieważnionych części zamówienia w postępowaniu 8/2020 i 18/2020).**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 1843), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania.

### PYTANIA I ODPOWIEDZI

#### Zestaw I

Pytanie dotyczy Zadania Nr 13:

Czy dopuszczają Państwo wyświetlacz LED o lepszych parametrach użytkowych (czytelność, jasność) niż wyświetlacz LCD, przy spełnieniu pozostałych wymagań ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

Wydaje mi się, że brak jest opisów poszczególnych zadań (poza 15 i 16). Czy może Pan przesłać specyfikację zad. nr 2?

**Odpowiedź:**

Załączniki, o których mowa powyżej znajdują się w pliku ZIP pod nazwą Za18.

Zadanie 2. Zamrażarki medyczne

1. Czy Zamawiający wymaga zamrażarki skrzyniowej czy szafowej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza każde rozwiązanie.

2. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 237 l i wymiarach zewn. 2060x595x633 (WXSzxG)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o poziomie hałasu 64dB?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

## Zestaw II

### Pytanie dotyczące formularza wymagań technicznych – warunków granicznych – zadanie nr 14

Czy Zamawiający zgodzi się wyodrębnić do osobnego zadania lub usunąć z zadania nr 14 narzędzi z pozycji: 15, 16, 17, 18, 19, 20 ?

Są to narzędzia oferowane przez innego producenta i żadna firma nie jest w stanie dostarczyć wszystkich pozycji z zadania nr 14.

#### Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

## Zestaw III

### Dotyczy: Zadanie 10. System pneumatycznego ucisku sekwencyjnego

#### Pytania

Czy zamawiający dopuści do postępowania system pneumatycznego ucisku sekwencyjnego:

1. Zaprojektowany zgodnie z normami bezpieczeństwa w tym: EN60601-1:2006/A1:2013 oraz IEC 60601-1:2005/A1:2012

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

2. Urządzenie składające się z pompy, która może być używana razem z szeroką gamą pompowanych mankietów: jednorodnych (DVT), sekwencyjnych (Tri Pulse) i na stopy?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

3. Automatycznie dostosowujący się do właściwego profilu terapii w zależności od rodzaju podłączonego mankieta?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

4. Wyposażony w akumulator który umożliwia pracę przez około 12 godzin z mankietami na łydkę i udo oraz przez około 6 godzin z mankietami na stopę; wyświetlaczem LCD monochromatycznym?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

5. Wyposażony w pompę o wymiarach 230x228x190 i wadze 4,1 kg?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

6. Mankiety jednopacjentowe (przez wzgląd na obowiązujące wymagania COVID19) niezatrzymujące ciepła i mające właściwości w zakresie kontroli wilgotności; o zakresie ciśnienia mankieta na stopę:  $130 \pm 10$  mmHg czas kompresji 3 sekundy i czasie przerw pomiędzy kompresjami 27sekund; jednorodne (DVT) na łydkę oraz na łydkę i udo  $35-65 \pm 5$  mmHg (domyślna wartość:  $40 \pm 5$  mmHg), sekwencyjne (Tri Pulse) mankiety na łydkę oraz na łydkę i udo  $45 \pm 5$  mmHg o czasie kompresji 12 sekund i czasie przerw pomiędzy kompresjami 48 sekund. O rozmiarach: - mankiety stóp: normalny (EURO rozmiary do 40), duży (EURO rozmiar 41 i większe) - mankiety na łydkę sekwencyjne: normalny (obwód łydki do 43cm), duży (obwód łydki do 58cm), bariatryczny (obwód łydki do 81cm) - mankiety na łydkę i udo sekwencyjne: normalny (obwód uda do 71cm), duży (obwód uda do 89cm) Pakowane po 10 szt w kartonie?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

7. Nie zawierający w swoim wyposażeniu pończoch przeciwzakrzepowych pełnej długości z sekwencyjnym uciskiem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

8. Czy zamawiający wymaga nadruku na mankietach: „USK OLSZTYN”, jeśli wiadomo, że nadruk nie wpływa na działanie terapeutyczne produktu?

**Odpowiedź:**

Oznaczenie mankietów jest opcjonalne.

#### **Zestaw IV**

Pakiet 3

1) Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie wymogu dot. pakietu nr 3 w pkt. 27: wyposażenie standardowe do mycia i dezynfekcji- dla Wykonawcy zapis nie jest zrozumiały.

**Odpowiedź:**

W wymaganiu: „Wyposażenie standardowe do mycia i dezynfekcji” Zamawiający wymaga dostawy dedykowanych do aparatu szczotek, szpatełek, za pomocą których można dokonać wstępnego oczyszczania końcówki dystalnej, otworów kanałów roboczych i zaworków przed właściwym procesem mycia i dezynfekcji w myjni – dezynfektorze, sterylizatorze plazmowym lub gazowym w zależności od zaleceń producenta urządzenia.

2) Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie producenta myjni, która będzie wykorzystywana do mycia opisanych w pakiecie 3 endoskopów.

**Odpowiedź:**

Do mycia endoskopów przewidziana jest myjnia Steelco S.P.A., model EW1 (kod 9968001)

3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie adapterów oraz przyłączy do myjni, które nie podlegają ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE (tzw. wyrób niemedyyczny), dla którego stawka VAT wynosi 23%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

1. Dodatkowo W trosce o jak najlepsze, odpowiadające również interesom Zamawiającego, przygotowanie ważnej i możliwej do realizacji oferty przetargowej, korzystając z uprawnień przysługujących nam jako wykonawcy ubiegającemu się o uzyskanie przedmiotowego zamówienia w trybie i na zasadach określonych w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27), zwanej dalej – p.z.p. oraz na mocy praw wynikających z dyspozycji Art. 15r.1. ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.568 z dnia 2020.03.31, dalej – u.o.s.r.), czyniąc zadość wynikającemu z tych przepisów obowiązkowi, niniejszym zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie nam odpowiedzi/wyjaśnień w zakresie treści SIWZ (załącznik nr 9 - istotne postanowienia umowy/wzór) w/w postępowania:

- a) Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan zagrożenia epidemicznego oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątplenia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw/dostawy objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – załącznik nr 9 do SIWZ klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie: a/terminu dostawy, b/wysokości lub w ogóle naliczania kar umownych oraz c/ możliwości odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi?
- b) Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 3 wzoru umowy (załącznik nr 9 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (zagrożenie epidemiczne) z jaką mamy obecnie do czynienia?
- c) Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 14 wzoru umowy (załącznik nr 9 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby prawo do naliczania ewentualnych kar umownych za zwłokę/opóźnienie w dostawie, zostało dostosowane do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (zagrożenie epidemiczne) z jaką mamy obecnie do czynienia ?
- d) Czy w związku obecnym stanem zagrożenia epidemicznego oraz związanymi z tym implikacjami natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątplenia wpłynie po stronie wykonawcy na możliwość realizacji dostaw/dostawy objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, w treści §17 wzoru umowy (załącznik nr 9 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi zapis pozwalający wykonawcy, w razie wystąpienia szczególnych okoliczności, z przyczyn leżących po jego stronie, ale niezależnych od niego, odstąpić jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w Załączniku Nr 9 do SIWZ w §15 przewidział możliwość wystąpienia Siły wyższej. Również w §15 została podana krótka definicja oraz przykładowe wystąpienie Siły wyższej. Zamawiający informuje, że oprócz przykładowo podanych przykładów, siłą wyższą jest również wystąpienie pandemią Covid-19.

Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu powyżej, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:

- 1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
- 2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
- 3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1-3;

- 4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
- 5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy;
- 6) okoliczności, o których mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Zgodnie ww. ustawą Zamawiający na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa powyżej, wpływają na należyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:

- 1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
  - 2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
  - 3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy
- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

#### **Zestaw V**

Pakiet 13 Czy zamawiający dopuści urządzenie o zakresie prędkości wirowania 300-4500 obr/min?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet 12 Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach [WxDxH] 445x579x269mm?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet 11 Czy zamawiający dopuści przyspieszenie 2490xg?

Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach [WxDxH] 301×354×217mm

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

#### **Zestaw VI**

Czy dopuszczają Państwo przesyłanie oferty które są bliskie wartością granicznym?

Np. dla zadania 11. Wirówki medyczne:

Pkt. 3. Wirówka wyposażona w rotory kątowe: czy zatem wirówki mają mieć więcej niż 1 rotor?

#### **Odpowiedź:**

Wirówka ma być wyposażona w jeden rotor.

Pkt 7. Maksymalne przyspieszenie: min. 2500 x g. W wirówce którą mam w ofercie maksymalne przyspieszenie to 2490 x g.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pkt. 8 Dokładność: +/- 20 obr./min - czego to dotyczy?

#### **Odpowiedź:**

Dokładność: +/- 20 obr./min dotyczy zakresu prędkości min. 300-4500 obr./min.

Czy zamawiający dopuszcza sprzęt o maksymalnym przyspieszeniu 2490 x g - w SIWZ było maksymalne przyspieszenie : min. 2500 x g.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

## Zestaw VII

### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu dostawy bronchoskopów przenośnych w zadaniu nr 3 do 90 dni z uwagi na bardzo duże zapotrzebowanie na te urządzenia pod kątem leczenia Covid19?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

### **Pytanie nr 2**

#### **dot. zadania nr 3 oraz zapisów umowy §12 ustęp 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu umowy na następujący:  
„W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny oraz świadczenie w okresie gwarancji serwisu technicznego w miejscu użytkowania, a w tym dokonywania przeglądów i konserwacji sprzętowej (np. zgodnie z zaleceniami producenta), wymaganych do utrzymania gwarancji i utrzymania sprzętu sprawnego technicznie, dokonywanie testów specjalistycznych sprzętu (w przypadku konieczności ich wykonania). Wszystkie koszty związane z dojazdem personelu Wykonawcy oraz usunięciem **gwarancyjnych** incydentów i przywróceniem urządzeń do prawidłowego działania pokrywa Wykonawca”

*Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek naprawy urządzenia wynikających z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

### **Pytanie nr 3**

#### **dot. zadania nr 3 oraz zapisów umowy §12 ustęp 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu umowy na następujący:  
„Serwis gwarancyjny obejmuje przyjmowanie zgłoszeń incydentów, diagnozę zgłoszeń, naprawę **gwarancyjną** incydentów, dostarczanie wersji oprogramowania wolnej od wad, instalację poprawek, nowych wersji oprogramowania standardowego, świadczenia bieżącego serwisu dostarczonych urządzeń (zgodnie z zaleceniami producenta), udzielania porad wskazanym pracownikom Zamawiającego w zakresie działania oraz konserwacji urządzeń, udzielania konsultacji w zakresie bieżących potrzeb i problemów dotyczących dostarczonego asortymentu, wykonywania innych czynności zleconych przez Zamawiającego, a niezbędnych do prawidłowego działania urządzeń stanowiących przedmiot Umowy”

*Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek naprawy urządzenia wynikających z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy,*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

#### **Pytanie nr 4**

##### **dot. zadania nr 3 oraz zapisów umowy §12 ustęp 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu umowy na następujący:

„Wszystkie koszty naprawy **gwarancyjnej**, w tym koszty dojazdu, odbioru, transportu i zwrotu po naprawie ponosi Wykonawca”

*Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek naprawy urządzenia wynikających z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy,*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

#### **Pytanie nr 5**

##### **dot. zadania nr 3 oraz zapisów umowy §12 ustęp 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie podanego terminu do 12 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zastępczych z poza granic RP?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

#### **Pytanie nr 6**

##### **dot. zadania nr 3 oraz zapisów umowy §14 ustęp 1 podpunkt 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości podanej kary do 0,5% ?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

#### **Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr 3 drobnego wyposażenia (np. walizka do przechowywania i transportu bronchofiberoskopu poz. 30 zał. nr 8 do SIWZ), które nie są wyrobami medycznymi - stawka VAT 23% i tym samym zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego przedmiotu zamówienia dokumentów, o których mowa w SIWZ w rozdziale III pkt. 5?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

#### **Pytanie nr 8**

##### **dot. Formularza wymagań technicznych – warunków granicznych – Zadanie 3**

Czy Zamawiający dopuści w pkt. 6 monitor z matrycą LCD o szerokim kącie oglądania?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

#### **Pytanie nr 9**

##### **dot. Formularza wymagań technicznych – warunków granicznych – Zadanie 3**

Czy Zamawiający dopuści w pkt. 7 obudowę monitora wykonaną z odpornego tworzywa sztucznego, producent nie precyzuje materiału?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

#### **Pytanie nr 10**

##### **dot. Formularza wymagań technicznych – warunków granicznych – Zadanie 3**

Czy Zamawiający dopuści w pkt. 10 urządzenie z wyłącznie zintegrowanym źródłem światła, zasilane wymiennym akumulatorkiem ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pytanie nr 11**

**dot. Formularza wymagań technicznych – warunków granicznych – Zadanie 3**

Czy Zamawiający dopuści do oceny w pkt. 13 urządzenie z czasem pracy na jednej baterii do 1 godz., dostarczone z 2 akumulatorami w każdym zestawie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pytanie nr 12**

**dot. Formularza wymagań technicznych – warunków granicznych – Zadanie 3**

Czy Zamawiający zgodzi się w pkt. 20 na lepszy parametr, zewnętrzną średnicę tuby 5,2 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pytanie nr 13**

**dot. Formularza wymagań technicznych – warunków granicznych – Zadanie 3**

Czy Zamawiający zgodzi się w pkt. 21 na lepszy parametr, zewnętrzną średnicę końcówki dystalnej 5,1 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Zestaw VIII**

Dotyczy pakietu nr 7 **Lasery frakcjonujące CO2**

**Dot. punktu 9** - Czy Zamawiający dopuści laser posiadający wagę 65kg i spełniający pozostałe parametry techniczne? Niewielka różnica wagi w urządzeniu na kołach jezdnych z hamulcami nie jest parametrem istotnym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Zestaw IX**

Pytania dot. Zadanie 3. Bronchoskopy

Pytanie 1 – dot. poz. 20

Prosimy o dopuszczenie znacznie lepszego parametru t.j zewnętrzną średnicę tuby wzornikowej 5,2mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 2 – dot. poz. 21

Prosimy o dopuszczenie znacznie lepszego parametru t.j zewnętrzną średnicę końcówki dystalnej 5,1mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 3

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„(...) Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.” ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Pytanie 4



Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Własność, korzyści przechodzą na Zamawiającego z chwilą uregulowania należności za dostarczony sprzęt, potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru (...).” ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Pytanie 5

Dotyczy zapisów umowy § 12 ust. 9

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu do poniższego:

„Wszystkie koszty naprawy gwarancyjnej, w tym koszty dojazdu, odbioru, transportu i zwrotu po naprawie ponosi Wykonawca. Wykonawca nie pokrywa napraw będących efektem niewłaściwej obsługi, eksploatacji urządzenia”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Pytanie 6

Dotyczy zapisów umowy § 12 ust. 17 pkt. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„w przypadku naprawy sprzętu – o okres wykonywania naprawy naprawianego sprzętu o ile ten każdorazowo trwał powyżej 5 dni roboczych.” ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Pytanie 7

Dotyczy zapisów umowy § 14 ust. 1 pkt. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% do 0,2%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Pytanie 8

Dotyczy zapisów umowy § 14 ust. 1 pkt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% do 0,5% ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Pytanie 9

Dotyczy zapisów umowy § 14 ust. 1 pkt. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2% do 0,1%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Pytanie 10

Dotyczy zapisów umowy § 14 ust. 1 pkt. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 500,00zł do 200,00zł ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Pytanie 11

Dotyczy zapisów umowy § 14 ust. 1 pkt. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 100,00zł do 50,00zł ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Pytanie 12

Dotyczy zapisów umowy § 14 ust. 1 pkt. 6, 7, 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

### Zestaw X

1. Pytanie do Załącznik nr 8 do Formularza wymagań technicznych – warunków granicznych, Zadanie 17 Unit diagnostyczno- stomatologiczny

do punktu nr 8

Czy Zamawiający dopuści piankę tapicerki bez pamięci?

2. Pytanie do Załącznik nr 8 do Formularza wymagań technicznych – warunków granicznych, Zadanie 17 Unit diagnostyczno- stomatologiczny

do punktu nr 17

Czy Zamawiający dopuści fotel bez automatycznej blokady po podniesieniu rękawa końcówki roboczej?

3. Pytanie do Załącznik nr 8 do Formularza wymagań technicznych – warunków granicznych, Zadanie 17 Unit diagnostyczno- stomatologiczny

do punktu nr 21

Czy Zamawiający dopuści fotel pacjenta z podstawą przykręcaną do podłogi?

4. Pytanie do Załącznik nr 8 do Formularza wymagań technicznych – warunków granicznych, Zadanie 17 Unit diagnostyczno- stomatologiczny

do punktu nr 27

Czy Zamawiający dopuści konsolę lekarza w wersji zintegrowanej z fotelem pacjenta?

5. Pytanie do Załącznik nr 8 do Formularza wymagań technicznych – warunków granicznych, Zadanie 17 Unit diagnostyczno- stomatologiczny

do punktu nr 29

Czy Zamawiający dopuści tacę o wymiarach:300x440 mm (+/- 10%)?

6. Pytanie do Załącznik nr 8 do Formularza wymagań technicznych – warunków granicznych, Zadanie 17 Unit diagnostyczno- stomatologiczny

do punktu nr 35

Jakiego rodzaju prowadzenia rękawów „od dołu” czy „od góry” oczekuje Zamawiający?

**Odpowiedź:**

Ad.1. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Ad.2. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Ad.3. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Ad.4. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Ad.5. Zamawiający dopuszcza.

Ad.6. Od dołu.

**7. Pytanie do Załącznik nr 8 do Formularza wymagań technicznych – warunków granicznych, Zadanie 17 Unit diagnostyczno- stomatologiczny**

do punktu nr 36

W związku z koniecznością określoną w punkcie 42 zamontowania 2 mikrosiłników czy Zamawiający wymaga 6 modułów w konsoli lekarza?

**8. Pytanie do Załącznik nr 8 do Formularza wymagań technicznych – warunków granicznych, Zadanie 17 Unit diagnostyczno- stomatologiczny**

do punktu nr 44

Czy Zamawiający dopuści mikrosiłnik o mocy min. 59W?

**9. Pytanie do Załącznik nr 8 do Formularza wymagań technicznych – warunków granicznych, Zadanie 17 Unit diagnostyczno- stomatologiczny**

do punktu nr 47

Czy Zamawiający dopuści inne, zapewniające optymalne parametry oświetlenia, źródło LED?

**10. Pytanie do Załącznik nr 8 do Formularza wymagań technicznych – warunków granicznych, Zadanie 17 Unit diagnostyczno- stomatologiczny**

do punktu nr 50

Czy Zamawiający dopuści skaler bez technologii niwelującej przypadkowe ruchy końcówki skalera?

**11. Pytanie do Załącznik nr 8 do Formularza wymagań technicznych – warunków granicznych, Zadanie 17 Unit diagnostyczno- stomatologiczny**

do punktu nr 58, 59, 60

Czy Zamawiający dopuści sterownik nożny (wielofunkcyjny) instrumentów bez przesuwnej dźwigni do regulacji pracy instrumentów oraz bez nieruchomego pałąka do przesuwania sterownika stopą?

**12. Pytanie do Załącznik nr 8 do Formularza wymagań technicznych – warunków granicznych, Zadanie 17 Unit diagnostyczno- stomatologiczny**

do punktu nr 110

Czy Zamawiający dopuści tryb niepolimeryzujący przy min. 23 000 lx?

**13. Pytanie do Załącznik nr 8 do Formularza wymagań technicznych – warunków granicznych, Zadanie 17 Unit diagnostyczno- stomatologiczny**

do punktu nr 131.

Czy Zamawiający dopuści wykonanie wszystkich niezbędnych do pracy unitu przyłączy w pomieszczeniu gdzie będzie instalowany unit (na poziomie 2-giego piętra) na powierzchni podłogi gabinetu w zamykanych listwach osłonowych?

**14. Pytanie do Załącznik nr 8 do Formularza wymagań technicznych – warunków granicznych, Zadanie 15 Obrazowanie szczękowo-twarzowe**

do punktu 24

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie oprogramowania, które po okresie gwarancji wymaga rocznych opłat licencyjnych w celu dalszego funkcjonowania i aktualizacji?

**Odpowiedź:**

Ad.7. Tak, wymagane: 2 mikrosiłniki, dwie turbiny, dmuchawka, skaler

Ad.8. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Ad.9. Tak

Ad.10. Tak

Ad.11. Tak

Ad.12. Tak

Ad.13. Tak

Ad.14. Nie

15. Pytanie do Załącznik nr 8 do Formularza wymagań technicznych – warunków granicznych, Zadanie 15 Obrazowanie szczękowo-twarzowe

do punktu 27

Czy Zamawiający dopuści kolorowy monitor medyczny spełniający wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia w stosunku do monitorów diagnostycznych i przeglądowych w dziedzinie diagnostyki obrazowej w Stomatologii:

- o Monitor medyczny opisowy LCD (parametry minimalne):
  - o typ ekranu kolorowy IPS: aktywna matryca TFT potrafiąca wyświetlić odcienie szarości w 10 bitach
  - o przekątna: min 28"
  - o kolor obudowy: czarny
  - o jasność min. 400 cd/m<sup>2</sup>
  - o układ stabilizacji jasności monitora po jego włączeniu lub wyjściu ze stanu czuwania.
  - o kontrast min. 400:1
  - o czas reakcji: poniżej 35 ms
  - o rozdzielczość min. 2 MP

16. Pytanie do Załącznik nr 8 do Formularza wymagań technicznych – warunków granicznych, Zadanie 15 Obrazowanie szczękowo-twarzowe

- do punktu 48

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie parawanu ochronnego z szybą ołowianą w miejsce sterowni z szybą ołowianą, jeżeli takie rozwiązanie zaproponowane w projekcie osłon stałych zostanie zaakceptowane przez Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie?

17. Pytanie do Załącznik nr 8 do Formularza wymagań technicznych – warunków granicznych, Zadanie 16 Pantomografy

do punktu 57

Biorąc pod uwagę, że pomieszczenie nr 24, w którym ma zostać zainstalowany Pantomograf, zostało odebrane przez Sanepid jako pracownia RTG Ogólnodiagnostyczna oraz na podstawie Załącznika 2 – Projekt Osłon Stałych w części II dot. Pracowni RTG Ogólnodiagnostycznej w rozdz. 9 Uwagi końcowe pkt. 2, wymagana jest minimalnie 1,5-krotna wymiana powietrza w ciągu 1 godziny i jednocześnie taki sam wymóg stawiany jest dla pomieszczenia z aparatem pantomograficznym **wniosujemy o wykreślenie z pkt. 57 wymogu wykonania przez Wykonawcę projektu wentylacji mechanicznej.**

Uzasadnienie:

Zgodnie z w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego jednocześnie nie mogą być wykonywane badania za pomocą 2 aparatów. Dlatego zainstalowanie drugiego aparatu w pracowni RTG, w której zgodnie z informacją Zamawiającego, istnieje sprawna wentylacja mechaniczna nawiewno-wyciągowa nie zmieni wydajności istniejącej instalacji wentylacyjnej, która zakłada 1,5-krotną wymianę powietrza w ciągu 1 godziny.

18. Pytanie do zadania 15 i 16 dotyczące stawek VAT

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę przedmiotu zamówienia w rozbiciu kwoty na dwie stawki VAT: 8% (dla urządzenia) oraz 23% (dla prac budowlanych i wyposażenia nie będących wyrobem medycznym) - zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi podatku VAT?

Jeśli zamawiający wyrazi zgodę to prosimy o dostosowanie Załącznika nr 2 – Formularza cenowego, oraz załącznika nr 9 - Wzoru umoww -zad 15 -16.

Uzasadnienie:

Proponowana zmiana ma na celu umożliwienie Wykonawcy prawidłowego wystawienia faktury VAT zgodnie z art. 106 e ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. Zm), który nakłada obowiązek wskazania na fakturze stawki podatku. Ze względu na fakt, iż na przedmiot zamówienia składa się wyrób medyczny oraz prace budowlane i inne wyposażenie, które objęte są dwiema różnymi stawkami podatku VAT tj. 8% i 23% , Wykonawca zobowiązany jest wyszczególnić na fakturze pozycje cenowe z odrębnymi stawkami podatku VAT, składające się łącznie na wynagrodzenie Wykonawcy.

19. Pytanie do punktu IV SIWZ - dotyczy terminu wykonania zamówienia dla zadania 15 i 16.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia dla zadań 15 i 16 do 120 dni kalendarzowych od daty udzielenia zamówienia z uwagi na złożoność tych zadań?

Uzasadnienie:

Wykonanie tych zadań wymaga wykonania uzgodnień i projektów, następnie wykonania prac budowlanych, a także po montażu urządzeń uzyskania pozwoleń wydawanych przez Sanepid na użytkowanie aparatów.

20. Pytanie do załącznika nr 9 - Wzoru umowy - zad 15 -16.

Dotyczy Par. 14 Kary Umowne pkt 1.1

Czy zamawiający zmieni wysokość kary umownej z 0,5% na 0,05%?

21. Pytanie do załącznika nr 9 - Wzoru umowy - zad 15 -16.

Dotyczy Par. 14 Kary Umowne pkt 1.2

Czy zamawiający zmieni wysokość kary umownej z 1% na 0,1%?

Czy zamawiający zmieni maksymalną wysokość kary umownej z 10% na 1 %?

22. Pytanie do załącznika nr 9 - Wzoru umowy - zad 15 -16.

Dotyczy Par. 14 Kary Umowne pkt 1.3

Czy zamawiający zmieni wysokość kary umownej z 0,2% na 0,02%?

Czy zamawiający zmieni maksymalną wysokość kary umownej z 10% na 1 %?

23. Pytanie do załącznika nr 9 - Wzoru umowy - zad 15 -16.

Dotyczy Par. 14 Kary Umowne pkt 1.6 do 1.8.

Czy zamawiający zmieni wysokość opisanych w tych punktach kar umownych z 10% na 5% wartości brutto umowy?

24. Pytanie do załącznika nr 9 - Wzoru umowy - zad 15 -16.

Dotyczy Par. 14 Kary Umowne pkt 1.9 do 1.13.

Czy zamawiający zmieni wysokość opisanych w tych punktach kar umownych z kwoty 5.000 zł na 2.000 zł?

### **Odpowiedź:**

Ad.15. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Ad.16. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Ad.17. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. Spełnienie wymogu wymiany powietrza należy zapewnić dla obu aparatów pracujących w tym samym czasie jednocześnie.

Ad.18. Tak. Wykazanie prawidłowej stawki VAT jest powinnością oraz odpowiedzialnością Wykonawcy. W przypadku wykazania przez Wykonawcę różnych stawek podatku VAT w ofercie, Zamawiający odpowiednio przeniesie zapisy do przyszłej umowy. Ponadto w przypadku wykazania różnych stawek podatku VAT należy wyszczególnić poszczególne ich wartości.

Ad.19. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ. Ponadto Zamawiający informuje, że termin wykonania zamówienia może zostać przesunięty na podstawie zapisów §16 ust. 4. Zamawiający nie będzie wliczał biegu terminu wykonania zamówienia z przyczyn będących następstwem działania organów nadzorczych, tj. w tym np. odpowiedniej swoim rodzajem Inspekcji Sanitarnej licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę do wydania decyzji. Termin wykonania zamówienia również może zostać przesunięty w związku z zagrożeniem epidemiologicznym na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w trakcie wykonywania zamówienia.

Ad.20. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Ad.21. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Ad.22. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Ad.23. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Ad.24. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

- Kary umowne są stosowane przez Zamawiającego zwyczajowo w postępowaniach o zamówienie publiczne.

25. Pytanie do załącznika nr 9 - Wzoru umowy - zad 15 -16.

Dotyczy Par. 14 Kary Umowne pkt 4

Wnosimy o ograniczenie łącznej odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy wynikającej z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) do 5 % wartości umowy brutto.

Czy zamawiający zmieni zapisy w stosowny sposób?

Uzasadnienie do pytań 20 do 25

Ograniczenie odpowiedzialności do proponowanych pułapów kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są wystarczającym czynnikiem "motywuującym" Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Ad.25. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

**Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści SIWZ dotyczącej części zamówienia Zadanie 14. Zestaw mikronarzędzi do zespołów naczyniowych.**

**W załączeniu zmodyfikowany załącznik Nr 8 do SIWZ dotyczący części zamówienia Zadanie 14.**

Uzasadnienie: W pierwotnie opisanym przedmiocie zamówienia dotyczącym Zadania 14 pojawiły się zapisy niezgodne z koncepcją zapotrzebowania określone w treści Załącznika nr 8 do SIWZ. Zamawiający zmodyfikował treść SIWZ w taki sposób aby Wykonawcy bez zbędnych utrudnień złożyli konkurencyjne oferty.

W związku z modyfikacją treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp w celu wprowadzenia zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert **do 10.08.2020r.**, godz. składania i otwarcia ofert bez zmian.

Informacja przeznaczona do publikacji na stronie Zamawiającego:

[https://platformazakupowa.pl/pn/usk\\_olsztyn/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings)