

Znak: ZOZ.V.010/DZP/61/21

Sucha Beskidzka dnia 09.07.2021r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę nici i siatek chirurgicznych-
uzupełnienie II.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe
pytanie:

Dotyczy pakietu nr 2 – Siatki chirurgiczne, poz. 1 i 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty na siatkę przepuklinową
częściowo wchłaniającą, dwuskładnikową zbudowaną z polipropylenu i poliglekaprону
25, o następujących właściwościach i parametrach:

- redukcja materiału o 60 % po częściowej absorbcji,
 - minimalne ryzyko infekcji,
 - mniejsze napięcie po wszczępieniu,
 - siatka zapewniająca lepszą mobilność i komfort dla pacjenta,
 - doskonała wytrzymałość
 - czas wchłaniania od 90 do 120 dni,
 - zawartość polipropylenu 30g/m²,
 - początkowa wytrzymałość 313 N/cm²,
 - wytrzymałość po absorbcji 215 N/cm²
- z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr Janusz Baczewski

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sabina Stęczek