



Nr sprawy: 26-PN-23

Gliwice, dn. 30.03.2023r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

Zamawiający - Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. zawiadamia, że postępowanie p/t „**Hemodynamika - Wyroby medyczne jednorazowego użycia**” w zakresie pakietu nr 17 zostało unieważnione.

Podstawa prawna - art. 255 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

Uzasadnienie

Opis przedmiotu zamówienia w pozycji 3 (Prowadnik) jest niekompletny. Zamawiający pomyłkowo nie doprecyzował, że rdzeń przewodnika winien być "sztywny". Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zaoferował przewodnik zgodny z opisem, ale nie odpowiadający rzeczywistym potrzebom Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietu nr 17.

Otrzymują:

- 1) https://platformazakupowa.pl/pn/szpital4_gliwice
- 2) Wykonawcy - wg rozdzielnika
- 3) 26-PN-23 a/a

KIEROWNIK
SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I UMÓW
Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.

Ewa KATNIGOWSKA