

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawa aparatu TK do planowania radioterapii na szynach z ruchomą gantrą ze stołem, strzykawką i wymaganym oprzyrządowaniem w ramach projektu pn. „Wsparcie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz leczenia w trybie jednodniowym w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli poprzez zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności i zabezpieczenia pełnoprofilowej, wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia Pacjentów onkologicznych.”**

Działając w oparciu o zapisy art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 31

Dotyczy załącznika 2 do SWZ pkt 167

W pkt 167 tabeli technicznej zał. 2 do SWZ Zamawiający wymaga

„Sufitowa jednostka zasilająca – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy II b”.

Nowe Deklaracje zgodności są wystawiane zgodnie z klasyfikacją MDR. Zgodnie z poprzednią klasyfikacją MDD kolumny medyczne były wyrobem klasy IIb, ale już według klasyfikacji MDR są wyrobem medycznych klasy IIa. Kolumna którą chce zaoferować Wykonawca posiada ważną najnowszą Deklarację Zgodności MDR i klasę medyczną zgodnie z aktualnymi wymogami. W związku z tym prosimy o wykreślenie w pkt 167 tabeli wymogu „klasy IIb” lub alternatywnie wpisanie „klasy IIb lub IIa)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza sufitową jednostkę zasilającą – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy II a.

