



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 25.02.2021 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 41/2020

Dotyczy: trybu podstawowego na dostawę materiałów zużywalnych do Centralnej Sterylizatorni do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 3

Dotyczy zapisów SIWZ:

1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Parametry Techniczne: Zadanie 3 - rękawy Tyvek, taśmy do plazmy Dot. Poz. 1-5 oraz 7

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy typu Tyvek o długości 70 mb z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania zamawiającego?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy typu Tyvek o gramaturze 64,4 g/m2

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy typu Tyvek zgrzewalne w temp. 125oC?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy typu Tyvek z nadrukiem od strony folii wskaźnika VH2O2?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.

6. Dot. Poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy o wymiarach 1,9cm x 55m z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania zamawiającego?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.

KOMENDANT

płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

M.J. 91/ 810 59 82