

COZL/DZP/AW/3411/PN-149/22

Lublin, dnia 25.01.2023 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

„Dostawa pojemników, probówek, czepków chirurgicznych, noża rurowego, asortymentu anestetycznego oraz akcesoriów do zabiegów operacyjnych na potrzeby COZL”

(COZL/DZP/AW/3411/PN-149/22)

1. Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

Dzień dobry, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 1 pozycji 1 -2000 szt - Pojemnik do pobierania próbek z dróg oddechowych... , tak aby stanowiła odrębną całość . Pozwoli nam to zaoferować Państwu atrakcyjną cenę na ww pojemnik - bezpośrednio od producenta .

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2

Część 2 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Część 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej PP o gramaturze 18g/m², ściągany lekką nie uciskającą gumką, wymiary: materiał nierozciągnięty min. 18cm, średnica po rozciągnięciu ok. 53cm. Pakowany po 100 szt. w kartonik w formie podajnika/dispensera, gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie pojedynczych sztuk. Każde opakowanie jednostkowe powinno zawierać: termin przydatności do użycia, informacje identyfikujące producenta, nr katalogowy. Kolor zielony i niebieski?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4**Część 2 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Wymiary: materiał nierozciągnięty min. 18cm, średnica ok. 47 cm. Szyty techniką overlok. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorach zielonym i niebieskim.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5**Część 2 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, Rozmiar uniwersalny. Wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm. Wysokość części przedniej umożliwiająca wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Wymiary denka 29 cm x 12 cm +/- 1cm. Szerokość troków 4 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką overlok. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6**Część 2 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki wiązany z tyłu na troki. Wykonany w całości z perforowanej włókniny Spunlace Mesh o gramaturze 35g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Rozmiar uniwersalny. Wysokość w części przedniej 15cm. Wymiary denka: 17cm x 25cm. Troki białe długości 25 cm. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorze niebieskim, z białymi trokami.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7**Część 2 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki wiązany z tyłu na troki z wstawką antypotną na całym obwodzie czepka. Wstawka o szerokości 4cm i długości 66cm. Wykonany w całości z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m². Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorze zielonym, z białymi trokami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8**Część 2 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m² oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m² w części górnej. Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia co utworzy dodatkową warstwę pochłaniającą pot. Materiał chłonny i przyjemny w dotyku zwiększający odczuwalny komfort pracy. Kolor niebieski, denko w kolorze białym. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 9**Część 2, poz. 1-3**

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje

również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 10

Część 2, poz. 1

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze min. 16 g/m², w kolorze niebieskim, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 11

Część 2, poz. 2

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m²) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 12

Część 2, poz. 3

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m²) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Czy zamawiający dopuści czepek wiązany z tyłu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 13

Pakiet 2 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka w formie beretu ściągnięty nieuciskającą gumką w rozmiarze ±53 cm z włókniny polipropylenowej Spunbond o gramaturze max. 12 g/m². Kolor zielony lub biały do wyboru. Pakowany po 100 szt. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 14

Pakiet 2 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o kroju furażerki, uniwersalny, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana ze wzmocnionej siecią podłużnych i poprzecznych włókien włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m², szerokość chłonnej części bocznej min. 12 cm na całym obwodzie, co umożliwi całkowite przykrycie czoła, skroni i potylicy oraz część górna, przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m². Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 15**Pakiet 2 poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o kroju furażerki, ściągany gumką z tyłu, oddychający z możliwością wywijania – wysokość z przodu min. 16 +/-0,5 cm, wykonany z oddychającej włókniny Spunlace o gramaturze 25 g/m². Dostępny w co najmniej 5 kolorach (niebieski, zielony, biały, fioletowy i różowy). Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza o ile pozostałe zapisy pozostały bez zmian w swz.

Pytanie nr 16

Prosimy o dopuszczenie w części nr 2 poz. 1, poz. 2 czepków pakowanych w opakowanie typu folia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.