



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Wrocław 13.09.2023r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku II – znak sprawy: PN 69/23.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2023r. poz. 1605; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Zadanie nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o długości 2 m?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2:

Zadanie nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy bez koreczka w kolorze czerwonym?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3:

Zadanie nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z czerwonym koreczkiem dołączonym osobno?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4:

Zadanie nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czerwony koreczek bez zaczepu do podwieszania?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22
Centrala tel.: 71 326 13 25
sekretariat@szpital.wroc.pl

www.szpital.wroc.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Pytanie nr 5:

Zadanie nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy rozciągliwy od długości ok. 55 cm do 200 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 6:

Zadanie nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy bez kapturka w kolorze czerwonym?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 7:

Zadanie nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z czerwonym kapturkiem dołączonym osobno?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 8:

Zadanie nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czerwony koreczek bez zaczepu do podwieszania?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 9:

Zadanie nr 13 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści czerwony kapturek bez zaczepu do podwieszania?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 10:

Zadanie nr 13 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści łącznik o długości 150 mm?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 11:

Zadanie nr 13 poz. 5

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „deponowanie w tchawicy i oskrzelach, przy przepływie gazu 8l/min min. 74% objętości aerozolu tworzy cząstki mniejsze niż 5µm i średnicy MMD 2,75 µm”?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •





Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Pytanie nr 12:

Zadanie nr 13 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści cząsteczki o średnicy max 2,0 – 2,2 μm ?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 13:

Zadanie nr 13 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 22 g, przestrzeń martwa 35 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 0,6 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylne?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 14:

Zadanie nr 13 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h₂₀, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylne?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 15:

Zadanie nr 13 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 22 g, przestrzeń martwa 35 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 0,6 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylne?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •





Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Pytanie nr 16:

Zadanie nr 13 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h₂₀, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 17:

Zadanie nr 13 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik ciepła i wilgoci dla dorosłych, o wadze 9 g, przestrzeni martwej 16 ml, objętości pływowej 200-1000 ml, z celulozowym wymiennikiem, z portem do odsysania, oporności 0,5 przy 30 l/min, z portem do podawania tlenu oraz skuteczności nawilżania 24 przy Vt 500ml, sterylny?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 18:

Zadanie nr 15 poz. 1, 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „deponowanie w tchawicy i oskrzelach, przy przepływie gazu 8l/min min. 74% objętości aerozolu tworzy cząstki mniejsze niż 5µm i średnicy MMD 2,75 µm”?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 19:

Zadanie nr 15 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści cząsteczki o średnicy max 2,0 – 2,2 µm?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 20:

Zadanie nr 15 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści maskę wykonaną z materiału PCV pozbawionego ftalanów?

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •





Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Pytanie nr 21:

Zadanie nr 15 poz. 7

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę krtaniową jednorazowego użytku wykonaną z PCV, bezlateksową, ukształtowaną zgodnie z budową anatomiczną gardła, posiadającą łukowaty kształt; rurka oraz mankiet stanowiące dwa osobne elementy połączone trwale ze sobą, bez wzmocnionego koniuszka, poślizgowa powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wzmocnienie rurki przed przegryzieniem; informacja dotycząca wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczone na korpusie maski, natomiast informacje dotyczące rozmiaru oraz numeru serii na baloniku kontrolnym oraz korpusie rurki, znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczony na rurce; rozmiary: 1; 1 ½; 2; 2 ½; 3; 4; 5, sterylizowana EO, na korpusie: rozmiar, przedział wagowy, jednorazowego użytku, dla kogo dedykowana, maksymalna pojemność mankietu, opakowanie folia-papier, na opakowaniu jednostkowym graficzna i opisowa instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim, na opakowaniu zbiorczym instrukcja obsługi w języku angielskim?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 22:

Zadanie nr 15 poz. 7

Czy zamawiający odstąpi od wymogu „stosowana w środowisku MRI (wymagane oryginalne oznaczenie producenta na opakowaniu jednostkowym)”?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 23:

Zadanie nr 15 poz. 7

Czy zamawiający odstąpi od wymogu „wyposażona w specjalnie przetestowaną zastawkę pozbawioną metalu”?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 24:

Zadanie nr 15 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne w rozmiarach 1-6?

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •





Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Pytanie nr 25:

Zadanie nr 18 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley bez zatyczki?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 26:

Zadanie nr 18 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z gumową zatyczką?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 27:

Zadanie nr 18 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z balonem o pojemności 5-15 ml?

Odp.: Zamawiający dopuszcza pojemność balonu 5-15 ml pozostałe parametry SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 28:

Zadanie nr 18 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley bez zatyczki?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 29:

Zadanie nr 18 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z gumową zatyczką?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 30:

Zadanie nr 18 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z balonem o pojemności 3 ml dla rozmiaru CH6 oraz 3-5 ml dla rozmiarów CH8-CH10?

Odp.: Zamawiający dopuszcza pojemność balonu ,pozostałe parametry SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 31:

Zadanie nr 18 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z balonem o pojemności 3 ml dla rozmiaru CH6 oraz 3-5 ml dla rozmiarów CH8-CH10?

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •





Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Odp.: Zamawiający dopuszcza pojemność balonu ,pozostałe parametry SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 32:

Zadanie nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rurkę niesilikonowaną?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 33:

Zadanie nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści oznaczenie głębokości w postaci dwóch półpięści?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 34:

Zadanie nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści logo lub nazwę producenta na opakowaniu zamiast na samej rurce lub baloniku kontrolnym?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 35:

Zadanie nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rurkę w rozmiarach 2.5-9.0 co 0.5?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 36:

Zadanie nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści długości rurki w zakresie od min. 20,5 cm (dla rozmiaru 4.0) do min. 32,5 cm (dla rozmiaru 9.0)?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 37:

Zadanie nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści średnicę mankietu w zakresie od min. 16 mm (dla rozmiaru 4.0) do min. 29 mm (dla rozmiaru 9.0)?

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •





Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 38:

Zadanie nr 20 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rurkę niesilikonowaną?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 39:

Zadanie nr 20 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści oznaczenie głębokości w postaci dwóch półpierścieni?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 40:

Zadanie nr 25 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę wykonaną w całości z włókniny poliestrowej: 100 g/m² część przednia pokryta środkiem myjącym + 70 g/m² część bez środka myjącego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga, pozostałe parametry SWZ pozostają bez zmian

Pytanie nr 41:

Zadanie nr 26 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dzieci elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 15 g, przestrzeń martwa 12 ml, objętość 150-300 ml, oporność 1,2 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 24 mg/h₂₀, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 42:

Zadanie nr 26 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o następującej specyfikacji:

- Posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- Posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 5-10 ml NaCl
- Posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •





Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

- Posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- Posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- Regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz średnicą oraz informacją „UP”
- Blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- Posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- System wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- Cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- Cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- Oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- W zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim oraz łącznik martwa przestrzeń rozciągliwy do długości 135mm

System stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z

Pytanie nr 41:

- Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- Jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- Rozmiary: 10, 12, 14, 16 CH – długość 60 cm (intubacja) oraz 30 cm (tracheostomia)
- Pakowana folia/papier?
- **Odp.:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 43:

Zadanie nr 26 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści bez fiolek soli fizjologicznej?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22
Centrala tel.: 71 326 13 25
sekretariat@szpital.wroc.pl

www.szpital.wroc.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Pytanie nr 44:

Zadanie nr 26 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fiołki soli fizjologicznej dołączone osobno?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 45:

Zadanie nr 26 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści min. 10 fiołek soli fizjologicznej a' 10 ml?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 46:

Zadanie nr 26 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę wykonaną z dwóch części oddzielnie wykonanych podczas procesu wytwarzania, połączonych ze sobą w sposób uniemożliwiający ich rozłączenie?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 47:

Zadanie nr 26 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę pakowaną po 50 sztuk?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 48:

Zadanie nr 26 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za 1 sztukę?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 49:

Zadanie nr 28 poz. 1

Czy zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu, światłowodowe, jednorazowe, dostępna w rozmiarach Mac 0, 1, 2, 3, 4, 5 o długości 76, 95, 105, 135, 155, 175 mm, Mill 00, 0, 1, 2, 3, 4 o długości 65, 78, 102, 154, 195, 205 mm, nieodkształcające się łyżki wykonane z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilne z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja); profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku, światłowód osłonięty tworzywem sztucznym w kolorze czarnym, światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło; średnica światłowodu 5 mm; zakończenie łyżki od strony pacjenta atraumatyczne, zaokrąglone (przekrój w formie walca), pogrubione; mocowanie w rękojeści zatraskiem kulkowym w postaci kulek stabilizujących; wszystkie rozmiary

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •





Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

oznakowane cyfrowo, opakowanie folia-folia z nacięciem ułatwiającym otwarcie rękami, na opakowaniu oznakowane data ważności, data produkcji, LOT, REF, rozmiar i rodzaj łyżki. Na łyżce oznakowane typ, rozmiar łyżki, znak CE, symbol nie do powtórnego użycia, instrukcja opisowa dołączona do opakowania zbiorczego?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 50:

Zadanie nr 28 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za 1 sztukę?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 51:

Zadanie nr 28 poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie jakich rozmiarów wymaga Zamawiający. W opisie przedmiotu zamówienia podano bardzo szeroki zakres rozmiarów zarówno dla typu Macintosh jak i Miller, tymczasem w kolumnie „rozmiar, cecha” wskazano jedynie rozmiar 1-4 bez żadnego rozróżnienia na rodzaje łyżek.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 52:

Zadanie nr 30 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiary CH 20, 24, 28?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 53:

Zadanie nr 30 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a'75 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 54:

Zadanie nr 30 poz. 9

Czy Zamawiający wymaga, aby aplikator gąbkowy był pokryty dwuwęglanem sodu, który ma działanie przeciwzapalne, antyseptyczne oraz przeciwobrzękowe?

Odp.: Zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 55:

Zadanie nr 30 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści próbkę o pojemności 25 ml?

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22
Centrala tel.: 71 326 13 25
sekretariat@szpital.wroc.pl

www.szpital.wroc.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 56:

Zadanie nr 36 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści okulary przeznaczone dla obwodów głowy:

- Pozycja 1 – rozmiar M – 26-30 cm;
- Pozycja 2 – rozmiar L – 30-37 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 57:

Zadanie nr 36 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści okulary przeznaczone dla obwodów głowy:

- Pozycja 1 – rozmiar M – 25-35 cm;
- Pozycja 2 – rozmiar L – 30-40 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 58:

Zwracamy się z wnioskiem o wydzielenie poz. 1 z Pakietu nr 32.

W związku z odpowiedziami z dnia 28.08.2023 r. w których dopuścili Państwo zaoferowanie masek o innych parametrach, prosimy o możliwość złożenia oferty wyłącznie na maski.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 59:

Czy Zamawiający w Zadaniu 14 poz. 2, 3 dopuści wycenę igieł typu motylek w opakowaniach x 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Sporządziła: Elwira Stołba

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22
Centrala tel.: 71 326 13 25
sekretariat@szpital.wroc.pl

www.szpital.wroc.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**