

## Wyjaśnienia do treści SWZ

Dotyczy: przetarg nieograniczony „**Sprzęt medyczny i rehabilitacyjny**”

Zamawiający, Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu j.w. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Poniżej zamieszczamy pytania Wykonawców w formie niezmienionej i odpowiedzi Zamawiającego.

### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wysokiej klasy wózek o całkowitej długości 217 cm? Wózki całkowitej długości ok 190 cm są bardzo często zbyt krótkie dla pacjentów, i utrudniają poziomy transport pacjentów przeciętnego wzrostu, ze względu na fakt, iż całkowita długość wózka a długość samego leża znacznie odbiegają od siebie. Proponujemy rozwiązanie, które łączy w sobie długość leża dla pacjenta 193 cm i długość całkowitą 217 cm.

### **Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści wózek wysokiej klasy międzynarodowego producenta o całkowitej szerokości 78 cm? Dzięki profilowanym poręczom bocznym na wózku mieszczą się nawet pacjenci bariatryczni (udźwig 250 kg), a dzięki podanej szerokości wózek jest łatwy do manewrowania nawet w najwęższych zakrętach w szpitalu i wąskich framugach.

### **Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności rozwiązania:

- Zakres regulacji wysokości leża odbiegający minimalnie od wymaganego wynoszący 56-86 cm,
- Regulacja realizowana poprzez lepsze rozwiązanie od opisanego: hydrauliczne dźwignie nożne regulacji wysokości dostępne od strony prawej i lewej leża. Takie rozwiązanie ułatwia zmianę wysokości stojąc bezpośrednio przy pacjencie i nie odchodząc od niego i nie schylając się do korby. proponowane rozwiązanie pozwala na sterowania leżem do różnych pozycji intuicyjnie, stopami bez zagłądania na dźwignie lub korby umieszczone pod leżem.

### **Odpowiedź**

Zamawiający w opisie określił minimalne wymagania techniczne. Oznacza to, że jeżeli wykonawca zaoferuje sprzęt o lepszych parametrach czy lepszym wyposażeniu - zamawiający nie odrzuci oferty. Jednakże w takim wypadku inne parametry nie mogą być gorsze niż żądane w opisie.

### **Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuści wózek z wysokością podparcia pleców regulowana w zakresie: 0-90° +/- 5°. Proponowane rozwiązanie jest lepsze od opisanego.

### **Odpowiedź**

Jak pytanie nr 3.

### **Pytanie 5**

Czy Zamawiający dopuści lepsze konstrukcyjnie rozwiązanie- bariereki boczne chromowane, chowane pod leże ułatwiające przekładanie pacjenta, o konstrukcji bezpiecznej dla personelu (wyklucza przytraśnięcie palców) i eliminujące do minimum przestrzeń transferową pomiędzy wózkiem a łóżkiem/stołem zabiegowym/operacyjnym? Bariereki boczne długości 147 cm z tworzywowymi elementami szczytowymi na całej długości posiadające dodatkowe wyprofilowane końce z miejscem do prowadzenia wózka.

### **Odpowiedź**

Pytanie jest nieprecyzyjnie sformułowane co uniemożliwia odpowiedź na nie. Zgodnie z opisem w Załączniku nr 7 do SWZ - bariereki boczne mają być pełne, z tworzywa, składane.

### **Pytanie 6**

Czy ze względu na wymóg dostarczenia wózka z uchwytami ze wszystkich stron ułatwiających prowadzenie czy zamawiający oczekuje obu par składanych poniżej poziomu materaca, ergonomicznych rączek do prowadzenia wózka zlokalizowanych od strony głowy i nóg pacjenta ułatwiających dostęp do pacjenta (m.in. podczas transportu do RTG, akcji reanimacyjnej, badania pacjenta) ?

### **Odpowiedź**

Zgodnie z opisem w Załączniku nr 7 do SWZ.

### **Pytanie 7**

Czy Zamawiający będzie oczekiwał dostarczenia wraz z wózkiem uchwyty na jednorazowe prześcieradło ochraniające powierzchnię leża?

### **Odpowiedź**

Jak pytanie nr 3.

### **Pytanie 8**

Czy Zamawiający przez wzgląd na bezpieczeństwo pacjenta i personelu wymaga barierek bocznych chowanych pod leże i o bezpiecznej konstrukcji dla personelu? Takie barierki znacznie zwiększają bezpieczeństwo i komfort podczas przekładania pacjenta oraz zapewnia personelowi jak najbliższy bezpieczny kontakt z pacjentem, (ułatwione badanie, ułatwiona akcja reanimacyjna). Dodatkowo konstrukcja barierek bocznych wózka została opracowana tak, aby uchwycenie ich w jakimkolwiek miejscu podczas składania nie powodowało ryzyka urazu palców dłoni.

### **Odpowiedź**

Jak pytanie nr 3.

### **Pytanie 9**

P.2 - Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli nieckę wanny kolorze zielonym/turkusowym ?

### **Odpowiedź**

Zamawiający wymaga niecki w kolorze zielonym - odcień dowolny.

### **Pytanie 10**

P.3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania stołu o elektrycznej regulacji wysokości w zakresie 50 do 101cm za pomocą ramy sterującej znajdującej się dookoła części dolnej stołu i dostępnej z każdej strony gdzie uruchomienie polega na lekkim przesunięciu stopą w prawo lub lewo a nie przyciśnięciu, malowaną proszkowo w jednolitym kolorze całości ramy stołu ?

### **Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### **Pytanie 11**

P.3 - Czy Zamawiający wymaga stół z mechaniczną regulacją podłokietników za pomocą systemu płynnej, bezrębowej regulacji bocznych zagłówek, oparty o mechanizm przesuwny z blokadą gdzie zmiana wysokości odbywa się przez docisk dłońią, a automatyczna blokada pozycji zabezpiecza przed niepożądanym przesunięciem bocznych zagłówek w czasie terapii.

### **Odpowiedź**

Jak pytanie nr 3.

### **Pytanie 12**

P.3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania stołu którego całkowita długość wynosi 202 cm, a grubość pianki materaca to 5 cm ?

### **Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### **Pytanie 13**

Czy Zamawiający dopuści wózki o długości 196 cm? ? Parametr tylko w nieznacznym sposób różni się od oczekiwanego i nie wpływa na funkcjonalność wózka.

### **Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 14**

Czy Zamawiający dopuści wózki o szerokości 66 cm? Parametr tylko w nieznacznym sposób różni się od oczekiwanego i nie wpływa na funkcjonalność wózka.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 15**

Czy Zamawiający dopuści wózki o wysokości w zakresie 58-87 cm ? Parametry tylko w nieznacznym sposób różnią się od oczekiwanego i nie wpływają na funkcjonalność wózka.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 16**

Czy Zamawiający dopuści wózki o dopuszczalnym obciążeniu do 170 kg ?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Powyższe odpowiedzi są integralną częścią SWZ i należy je uwzględnić przy opracowywaniu oferty. Powyższe odpowiedzi nie stanowią modyfikacji SWZ w rozumieniu Prawa zamówień publicznych. Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.