



Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej
Ul. KAROWA 2,00-315 WARSZAWA

L.dz. SK/699z/DPUB/05/2021

Warszawa, dnia 21.09.2021 r.

**Wyjaśnienie i Modyfikacja
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę aparatury medycznej” nr 01/09/21 opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 10.09.2021 r pod nr 2021/S 176-456380.

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie **art. 135 ust. 6** oraz **art. 137 ust. 1 i 2** ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1129), Zamawiający wyjaśnia, co następuje

PAKIET 1 – APARAT DO ZNIECZULENIA

Pytanie nr 1 dot. pkt. 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pochłaniacz CO₂ o pojemności 1,5 l?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2 dot. pkt. 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie pochłaniaczy jednorazowych z opcją wymiany bez rozszczelnienia układu?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3 dot. pkt. 28

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z możliwością automatycznej oceny zużycia środka wziewnego w godzinie znieczulenia bez podania kosztu? Pragniemy zaznaczyć, iż taki koszt może być dość szybko wyliczony, a rozwiązanie konkurencyjne oferuje podanie kosztu zużycia środka w USD, co wymaga przeliczenia na walutę rodzimą kursie z danego dnia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4 dot. pkt. 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu z trybem: Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie z gwarantowaną objętością typu AutoFlow?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5 dot. pkt. 38

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w którym podanie oddechu kontrolowanego uwarunkowane jest ustawioną minimalną częstością oddechową RR_{min}?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6 dot. pkt. 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozwiązanie z funkcją pauzy w przepływie gazów powyżej 1 min. trybie wentylacji ręcznej i mechanicznej?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7 dot. pkt. 42

Czy Zamawiający dopuści aparat bez wymienionej funkcji, charakterystycznej dla jednego producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8 dot. pkt. 43

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie aparatu bez tej funkcji, charakterystycznej dla jednego producenta?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9 dot. pkt. 45

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie rozwiązania przełączania z wentylacji ręcznej na mechaniczną i wentylacji mechanicznej na ręczną na zasadzie: wybierz tryb wentylacji – potwierdź wybór?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10 dot. pkt. 49

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zakresu objętości oddechowej w trybie wentylacji objętościowo zmiennej w zakresie 10 ÷ 1500 ml. ?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11 dot. pkt. 52

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie aparatu z funkcją alarmu MV bez TV? Objętość MV jest mierzona z 3 oddechów, więc alarm z jednego oddechu (TV) może jedynie wpłynąć na - i tak znaczną - kakofonię na blokach operacyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12 dot. pkt. 53

Nawiązując do punktu wyżej, jeżeli Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie funkcji poprzedniej, to prosimy również o zgodę na rezygnację z tej funkcji (niejako z „automatu”).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13 dot. pkt. 72/73

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie nowoczesnego aparatu z ekranem wbudowanym? Pragniemy zaznaczyć iż w komplecie z aparatem jest kardiomonitor, który jest z zasady mocowany przy aparacie. Opcją zatem bardziej optymalną wydaje się aparat z ekranem wbudowanym, tym bardziej że są to urządzenia do powieszenia na kolumnie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14 dot. pkt. 75

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie urządzenia z 3 zapamiętywanymi na stałe stronami konfiguracji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15 dot. pkt 81/82

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie możliwości zapisania jednej pętli wzorcowej i możliwości wyświetlenia 5 pętli jednocześnie?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 16 dot. pkt. 84

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie automatycznej kalkulacji parametrów wentylacji po wprowadzeniu wzrostu pacjenta? Pragniemy zwrócić uwagę, iż jest to kalkulacja bardziej dokładna i wszystkie dane medyczne wskazują ją jako wzorcową przy ustalaniu idealnej masy ciała na podstawie, której proponowane są parametry wentylacji.

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 17 dot. pkt. 88

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ssak zintegrowany z pojemnikami 2 x 700 ml.?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 18 dot. pkt. 91

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu z ostatnim testem aparatu prezentowanym na ekranie?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 19 dot. pkt. 94

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia zdolnego do integracji z dowolnym systemem posiadającym interfejs HL7, bez konieczności dostępności systemu CIS tego samego producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20 dot. pkt. 97

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie monitora bez ramy na moduły, z zewnętrznymi modułami podłączanymi do odpowiednich gniazd w obudowie?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 21 dot. pkt. 103

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie monitora bez tej funkcji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22 dot. pkt. 107

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia wykorzystującego sieci separowane fizycznie? Są to opcje zalecane w rozwiązaniach medycznych.

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 23 dot. pkt. 108

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu, który nie posiada monitorów w pełni modułowych?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 24 dot. pkt. 111

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie monitora bez tej funkcji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25 dot. pkt. 112

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie monitora z ręcznym otwarciem podglądu zdalnego monitora?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26 dot. pkt. 113

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie systemu monitorowania z możliwością drukowania krzywych i raportów na drukarce laserowej z centrali?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 27 dot. pkt. 118

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie monitora z możliwością zaprogramowania 3 różnych konfiguracji (profilu) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów oraz widoki ekranów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 28 dot. pkt. 119

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie monitora z możliwością wyboru spośród 4 różnych układów?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 29 dot. pkt. 120

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie monitora z dostępnym tzw. ekranem dużych liczb z możliwością podziału na 4 okna?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 30 dot. pkt. 121

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie monitora bez klasyfikacji odporności na upadek?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 31 dot. pkt. 122

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie monitora z klasą odporności IPX1?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32 dot. pkt. 123

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie monitora o masie 7,5 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33 dot. pkt. 125

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie monitora z 1 z 3 i 7 odprowadzeń bez 12 odprowadzeń z jakością diagnostyczną?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 34 dot. pkt. 126

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie monitora z jednoczesną prezentacją 2 kanałów EKG na ekranie głównym kardiomonitora z 2 odprowadzeniami i z kaskadą w dwóch kanałach?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 35 dot. pkt. 129

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie monitora z analizą arytmii w 1 odprowadzeniu EKG?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 36 dot. pkt. 130

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie monitora z analizą arytmii wg 16 definicji z rozpoznawaniem arytmii komorowych i przedsionkowych, bez migotania przedsionków?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 37 dot. pkt. 135

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie monitora z pomiarem wysycenia hemoglobiny tlenem z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe algorytmem własnym producenta monitora?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 38 dot. pkt. 141

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie monitora wykorzystującego jednotubowy system wężyków i mankietów?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 39 dot. pkt. 144

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie monitora bez programowanych cykli pomiarowych?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 40 dot. pkt. 148

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie monitora z mankietami na ramię o standardowych rozmiarach, bez mankietów dla pacjentów otyłych stożkowych, dedykowanych i walidowanych do pomiaru na przedramieniu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 41 dot. pkt. 151

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie monitora bez funkcji etykiet?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 42 dot. pkt. 153

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na monitorowanie za pomocą oddzielnego monitora TOFScan, oferującego pomiar zwiotczenia bardzo dokładną i czułą metodą stymulacji nerwu łokciowego i rejestracji odpowiedzi za pomocą czujnika 3D, mierzącego drgania kciuka we wszystkich kierunkach, bez konieczności kalibracji czujnika przed wykonaniem pomiaru, z następującymi dostępnymi metodami stymulacji:

- Train Of Four, obliczanie T1/T4 i Tref/T4
- TOF z ustawianymi odstępami automatycznych pomiarów
- Tetanus 50 Hz
- Single Twitch?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 43 dot. pkt. 154

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość rozbudowy o monitorowanie gazowe w strumieniu bocznym następujących parametrów: CO₂, O₂, N₂O i anestetyków z automatyczną identyfikacją środka znieczulającego oraz prezentacją MAC / MACage. Pomiar możliwe u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenieszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta bez możliwości zamiennego stosowania modułu pomiarowego pomiędzy różnymi monitorami i aparatami do znieczulania tego samego producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 44 dot. pkt. 159

Czy Zamawiający zgodzi się na ręczną regulację granic alarmowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 45 dot. pkt. 161

Czy Zamawiający zgodzi się na tylko automatyczne zapisywanie zdarzeń?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 46 dot. pkt. 164

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie monitora bez funkcji NEWS?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 47 dot. pkt. 165

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie monitora bez funkcji przenoszenia konfiguracji i trendów za pomocą USB?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY DLA PAKIETU 1

Pytanie nr 48 dot. § 4 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 49 dot. § 6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do:

Pkt. 1) do 0,2%?

Pkt. 2) do 0,2%?

Pkt. 3) do 0,2%?

Pkt. 5) do 0,2%?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary w pkt 1,3, 5 do 0,2%.

W pkt 2 Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 50 dot. § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych do 10%?

Uzasadnienie: wysokość kar umownych znacznie odbiega od standardów funkcjonujących na rynku wyrobów medycznych, co prowadzi do naruszenia zasady równości stron umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu łącznej wysokości kar do 50% wynagrodzenia.

Pytanie nr 51 dot. Par. 6 ust. 1 ppkt 1,3,4,5

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary do 0,2%.

Pytanie nr 52 dot. Par. 6 ust. 2

Określenie górnego limitu naliczenia kary umownej na tak wysokim poziomie w praktyce może powodować, iż jej celem nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty, czy zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej, szczególnie, że Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. W związku z powyższym proponujemy zmianę treści ust. 2 i nadanie mu brzmienia:

„Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1, którymi Zamawiający może obciążyć Wykonawcę nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w par. 4 ust. 1.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu łącznej wysokości kar do 50% wynagrodzenia.

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY DLA PAKIETU 2

Pytanie nr 53

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmiany w zapisach umowy § 5 ust. 8 pkt.2 „Zakończenia naprawy urządzenia w ciągu nie więcej niż 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego (zgłoszenia telefonicznie lub faxem lub emailem w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00).?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 54

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów/elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian

Odpowiedź:

Tak Zamawiający potwierdza, że gwarancja nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia akcesoriów, części i materiałów zużywalnych wchodzących w skład przedmiotu umowy.

ZATWIERDZIŁ
DYREKTOR SZPITALA
mgr Ewa Piotrowska