

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, zawiadamia, iż w postępowaniu na zadanie pn. „Utworzenie pracowni wodolecznictwa, odnowy biologicznej, biomechaniki oraz doposażenie pracowni anatomii” wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisów SWZ.

Działając na podstawie art. 283 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129) Zamawiający udziela odpowiedzi na przesłane zapytania.

## ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

### PYTANIE 1

Dotyczy części I poz. 15, 16, 17, 18

**Czy Zamawiający wydzieli pozycje 15, 16, 17, 18 do osobnego pakietu? Biorąc pod uwagę bardzo długi czas realizacji zamówień na hydroterapię, zamówienie zostałyby zrealizowane dopiero z końcem sierpnia 2022 roku. Wydzielenie ww. urządzeń do osobnego pakietu pozwoliłoby na złożenie oferty na pozostałe sprzęty z części I z krótszym terminem realizacji.**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 15, 16, 17, 18 do osobnego pakietu.

### PYTANIE 2

Dotyczy części I poz. 10 – Zestaw do pomiaru i analizy funkcji czynnościowych mięśni szkieletowych – tensiomiografii

**Czy Zamawiający dopuści stymulator o impulsie prostokątnym i stałym czasie trwania impulsu 1 ms? Taki impuls jest konieczny do efektywnego badania mięśni techniką TMG.**

NIE, Zamawiający nie dopuszcza stymulatora o impulsie prostokątnym i stałym czasie trwania impulsu 1 ms. Podtrzymuje zapisy SWZ.

**Czy Zamawiający dopuści stół o następującej specyfikacji:**

Długości segmentów blatu (od lewej):	65 / 35 - 100 cm
Długość stołu bez i z podglówkiem:	200 cm / 230 cm
Szerokość stołu:	76 cm
Pianka:	5 cm
Wysokość regulowana stołu:	od 63 cm do 92 cm co 3.2 cm (10 pozycji)
Wymiary po złożeniu:	100x76x20 cm
Waga (z wyposażeniem):	22,7 kg
Regulacja kąta odchylenia leżyska:	0 - 55 stopni
Wytrzymałość dynamiczna:	350 kg

Wytrzymałość statyczna:	1400 kg
Konstrukcja stołu:	drewno
Kolor tapicerki:	beżowy
Rodzaj tapicerki:	Vinyl Flex
Kategoria wagowa:	16 do 22 kg

NIE, Zamawiający nie dopuszcza o podanej powyżej specyfikacji. Podtrzymuje zapisy SWZ.

### **PYTANIE 3**

**Dotyczy części I poz. 15 - Wanna czterokomorowa do kąpeli wodnych naprzemiennych oraz kąpeli wodno-elektrycznych**

**Czy Zamawiający dopuści krzesło do wanny w kolorze szarym?**

TAK, Zamawiający dopuszcza krzesło do wanny w kolorze szarym.

### **PYTANIE 4**

**Dotyczy części I poz. 16 - Wanna do kąpeli wirowej kończyn dolnych lub górnych**

**Czy Zamawiający odstąpi od wymogu możliwości wyboru koloru krzesła do wanny i dopuści krzesło w kolorze szarym?**

TAK, Zamawiający dopuszcza krzesło do wanny w kolorze szarym.

### **PYTANIE 5**

**W pozycji 4 cz. I piłka rehabilitacyjna do pilates. Podany wymiar to 25-27 m. Wnioskuje że nastąpiła pomyłka i miało być 25-27 cm. Proszę o potwierdzenie i zmianę w OPZ.**

Zamawiający informuje iż prawidłowe wymiary piłek rehabilitacyjnych do pilates to 25-27 cm.