

ZZ-2380-36/22

informacja na Platformę zakupową

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami) zwanej dalej „uPzp” na **naprawa, kalibracja, wzorcowanie urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu będących w użytkowaniu jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytań z dnia 04.04.2022 r. wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

Czy Zamawiający może w projekcie umowy dla zadania nr 2 dokonać zmian nazewnictwa dla zamawianych usług serwisowych zgodnie z zapisami formularza kalkulacji cenowej nr 2.2. gdzie Kalibracja=Adiustacja i Legalizacja=Wzorcowanie? Jednocześnie w kontekście powyższego w §3 pkt 1 projektu umowy zapis dotyczący cen legalizacji regulowanych przez GUM nie ma zastosowania przy urządzeniach do kontroli trzeźwości

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje załączniki od 6.1 do 6.9 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.

Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga, aby na Świadectwie Wzorcowania umieszczony był zalecany termin kolejnego wzorcowania? Jeśli tak to czy zapis może zostać umieszczony w umowie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby na świadectwie Wzorcowania umieszczony był zalecany termin kolejnego wzorcowania. Zamawiający modyfikuje załączniki od 6.1 do 6.9 do SWZ -projektowane postanowienia umowy.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.