



2. REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
04-470 Warszawa, ul. Marsa 110



Warszawa, dnia 26.08.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Zamawiający – 2. Regionalna Baza Logistyczna zawiadamia, że w postępowaniu nr **732/RZ/2024** na **dostawę różnych przyrządów do badań**, wpłynęły pytania.

Pytanie nr 1:

W celu zapewnienia wygody i ergonomii pracy prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania automatycznego twardościomierza Rockwella o wysokości całkowitej urządzenia do 1200mm co zapewni właściwą pionową przestrzeń testu przy instalacji dużego stołu pomiarowego (z pozycji wyposażenie pkt.2 stalowy stół pomiarowy o powierzchni roboczej 300x500mm) i bezpieczne oraz wygodne mocowanie próbek do testów (w tym próbek o masie: max. 100 kg).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmiany parametrów masy oraz wysokości

Pytanie nr 2:

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i właściwej sztywności przy pomiarach ewentualnych najcięższych próbek o masie 100kg (wymóg punk. 14 Masa badanej próbki: max. 100 kg) z dużym ciężkim stołem (stalowy stół pomiarowy o powierzchni roboczej 300x500mm) , prosimy o dopuszczenie zaoferowania automatycznego twardościomierza Rockwella o masie urządzenia 120kg+100kg tj. do 220 kg.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmiany parametrów masy oraz wysokości

KOMENDANT 2.RBLog

z up. Kierownik Zespołu Zabezpieczenia

/-/ mgr Edward STACHOWICZ