



UNIwersytet Medyczny  
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Dział Zamówień Publicznych

Adres:  
61-701 Poznań  
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00  
fax (061) 854-61-46  
e-mail: dzp@ump.edu.pl

L. dz. DZP- 321 /21

Poznań, dnia 09.06.21 r.

Wszyscy Wykonawcy  
- platforma zakupowa

**Dotyczy: PN-51/21** postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę z instalacją nastołowego liofilizatora laboratoryjnego wraz z pompą próżniową i akcesoriami oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.**

W związku z pytaniem dotyczącym prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) udziela odpowiedzi:

**Zapytania:**

1. Pkt. 15 załącznika nr 3 – opis przedmiotu zamówienia:  
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania pompę próżniową o wydajności 5,1 m<sup>3</sup>/h i próżni 0,002 mBar?"

**Ad. 1.** Zamawiający dopuści pompę próżniową o wydajności 5,1 m<sup>3</sup>/h i próżni 0,002 mBar, pod warunkiem, że będzie ona kompatybilna z urządzeniem (liofilizatorem) i zapewni ona prawidłowe funkcjonowanie sprzętu oraz sprawny przebieg procesu liofilizacji. Całość (baza-liofilizator, cylinder z półkami i pompa) powinny być połączone odpowiednimi węzami i przyłączami, tak aby zapewnić funkcjonowanie urządzenia. Poszczególne elementy muszą być ze sobą ściśle zintegrowane i zestrojone, w celu prawidłowego funkcjonowania urządzenia jako cały zestaw.

**Zmiana:**

Na podstawie art. 137 ust. 4 Ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany terminów - składania i otwarcia ofert, w następujący sposób:

- 1) Jako termin składania ofert wskazuje się: 18.06.2021 r. godz.: 9:00,
- 2) Jako termin otwarcia ofert wskazuje się: 18.06.2021 r. godz.: 10:00.

Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je, jako ważne i wiążące.

Z poważaniem,

DYREKTOR DS. ADMINISTRACJI

  
..... dr. n. med. Paweł Uruski  
Za Zamawiającego

Opracowała: Sławomira Baranowska  
nr telefonu: 61 854 60 15  
e-mail: dzp@ump.edu.pl

