

ZAMAWIAJĄCY:

NAD BIEBRZĄ Sp. z o.o.

ul. Torowa 12, 16 -100 Sokółka

NIP 5451826503

Strona internetowa: <https://nadbiebrza.pl/>

e-mail: sekretariat@nadbiebrza.pl

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/968627>

Ogłoszenie o zamówieniu nr: 504378-2024 z dnia 2024-08-22

/Wszyscy zainteresowani Wykonawcy/

PYTANIA I ODPOWIEDZI

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), pn.: „Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia dla oddziałów szpitalnych SP ZOZ w Sokółce”.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Dotyczy: Część 7, poz. 1 Laser biostymulacyjny z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2023 lub 2024

Parametry opisane w pozycji 1 w części 7, dotyczą sprzętu, który nie jest już produkowany. Czy w związku z tym, Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie o parametrach lepszych niż opisane ?

- Sterownik do laseroterapii z aplikatorem skanującym do laseroterapii
- Aplikator skanujący R+IR 100mW +450mW ze statywem oraz sterownikiem : duża moc źródeł promieniowanie mierzona na wyjściu, trzy tryby kreślenia pola zabiegowego: elipsa, linia, krzywe w granicach prostokąta, regulacja wysokości ramienia 60-140cm, regulacja położenia głowicy w dwóch osiach, automatyczne przeliczanie czasu pracy w zależności od wielkości pola zabiegowego i odległości skanera od ciała pacjenta, głowica skanująca umieszczona na ramieniu wyposażonym w siłownik pneumatyczny podtrzymujący ramię, podstawa wyposażona w kółka z hamulcami, półka na sterownik i okulary
- Możliwość podłączenia sond i aplikatorów laserowych:
 - o o mocy 400 mW i długości fali 808nm
 - o o mocy 80mW i długości fali 660nm
- - regulacja mocy sond i aplikatorów
- - tryb emisji: ciągły i impulsowy
- Możliwość podłączenia prętów światłowodowych do sond punktowych
- Ilość gniazd do podłączenia aplikatorów - 3
- Tryb manualny i programowy
- Kontrola nad parametrami zabiegowymi
- Jednostki chorobowe w trybie programowym wybierane po nazwie
- Ilustrowana encyklopedia zabiegowa
- Dawka energii :0,5 J/cm² – 15 J/cm² z krokiem regulacji 0,5 J/cm²
- Regulacja mocy 25%-100%

NAD BIEBRZĄ Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

- Wypełnienie przy pracy impulsowej 10 – 90% z krokiem regulacji 10%
- Ilość programów zabiegowych 57
- Ilość sekwencji zabiegowych dla skanera 26
- Gotowe programy z częstotliwościami Nogiera 8
- Gotowe programy z częstotliwościami Volla 30
- Edycja nazw programów użytkownika
- Możliwość automatycznego powtórzenia zabiegu
- Dotykowy Wyświetlacz 5"
- Zegar zabiegowy 1 sekunda – 100 minut, krok zmienny
- Wtyk blokady drzwi DOOR
- Zasilanie 230V, 50Hz, 40W
- Możliwość pracy na baterii
- Klasa bezpieczeństwa wymagana prawem
- Wymagane prawem RP certyfikaty/dopuszczenia
- Instrukcja w języku polskim

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, iż w wyniku otrzymanych pytań, niniejsze wyjaśnienia do Specyfikacji Warunków Zamówienia i jej zmiany są obowiązujące dla SWZ, a całość należy odczytywać z pierwszeństwem i uwzględnieniem ich treści.

Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert.

ZATWIERDZIŁ I PODPISAŁ DOKUMENT
KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM:

PREZES ZARZĄDU
/-/
Grzegorz Pul

ZASTĘPCA PREZESA
/-/
Dariusz Lipski