



znak: D25C/251/N/5-7rj/20

Wejherowo, dnia 11.03.2020 r.

D.25C/250/ 109 /2020

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177) Prawo Zamówień Publicznych oraz rozdz. XI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **SUKCESYWNE DOSTAWY SPRZĘTU EKSPLOATACYJNEGO DO BIOPSJI MAMMOTOMICZNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ URZĄDZENIA DO WYKONYWANIA BIOPSJI GRUBOIGŁOWEJ DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE**, znak: D25C/251/N/5-7rj/20, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

**1. Zapytanie Wykonawcy:**

Wnosimy o wyrażenie zgody na wydłużenie maksymalnego wymaganego terminu dostawy częściowej będącego jednocześnie kryterium oceny ofert z 3 do 5 dni roboczych.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**2. Zapytanie Wykonawcy:**

Wykonawca wnosi o usunięcie rozbieżności pomiędzy wskazanym w załączniku nr 1 Formularz Oferty (do 10 każdego miesiąca) a wskazanym w projekcie umowy §41 ust 3 (do 15 każdego miesiąca) terminem płatności czynszu dzierżawy poprzez wskazanie który termin jest wiążący.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, iż zaszła omyłka pisarska w Formularzu Oferty. Prawidłowy jest termin podany w projekcie umowy, tj. czynsz dzierżawny płatny będzie do 15 każdego miesiąca.

**3. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy: Załącznik nr. 6 do SIWZ, Projekt umowy, §4 pkt. 4 ubezpieczenie przedmiotu dzierżawy**

Czy Zamawiający może potwierdzić że:

Ściany, stropy ,podłogi pomieszczenia w którym znajdować się będzie dzierżawione urządzenie wykonane jest z trwałych materiałów (ich zniszczenie lub pokonanie nie jest możliwe bez użycia siły lub narzędzi) oraz wg. technologii odpowiadającej wymaganiom wynikającym z przeznaczenia i usytuowania pomieszczenia, a także nie posiadają niezabezpieczonych otworów , które umożliwiają dostęp do pomieszczenia bez użycia siły lub narzędzi ?

A także wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory szklane w pomieszczeniu są w należyтым stanie technicznym i właściwie osadzone ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego budynek odpowiada wszystkim przepisom prawa i wymaganiom technicznym. Ponadto zgodnie z zapisami §4<sup>1</sup> ust. 7 projektu umowy: „Zamawiający ponosi od momentu wydania do momentu zwrotu aparatury potwierdzonego protokołem, wyłączną odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę i wszelkie zmniejszenie wartości aparatury poniżej wartości wynikającej z normalnej i prawidłowej eksploatacji aparatury, a wynikającą z winy Zamawiającego, nie objętą ubezpieczeniem aparatu.”

**4. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy: Załącznik nr. 6 do SIWZ, Projekt umowy, §4 pkt. 4 ubezpieczenie przedmiotu dzierżawy**

Czy zamawiający może potwierdzić że:

Drzwi zewnętrzne (lub wewnętrzne) prowadzące do pomieszczenia w którym znajdować się będzie dzierżawione urządzenie są zamykane na dwa zamki lub jeden atestowany zamek wielopunktowego ryglowania lub pojedynczy zamek (w wypadku gdy ustawiony jest stały dozór lub zainstalowano alarm ), a same drzwi są w należyтым stanie technicznym oraz tak skonstruowane , osadzone i zamknięte , aby nie było możliwe ich wyłamanie lub wyważenie bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy ?



znak: D25C/251/N/5-7rj/20

W wypadku gdy są to drzwi dwuskrzydłowe lub wieloskrzydłowe, czy Zamawiający może potwierdzić że jedno skrzydło jest unieruchomione przy pomocy zasuwu u góry i u dołu od wewnętrznej strony budynku, a w przypadku drzwi oszklonych nie zastosowano zamków / zasuw, które można otworzyć bez klucza przez wybity otwór w szybie?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego budynek odpowiada wszystkim przepisom prawa i wymaganiom technicznym. Ponadto zgodnie z zapisami §4<sup>1</sup> ust. 7 projektu umowy: „Zamawiający ponosi od momentu wydania do momentu zwrotu aparatury potwierdzonego protokołem, wyłączną odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę i wszelkie zmniejszenie wartości aparatury poniżej wartości wynikającej z normalnej i prawidłowej eksploatacji aparatury, a wynikającą z winy Zamawiającego, nie objętą ubezpieczeniem aparatu.”

**5. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy: Załącznik nr. 6 do SIWZ, Projekt umowy, §4 pkt. 4 ubezpieczenie przedmiotu dzierżawy**

Czy zamawiający może potwierdzić że:

Drzwi do pomieszczenia, w którym znajdować się będzie dzierżawione urządzenie są zamykane na co najmniej jeden zamek, a klucze do niego są przechowywane w sposób chroniący je przed kradzieżą i uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego budynek odpowiada wszystkim przepisom prawa i wymaganiom technicznym. Ponadto zgodnie z zapisami §4<sup>1</sup> ust. 7 projektu umowy: „Zamawiający ponosi od momentu wydania do momentu zwrotu aparatury potwierdzonego protokołem, wyłączną odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę i wszelkie zmniejszenie wartości aparatury poniżej wartości wynikającej z normalnej i prawidłowej eksploatacji aparatury, a wynikającą z winy Zamawiającego, nie objętą ubezpieczeniem aparatu.”

**6. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy: Załącznik nr. 6 do SIWZ, Projekt umowy, §4 pkt. 4 ubezpieczenie przedmiotu dzierżawy**

Czy Zamawiający może potwierdzić że w budynku w którym znajduje się pomieszczenie przeznaczenia dzierżawionego urządzenia, istnieje stały dozór lub budynek zaopatrzony jest w czynne i należycie konserwowane elektroniczne urządzenia wywołujące alarm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego budynek odpowiada wszystkim przepisom prawa i wymaganiom technicznym. Ponadto zgodnie z zapisami §4<sup>1</sup> ust. 7 projektu umowy: „Zamawiający ponosi od momentu wydania do momentu zwrotu aparatury potwierdzonego protokołem, wyłączną odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę i wszelkie zmniejszenie wartości aparatury poniżej wartości wynikającej z normalnej i prawidłowej eksploatacji aparatury, a wynikającą z winy Zamawiającego, nie objętą ubezpieczeniem aparatu.”

**7. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy: Załącznik nr. 6 do SIWZ, Projekt umowy, §4 pkt. 4 ubezpieczenie przedmiotu dzierżawy**

W wypadku gdy budynek nie jest zabezpieczony urządzeniami alarmowymi lub stałym dozorem, czy Zamawiający może potwierdzić że:

Okna, oszklone drzwi i inne zewnętrzne otwory w pomieszczeniach znajdujących się na parterze lub w piwnicach, a także wyższych kondygnacjach, do których jest dostęp z położonych nad/pod nimi lub obok nich przybudówek, balkonów, tarasów i dachów jak również zewnętrzne otwory na strychach i w piwnicach przez które jest przejście do pomieszczenia przeznaczenia dzierżawionego urządzenia, są na całej powierzchni zabezpieczone kratami, żaluzjami lub roletami przeciwwłamaniowymi bądź szybami o podwyższonej odporności na włamanie (co najmniej klasy P3/P3A) lub okiennicami zamykanymi co najmniej na jeden zamek lub kłódkę. A same kraty, rolety, żaluzje i okiennice są tak skonstruowane i tak założone, aby przedostanie się do wnętrza nie było by możliwe bez użycia siły i narzędzi?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego budynek odpowiada wszystkim przepisom prawa i wymaganiom technicznym. Ponadto zgodnie z zapisami §4<sup>1</sup> ust. 7 projektu umowy: „Zamawiający ponosi od momentu wydania do momentu zwrotu aparatury potwierdzonego protokołem, wyłączną odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę i wszelkie zmniejszenie wartości aparatury poniżej wartości wynikającej z normalnej i prawidłowej eksploatacji aparatury, a wynikającą z winy Zamawiającego, nie objętą ubezpieczeniem aparatu.”



#### 8. Zapytanie Wykonawcy:

**Dotyczy: Załącznik nr. 6 do SIWZ, Projekt umowy, §4 pkt. 4 ubezpieczenie przedmiotu dzierżawy**

Czy Zamawiający będzie mógł zagwarantować w okresie trwania umowy dzierżawy oraz ubezpieczenia urządzenia,

przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony mienia , a w szczególności przepisów praca pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, norm dotyczących eksploatacji urządzeń technicznych, w tym przestrzeganie zaleceń i wymogów producenta dzierżawionego urządzenia ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego budynek odpowiada wszystkim przepisom prawa i wymaganiom technicznym. Ponadto zgodnie z zapisami §4<sup>1</sup> ust. 7 projektu umowy: „Zamawiający ponosi od momentu wydania do momentu zwrotu aparatury potwierdzonego protokołem, wyłączną odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę i wszelkie zmniejszenie wartości aparatury poniżej wartości wynikającej z normalnej i prawidłowej eksploatacji aparatury, a wynikającą z winy Zamawiającego, nie objętą ubezpieczeniem aparatu.”

#### 9. Zapytanie Wykonawcy:

**Dotyczy: Załącznik nr. 6 do SIWZ, Projekt umowy, §4 pkt. 4 ubezpieczenie przedmiotu dzierżawy**

Czy Zamawiający może potwierdzić że wszystkie urządzenia i instalacje (w tym elektryczna ) , znajdujące się w pomieszczeniu przeznaczenia dzierżawionego urządzenia są sprawne technicznie i eksploatowane w sposób zgodny z przeznaczeniem i warunkami określonymi przez producentów tychże urządzeń?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego budynek odpowiada wszystkim przepisom prawa i wymaganiom technicznym. Ponadto zgodnie z zapisami §4<sup>1</sup> ust. 7 projektu umowy: „Zamawiający ponosi od momentu wydania do momentu zwrotu aparatury potwierdzonego protokołem, wyłączną odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę i wszelkie zmniejszenie wartości aparatury poniżej wartości wynikającej z normalnej i prawidłowej eksploatacji aparatury, a wynikającą z winy Zamawiającego, nie objętą ubezpieczeniem aparatu.”

#### 10. Zapytanie Wykonawcy:

**Dotyczy: Załącznik nr. 6 do SIWZ, Projekt umowy, §4 pkt. 4 ubezpieczenie przedmiotu dzierżawy**

Czy Zamawiający może potwierdzić że budynek oraz pomieszczenie w którym będzie eksploatowane dzierżawione urządzenie, jest wyposażone w środki zabezpieczenia przeciwpożarowego zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi stosownie do przeznaczenia obiektu , pomieszczenia ? A także, że urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice są poddawane przeglądom technicznym i konserwacjom w okresach oraz zakresie ustalonym prawem i zaleceniami producenta oraz że zapewniony jest wolny dostęp do nich jak też do źródeł wody do celów przeciwpożarowych, wyłączników głównych prądu elektrycznego i głównych kurków gazowych ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego budynek odpowiada wszystkim przepisom prawa i wymaganiom technicznym. Ponadto zgodnie z zapisami §4<sup>1</sup> ust. 7 projektu umowy: „Zamawiający ponosi od momentu wydania do momentu zwrotu aparatury potwierdzonego protokołem, wyłączną odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę i wszelkie zmniejszenie wartości aparatury poniżej wartości wynikającej z normalnej i prawidłowej eksploatacji aparatury, a wynikającą z winy Zamawiającego, nie objętą ubezpieczeniem aparatu.”

#### 11. Zapytanie Wykonawcy:

**Dotyczy: Załącznik nr. 6 do SIWZ, Projekt umowy, §4 pkt. 4 ubezpieczenie przedmiotu dzierżawy**

Czy Zamawiający będzie mógł potwierdzić sprawność techniczną przewodów i urządzeń doprowadzających i odprowadzających wodę , parę wodną lub cieczę w pomieszczeniu w którym, będzie eksploatowane dzierżawione urządzenie , a także zagwarantować w okresie trwania umowy dzierżawy (w tym też ubezpieczenia), należyte i staranne dbanie o konserwacje tychże przewodów / urządzeń oraz zastosowanie w terminie środków ochronnych w celu zabezpieczenia właściwych przewodów i urządzeń przed mrozem ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego budynek odpowiada wszystkim przepisom prawa i wymaganiom technicznym. Ponadto zgodnie z zapisami §4<sup>1</sup> ust. 7 projektu umowy: „Zamawiający ponosi od momentu wydania do momentu zwrotu aparatury potwierdzonego protokołem, wyłączną odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę i

wszelkie zmniejszenie wartości aparatury poniżej wartości wynikającej z normalnej i prawidłowej eksploatacji aparatury, a wynikającą z winy Zamawiającego, nie objętą ubezpieczeniem aparatu.”

**12. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści, igły w trzech rozmiarach 7G, 10G, 12G z dodatkową możliwością regulacji wielkości komory w igle biopsyjnej tzw. komora pełna 19mm i połowa komory 9,5mm w celu zwiększenia możliwości doboru odpowiedniego rozmiaru igły do wielkości pobieranego wycinka?

*W pakiecie nr 6 występują zbyt ściśle kryteria precyzujące przedmiot zamówienia m.in. „Igła do biopsji mammotomicznej gruczołu piersiowego, kompatybilna z zaofertowanym sprzętem, zaopatrzona w zbiorniczek na pobrany materiał, igła zakończona skalpelem. Rozmiar 8G i 10G” wskazują na konkretną firmę.*

*Zamawiający ma obowiązek dbać o zapewnienie uczciwej konkurencji pomiędzy oferentami.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza. W takim przypadku Wykonawca w Formularzu Asortymentowo-Cenowym w Sekcji I zamiast poz. 1 i 2, powinien wycenić 250 szt. igieł w rozm. 7G, 150 szt. igieł w rozm. 10G oraz 100 szt. igieł w rozm. 12G.

**13. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści, urządzenie w którym siła ssania regulowana jest w trzech poziomach? Wieloletnie doświadczenia współpracy z użytkownikami wskazują, że zmniejszenie siły ssania nie ma znaczenia, gdyż w przypadku regulacji wielkości komory a także odpowiedniej igły ograniczamy wielkość wycinka a moc ssania powinna być możliwie najwyższa aby skutecznie pobrać wycinek dobrej jakości i ograniczyć odczucia pacjenta. Moc ssania ma wpływ na jakość pobieranego materiału a w oferowanym przez nas systemie jest to aż 29inHg.

*W SEKCJA II - PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I INNE WARUNKI, wymagana przez Zamawiającego- „Siła próżni modułu kontrolnego: 18,5 - 26 Hg” wskazują na konkretną firmę.*

*Zamawiający wyklucza wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeśli ich udział w nim zakłóca konkurencję. (art. 24 ust. 1 pkt 19, art. 24 ust. 1 pkt 20, art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp).*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**14. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści, nóż pracujący w jednej prędkości jest ona optymalna do pobierania wycinków? Prędkość pracy noża nie wpływa na jakość pobieranych wycinków. Na jakość pobieranych wycinków ma wpływ tryb pracy noża. W naszym urządzeniu zastosowano innowacyjną technologię noża tnącego – ścinającego. Powierzchnia ścinająca noża zachowuje najwyższą jakość ostrza krawędzi ze względu na rodzaj pracy w igle, dzięki czemu jakość pobierania wycinków pozostaje taka sama, bez względu na ilość pobranego materiału w cyklu procedury usuwania zmiany.

*W SEKCJA II - PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I INNE WARUNKI, wymagana przez Zamawiającego- „Dwa tryby prędkości biopsji: prędkość standardowa, duża prędkość”, „Prędkość rotacyjna noża tnącego: min. 1092 rpm (high speed), 873 rpm (standard)”, wskazują na konkretną firmę.*

*Zamawiający wyklucza wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeśli ich udział w nim zakłóca konkurencję. (art. 24 ust. 1 pkt 19, art. 24 ust. 1 pkt 20, art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp).*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**15. Zapytanie Wykonawcy:**


Czy Zamawiający wymaga, sterowanie ruchem noża biopsyjnego za pomocą: przycisków nożnych i bezpośrednio na uchwycie biopsyjnym USG w tym samym czasie bez konieczności ponownej kalibracji rękojeści? Dzięki czemu operator ma lepszy dostęp do trudnych zlokalizowanych zmian, mając możliwość przejścia sterowania noża podczas wykonywanej procedury.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**16. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści, urządzenie bez regulacji jasności ekranu? Jasność ekranu nie ma wpływu na widoczność pola pobierania wycinków.



**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**17. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający wymaga, regulowanego oświetlenia w rękojeści? Regulowane oświetlenie wpływa na jakość pracy operatora zapewniając lepszą widoczność pola pobieranego materiału.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**18. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści, zintegrowany z igłą wymienny koszyk na pobierany materiał mieszczący min. 25 wycinków z możliwością kontroli wizualnej? Koszyk nie ma podziału na komory co skraca czasu zabiegu biopsji. Do igły dołączony jest dodatkowy koszyk zwiększający możliwość pobierania materiału do 50 wycinków co zwiększa możliwość usuwania większych zmian. Pozwoli to Zamawiającemu na optymalizację kosztów.

*W SEKCJA II - PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I INNE WARUNKI, wymagana przez Zamawiającego- „Zintegrowany z igłą system zarządzania próbkami składający się z dwunastu proksymalnych komór na pobrane próbki” wskazują na konkretną firmę.*

*Zamawiający wyklucza wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeśli ich udział w nim zakłóca konkurencję. (art. 24 ust. 1 pkt 19, art. 24 ust. 1 pkt 20, art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp).*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**19. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści, system rotacyjny automatyczny końcówką trokową, która pozwala operatorowi wnikać w gęstą tkankę w łatwiejszy sposób, ponieważ przecina tkankę, zamiast wykonywać liniową. Ta charakterystyka cięcia pozwala operatorowi uzyskać lepszą kontrolę podczas penetracji igły.

*W SEKCJA II - PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I INNE WARUNKI, wymagana przez Zamawiającego- „System rotacyjny noża tnącego” wskazują na konkretną firmę.*

*Zamawiający wyklucza wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeśli ich udział w nim zakłóca konkurencję. (art. 24 ust. 1 pkt 19, art. 24 ust. 1 pkt 20, art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp).*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**20. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści, urządzenie współpracujące z igłami biopsyjnymi 7G, 10G, 12G?

Systemy który jest opisywany przez Zamawiającego ma dodatkowe linie próżni, w efekcie każda igła ma o 1G mniejszą wielkość próbki. Co ma ogromne znaczenie w przypadku zaleceń diagnostycznych w histopatologii nowotworów. Według wytycznych najważniejsza jest wielkość pobranego bioptatu do badania histopatologicznego.

Proponowany przez nas system jest bardzo korzystny, ponieważ igła biopsyjna ma pełny rozmiar próbki 7G / 10G / 12G.

*W SEKCJA II - PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I INNE WARUNKI, wymagana przez Zamawiającego- „Urządzenie współpracujące z igłami biopsyjnymi w dwóch rozmiarach 8G i 10G” wskazują na konkretną firmę. Zamawiający wyklucza wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeśli ich udział w nim zakłóca konkurencję. (art. 24 ust. 1 pkt 19, art. 24 ust. 1 pkt 20, art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp).*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**21. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści, obsługę urządzenia w języku polskim wersji papierowej i elektornicznej?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**22. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści, jednostkę modułu kontrolnego z wbudowaną pompą próżniową i elektroniką kontrolno-sterującą do biopsji próżniowej z automatycznym przesuwem pobieranych fragmentów tkankowych w pojemnik umożliwiający wzrokową kontrolę poszczególnych wycinków oraz funkcją przepłukiwania łoż biopsji?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**23. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści, proponowany przez nas system, który ma mocniejszą próżnię, co pozwala uniknąć drugiej linii próżni. Jest to bardzo korzystne, ponieważ igła biopsyjna ma pełny rozmiar próbki 7G / 10G / 12G. Inne systemy z dodatkowymi liniami próżni będą miały o 1G mniejszą wielkość próbki.

*W SEKCJA II - PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I INNE WARUNKI, wymagana przez Zamawiającego- „Moduł kontrolny z wbudowaną pompą próżniową do wytwarzania dwóch niezależnych systemów ssących (osiowego i bocznego)” wskazuję na konkretną firmę. Zamawiający wyklucza wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeśli ich udział w nim zakłóca konkurencję. (art. 24 ust. 1 pkt 19, art. 24 ust. 1 pkt 20, art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp).*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**24. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści, pojemnik próżniowy, pojemność minimum 1400 ml. Pozwoli to Zamawiającemu na optymalizację kosztów.

*W SEKCJA II - PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I INNE WARUNKI, wymagana przez Zamawiającego- „Pojemnik próżniowy, przezroczysty do obserwacji odesanej treści przez rurki ssące, pojemność minimum 800 ml.” wskazuję na konkretną firmę. Zamawiający wyklucza wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeśli ich udział w nim zakłóca konkurencję. (art. 24 ust. 1 pkt 19, art. 24 ust. 1 pkt 20, art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp).*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**25. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający, wymaga aby urządzenie i oprzyrządowanie muszą być nowe i nieużywane, rok produkcji nie straszy niż 2019?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**26. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający wymaga, automatyczny obrót igły w zakresie 360 stopni przy nieruchomej rękojeści? Operator w każdym momencie wykonywania zabiegu decyduje o miejscu pobrania preparatu i nie musi zmieniać miejsca ułożenia ręki. Takie rozwiązanie daje szeroki zakres możliwości przy pobieraniu wycinków.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga.

**27. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści, zestaw ssąco – płuczący do wykonania zabiegu umożliwiający również płukanie pobranego materiału?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**28. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający wymaga, znacznik tkanek o co najmniej trzech kształtach kompatybilny z igłami biopsyjnymi w pakiecie 6?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**29. Zapytanie Wykonawcy:**



znak: D25C/251/N/5-7rj/20

Czy Zamawiający wymaga, znacznik tkankowy, możliwość wprowadzenia znacznika w miejsce pobrania materiału, znacznik widoczny w obrazowaniu USG, rezonansu i radiologicznym?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**30. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający wymaga, znacznik z wydłużoną ponad 6 miesięcy wizualizację w zobrazowaniu USG i trwale widoczne są w zobrazowaniu RTG i MRI?

Ta szczególna cecha może być wykorzystywana dla pacjentek dedykowanych do chemioterapii neoadjuwantowej gdzie znalezienie miejsca zmienionego jest szczególnie ważne przy podjęciu decyzji co do dalszego leczenia.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**31. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści, znacznik tkankowy, z możliwością wprowadzenia znacznika w miejsce pobrania materiału, znacznik widoczny w obrazowaniu, rezonansu i radiologicznym kompatybilny z 7G,10G,12G?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza. W takim przypadku Wykonawca w Formularzu Asortymentowo-Cenowym w Sekcji I zamiast poz. 3 i 4, powinien wycenić 20 szt. znaczników w rozm. 7G, 120 szt. znaczników w rozm. 10G oraz 20 szt. znaczników w rozm. 12G.

**32. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający wymaga, jednej rękojeści oraz systemu, który umożliwia wykonywanie procedur biopsji mammotomicznej pod kontrolą USG i pod kontrolą mammografu-biopsji sterotaktycznej? Pozwoli to Zamawiającemu na optymalizację kosztów. Oferowany przez nasz system umożliwia operatorowi, poszerzenie diagnostyki u pacjenta oraz jeden system wraz z igłami zajmuje mniejszą przestrzeń magazynową.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga.

**33. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający wymaga, aby opakowania igieł jednorazowych były oznaczone etykietami przyklepnymi z indywidualnymi numerami katalogowymi, seryjnymi oraz z rozumiarem igły?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, każda apteka/szpital posiadająca podpisaną umowę o refundację na leki, sprzęt jednorazowy z NFZ zobligowana jest do zamieszczenia wszystkich w/w informacji. Nasze etykiety są zgodne z wytycznymi Rozporządzenia.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga.

**34. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy dla Zamawiającego ważna jest minimalizacja kosztów utylizacji sprzętu jednorazowego przy biopsji mammtomicznej? Sprzęt, który Zamawiający umieścił w SIWZ, zajmuje 60% więcej miejsca niż inne maszyny mammtomiczne. Każda igła jest pakowana w dodatkowy karton, który przede wszystkim zajmują ogromną przestrzeń magazynową. Igły biopsyjne są zintegrowane wraz z drenami ssącymi, które wymagają wielkiego pojemnika do utylizacji ostrych przedmiotów, co wpływa na zwiększenie kosztów utylizacji a także zakup większych pojemników.

Nasz system nie wymaga większych pomieszczeń magazynowych ani wielkich pojemników do utylizacji. Pozwoli to Zamawiającemu na optymalizację kosztów.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**35. Zapytanie Wykonawcy:**

„ Dotyczy: §4<sup>1</sup> PRZEDMIOT UMOWY DZIERŻAWY I WARUNKI DZIERŻAWY

Wnosimy o zmianę wyżej wymienionego ustępu z:

znak: D25C/251/N/5-7rj/20

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii lub dokonania wymiany przedmiotu zamówienia na przedmiot zamówienia bez wad w terminie nie później niż 1 dzień roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia.

na

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii lub dokonania wymiany przedmiotu zamówienia na przedmiot zamówienia bez wad lub zapewnienia na czas naprawy, urządzenia zastępczego o nie gorszych parametrach w terminie nie później niż 1 dzień roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia."

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**36. Zapytanie Wykonawcy:**

„ Dotyczy: § 5 WADY, RĘKOJMIA, GWARANCJA W ZAKRESIE SUKCESYWNYCH DOSTAW

Wnioskujemy o ustalenie terminu przewidzianego na wymianę wadliwego towaru na pełnowartościowy w przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym towarze na 3 dni roboczych od momentu przyjęcia reklamacji przez Wykonawcę i zmianę brzmienia stosownego zapisu umowy na:

W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym towarze Zamawiający wyśle do Wykonawcy zawiadomienie o wadliwości towaru, a Wykonawca wymieni wadliwy towar na pełnowartościowy w terminie do 3 dni roboczych od momentu przyjęcia reklamacji .

A co za tym idzie do zmiany zapisów umowy dotyczących kar umownych zawartych w §5 ust.2:

Wykonawca w wypadku dostawy towaru z wadami ilościowymi i jakościowymi umowy zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2 % wartości netto dostawy, w której znajdowały się wadliwe towary, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru wolnego od wad w miejsce wadliwego, w stosunku do terminu określonego w §3 ust. 6 umowy, lecz nie więcej niż 30% wartości netto umowy."

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**37. Zapytanie Wykonawcy:**

„ Dotyczy: §4<sup>1</sup> PRZEDMIOT UMOWY DZIERŻAWY I WARUNKI DZIERŻAWY

Wnioskujemy o ustalenie terminu przewidzianego do przeprowadzenia szkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie prawidłowej eksploatacji aparatu potwierdzonego certyfikatem, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od zainstalowania i uruchomienia w siedzibie Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Wykonawca oferując asortyment o dopuszczonym parametrze odmiennym od zapisanego pierwotnie w SIWZ jest zobowiązany podać tę informację w załączniku nr 2 do SIWZ w odpowiedniej rubryce, powołując się na nr nn pisma.

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SIWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem

**KOORDYNATOR  
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

  
mgr Monika Klause