



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 461/09/2023

Chrzanów, 15.09.2023 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do postępowania na Dostawa inkubatora i stanowiska do resuscytacji dla oddziału neonatologii - sprawa 107/2023

1. **Pakiet 2 Stanowisko do resuscytacji noworodka Pozycja 11-** Prosimy o dopuszczenie promiennika zawieszzonego równolegle nad leżem pacjenta, zapewniającego równomierne grzanie oraz komfort pracy personelu. Formułując wymogi w zakresie opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający winien kierować się celem, jakiemu zamawiane produkty mają służyć. Obecny opis przedmiotu zamówienia ogranicza konkurencję.

Odp.: Zgodnie z swz.

2. **Pakiet 2 Pozycja 18- Prosimy o dopuszczenie stoper APGAR wyświetlający upływający czas (1-5-10-20 min).** Formułując wymogi w zakresie opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający winien kierować się celem, jakiemu zamawiane produkty mają służyć. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

3. **Pakiet 2 Pozycja 19-** Prosimy o dopuszczenie mieszalnika zintegrowanego z panelem głównym tj. usytuowanego na ramieniu wbudowanym w panel główny. Zintegrowany, a nie wbudowany mieszalnik nie wpływa na jakość sprzętu, ani na jego cechy użytkowe. Spełnia bowiem wymaganą funkcję. Formułując wymogi w zakresie opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający winien kierować się celem, jakiemu zamawiane produkty mają służyć. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp.: Zgodnie z swz.

4. **Pakiet 2 Pozycja 20-** Prosimy o dopuszczenie urządzenia pracującego w technologii Nellcor. Technologia Nellcor jest tak samo powszechnie używana jak technologia Massimo.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

5. **AIT_pakiet _1_inkubator_hybrydowy- pkt. 5** Czy Zamawiający dopuści inkubator hybrydowy wysokiej klasy cenionego na świecie producenta wyposażony w materacyk Softbed zapewniający pełny komfort pacjentowi dzięki wysokoelastycznej piance, bez udokumentowanych właściwości przeciwoleżynowych?

Odp.: Nie.

6. **Pytanie nr 2 – pkt. 7** Czy Zamawiający dopuści inkubator hybrydowy wysokiej klasy cenionego na świecie producenta, w którym ruch kopuły



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

realizowany jest bez użycia prądu za pomocą ramienia z pneumatyczną sprężyną dzięki czemu dostęp do noworodka w sytuacjach krytycznych zapewniony jest w 2s.? Możliwość otwarcia kopuły z obu stron inkubatora.

Odp.: Nie.

7. **Pytanie nr 3- pkt. 10** Czy Zamawiający dopuści inkubator hybrydowy wysokiej klasy cenionego na świecie producenta, wyposażony w specjalny system zawiasów uniemożliwiający przypadkowe otwarcie ścianek bocznych i ścianki przedniej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

8. **Pytanie nr 4 - pkt. 11** Czy Zamawiający dopuści inkubator hybrydowy wysokiej klasy cenionego na świecie producenta, bez obrotowej podstawy materacyjka?

Odp.: Nie.

9. **Pytanie nr 5 - pkt. 14** Czy Zamawiający dopuści inkubator hybrydowy wysokiej klasy cenionego na świecie producenta wyposażony w kopułę jednościenne i elektroniczny system zapobiegający osadzaniu się wody na ściankach kopuły?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

10. **Pytanie nr 6 - pkt. 30** Czy Zamawiający dopuści inkubator hybrydowy wysokiej klasy cenionego na świecie producenta wyposażony w dotykowego system wyciszania alarmów?

Odp.: Nie.

11. **Pytanie nr 7 - pkt. 35** Czy Zamawiający dopuści inkubator hybrydowy wysokiej klasy cenionego na świecie producenta, w który na podstawie wprowadzonych danych o pacjencie sugeruje optymalny zakres temperatury a finalną decyzję pozostawia kompetentnemu personelowi?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

12. **AIT pakiet _2_ stanowisko_do_resuscytacji_noworodka - pkt. 8** Czy Zamawiający dopuści stanowisko do resuscytacji wysokiej klasy ,cenionego na świecie producenta wyposażony w dotykowego system wyciszania alarmów?

Odp.: Nie.

13. **AIT pakiet _2_ stanowisko_do_resuscytacji_noworodka - pkt. 12** Czy Zamawiający dopuści stanowisko do resuscytacji wysokiej klasy, cenionego na świecie producenta wyposażony w diodową lampę zabiegową o regulowanym pięciostopniowym natężeniu oświetlenia min. 2000 lux?

Odp.: Zgodnie z swz.





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

14. **AIT pakiet 2 stanowisko do resuscytacji noworodka -pkt. 22** Czy Zamawiający dopuści stanowisko do resuscytacji wysokiej klasy cenionego na świecie producenta podające rytm serca bez krzywej EKG?
Odp.: Nie.
15. **AIT pakiet 2 stanowisko do resuscytacji noworodka - pkt. 25** Czy Zamawiający dopuści stanowisko do resuscytacji wysokiej klasy, cenionego na świecie producenta bez wbudowanych gniazd elektrycznych?
Odp.: Nie.
16. **AIT pakiet 2 stanowisko do resuscytacji noworodka -pkt. 26** Czy Zamawiający dopuści stanowisko do resuscytacji wysokiej klasy, cenionego na świecie producenta wyposażone w system szuflad o obciążeniu 4,5kg?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
17. **AIT pakiet 2 stanowisko do resuscytacji noworodka -pkt. 28** Czy Zamawiający dopuści stanowisko do resuscytacji wysokiej klasy, cenionego na świecie producenta wyposażone w jednopacjentowe czujniki temperatury?
Odp.: Zgodnie z swz.
18. **Załącznik nr 9 Projekt umowy § 9 ust. 5** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 10%?
Odp.: Zgodnie z swz.
19. **dotyczące pakietu 2, pozycji 11: Ad. 11** Czy zamawiający dopuści konstrukcję promiennika równoległą, z możliwością odsunięcia dla wygody personelu, zapewniająca komfort pracy personelu przy wykonywaniu procedur intensywne przy noworodku oraz zapewniająca efektywne nagrzewanie powierzchni materacyka gdy promiennik jest odsunięty od osi urządzenia?
Odp.: Zgodnie z swz.
20. **Pakiet 2 poz. 23** Czy Zamawiający dopuści wygodny uchwyt do przemieszczania inkubatora umiejscowiony z tyłu?
Odp.: Zgodnie z swz.
21. **Pakiet 2 poz. 11** Czy Zamawiający dopuści Konstrukcję promiennika bez możliwości odsuwania/odchylania czy blokowania, usytuowana pod kontem po stronie panelu sterującego zawieszoną równoległe nad leżem pacjenta?
Odp.: Zgodnie z swz.
22. **Pakiet 2 poz. 22** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wbudowanego w stanowisko pomiaru częstości rytmu serca z wyświetlaniem krzywej EKG?
Odp.: Zamawiający nie odstępuje.





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Z poważaniem

