

Znak: ZOZ.V.010/DZP/46/21

Sucha Beskidzka dnia 15.07.2021

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu medycznego – aparat USG.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z niezależną ilością 4 608 000 kanałów aktywnych przetwarzania?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem:

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr Janusz Bączewski

Asystent Dyrektora
ds. Techniczno - Eksploatacyjnych
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej

mgr inż. Monika Kubasiak

Starszy Inspektor
ds zamówień publicznych
mgr Agnieszka Działowa-Hajdyla