

Bydgoszcz, 4 lipca 2023 r.

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

**Dotyczy:** *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa zestawu do pomiarów tensometrycznych obiektów budowlanych (RZP.243.34.2023).*

Zgodnie z art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z pytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego o następującej treści:

### Pytanie nr 1:

*Dzień dobry, jestem zainteresowany wzięciem udziału w Państwa postępowaniu. Mam pytanie dotyczące parametrów, których jest setki i nie wszystkie da się dokładnie spełnić. Czy chociażby nie spełnienie jednego z parametrów dyskwalifikuje nas we wzięciu udziału w postępowaniu? Wymagana temperaturadość wykracza poza zakres standardowego użytkowania elektroniki, w wymogach jest zakres -40 - +65 C, podczas, gdy nasze urządzenia pracują w temperaturach od -20 C*

### Odpowiedź nr 1:

**Zamawiający wymaga spełniania wszystkich wymogów określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.** Zestaw będzie wykorzystywany do badania różnego typu obiektów budowlanych, narażonych na działanie wielu zmiennych czynników. Stąd też opisy zawierają naszym zdaniem niezbędne parametry techniczne pozwalające na wykorzystywanie Zestawu przy analizie różnych konstrukcji. Zestaw do pomiarów tensometrycznych obiektów budowlanych będzie wykorzystywany na zewnątrz w zmiennych warunkach pogodowych, a także do badania konstrukcji narażonych na działanie różnych czynników, związanych z funkcją obiektów (mogą być badane np. elementy mroźni). Zaproponowany zakres temperatur -40 - +65 °C gwarantuje poprawne jego działanie w zakładanych warunkach pracy. Niestety zakres -20 °C nie spełnia naszych oczekiwań, gdyż np. temperatury poniżej -20 °C są w niektórych rejonach Polski w okresie zimowym standardem.

Ponadto, Zamawiający pragnie wyjaśnić jaka jest istota instytucji regulowanej art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawić pogląd, że „*przepis pozwala na wyjaśnianie jedynie wątpliwości związanych z treścią siwz; nie powinno więc na jego podstawie domagać się wprowadzenia zmian do specyfikacji, polemizować z treścią jej zapisów na innej drodze niż odwołanie czy też zadawać zamawiającemu pytania związane wprawdzie z postępowaniem, ale niebędące treścią siwz*” (J. Pieróg, Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Wyd. 14, Warszawa 2017). Podobne stanowisko w swoich orzeczeniach prezentuje Krajowa Izba Odwoławcza (por. KIO 1794/13, KIO 1099/14).

W kontekście powyższego należy wskazać, że art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych nie jest instrumentem w ramach którego wykonawca może proponować zamawiającemu wprowadzenie lub wykreślenie z treści SWZ określonych treści, a jedynie domagać się wyjaśnienia znaczenia tych treści, które w ocenie wykonawcy rozumieć można na dwa bądź więcej sposobów.

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Zamawiający**

.....