



Wrocław dn. 07.09.2021 r.

## **Uczestnicy postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa materiałów zużywalnych z podziałem na 33 części – na podstawie umowy ramowej”, sprawa nr: PO.271.30.2021

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 284 ustawy PZP (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem.

### **Pytanie 2:**

Bardzo proszę o zweryfikowanie opisu zamówienia część 4

poz. 1 strzykawkki 1 ml, luer lock nie są dostępne w wersji dwuczęściowej, wyłącznie trzyczęściowe. Czy Zamawiający zaakceptuje taki produkt?

Poz. 23 Czy Zamawiający zaakceptuje produkt BD 320933? Jeśli nie proszę o wskazanie produktu spełniającego oczekiwania.

Poz. 24 Czy Zamawiający zaakceptuje produkt BD 320931? Jeśli nie proszę o wskazanie produktu spełniającego oczekiwania.

### Odpowiedź 2:

Zamawiający akceptuje strzykawkki 1 ml, luer lock w wersji trzyczęściowej.

Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia dla części 4, pozycji 23:

Mikrostrzykawka z igłą. Długość igły: 8 mm. Rozmiar igły: 0,30 mm. Pojemność: 0,5 ml. Bez lateksu. Odpowiedni do U100-Ins.Z przyspawaną kaniulą. Specjalny krój zapewniający bezbolesne nakłucie. Pokryte silikonem, co gwarantuje doskonały poślizg. Stal chirurgiczna. Brak martwej przestrzeni - otwieranie bez pęcherzyków, brak strat. Skala z dużymi cyframi - dzięki temu łatwa do odczytania. Sterylne wnętrze strzykawkki chronione nasadką ochronną.

Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia dla części 4, pozycji 24:

Mikrostrzykawka z igłą. Długość igły: 12,7 mm. Rozmiar igły: 0,33 mm. Pojemność: 1 ml. Bez lateksu. Odpowiedni do U100-Ins.Z przyspawaną kaniulą. Specjalny krój zapewniający bezbolesne nakłucie. Pokryte silikonem,

## **Strona 1 z 2**





**Łukasiewicz**  
PORT  
Polski Ośrodek  
Rozwoju  
Technologii

co gwarantuje doskonały poślizg. Stal chirurgiczna. Brak martwej przestrzeni - otwieranie bez pęcherzyków, brak strat. Skala z dużymi cyframi - dzięki temu łatwa do odczytania. Sterylne wnętrze strzykawki chronione nasadką ochronną.

Sporządziła: Aleksandra Orzechowska

## Strona 2 z 2

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii  
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00  
E-mail: [biuro@port.lukasiewicz.gov.pl](mailto:biuro@port.lukasiewicz.gov.pl) | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168  
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,  
Nr KRS: 0000850580

