



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, tel.: 91 43 29 503 lub 500, fax 91 43 29 501

www.spzozmswia.szczecin.pl biuro@spzozmswia.szczecin.pl

BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757

Szczecin, dnia 27.07.2022 r.

WZZ-2375-28-1099-07/2022

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) – dalej „ustawa”:

„Dostawa materiałów jednorazowych do wykonywania procedur neurochirurgicznych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.”

Znak sprawy: 28/2022

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania do SWZ o następującej treści:

Pytanie nr 1: dot. Pakietu 6, pozycja 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie igły w rozmiarze G22 0,7x120mm?

Odpowiedź nr 1:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2: dot. Pakietu 8, pozycja 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 szt. wraz z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź nr 2:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 3: dot. Pakietu 9, pozycja 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety wykonanej z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 40 g/m² w rozmiarze 75cm x 90cm z przyklepcem na dłuższym boku o długości 5cm x 88cm?

Odpowiedź nr 3:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4: dot. Pakietu 9, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety wykonanej z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 40 g/m² w rozmiarze 90cm x 120cm z przyklepcem na dłuższym boku o długości 5cm x 116cm?

Odpowiedź nr 4:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5: dot. Pakietu 9, pozycja 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety wykonanej z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 40 g/m² w rozmiarze 75cm x 90cm?

Odpowiedź nr 5:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.



Pytanie nr 6: Pakietu 9, pozycja 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² ± 2g/m² w rozmiarze 80cm x 90cm?

Odpowiedź nr 6:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7: dot. Pakietu 9, pozycja 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² ± 2g/m² w rozmiarze 90cm x 120cm?

Odpowiedź nr 7:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8: dot. Pakietu 9, pozycja 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 40 g/m² w rozmiarze 100cm x 150cm?

Odpowiedź nr 8:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9: dot. § 6 ust. 8 wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 8 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 10: dot.

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust 1:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną, z tytułu:

- 1) jednostronnego rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości **brutto niezrealizowanej części** umowy określonej w § 6 ust. 2;
- 2) zwłoki w uzupełnieniu asortymentu w wysokości **0,5 %** wartości **brutto** całkowitej uzupełnianego asortymentu, za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto uzupełnianego asortymentu.**
- 3) zwłoki w rozpatrzeniu zgłoszonej Wykonawcy przez Zamawiającego reklamacji w wysokości **0,5%** wartości brutto całkowitej reklamowanego asortymentu, za każdy dzień zwłoki; **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego asortymentu.**
- 4) zwłoki w uzupełnieniu reklamowanego asortymentu w wysokości **0,5%** wartości brutto reklamowanego asortymentu, za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego asortymentu**

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 11: dot.

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106 n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź nr 11:

Pytanie nr 11: dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106 n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający dodaje do § 6. ust. 5 zdanie trzecie, które otrzymuje brzmienie:

„..... . Wykonawca może przekazywać faktury w formacie PDF na adres e-mail: biuro@spzozmswia.szczecin.pl z następujących adresów poczty e-mail :”

Pytanie 12: dot. dotyczy Pakiet nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły 18G o długości 152,4mm.

Odpowiedź nr 12:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Dyrektor
SP ZOZ MSWIA w Szczecinie
dr Elżbieta Kasprzak**