

Dział Procedur Zakupowych
Centrum Polityki Zakupowej

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

zestaw nr 1

Dotyczy: postępowania nr A5750.291.1.110.2022.MRE na: Dostawa autoklawu wolnostojącego pionowego wraz z akcesoriami dla Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin Uniwersytetu Gdańskiego.

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Uprzejmie proszę o doprecyzowanie opisu dotyczącego koszy do autoklawu. Czy Zamawiający pisząc w Opisie Przedmiotu Zamówienia "20.6. koszyk do sterylizacji, z wanną ociekową, z uchwytem, ze stali nierdzewnej" ma na myśli kosz wysoki (tj. o wysokości ok. 610mm) czy kosz niski (tj. o wysokości ok. 295mm)?	Zamawiający doprecyzowuje zapisy w załączniku nr 3 do SWZ – opisie przedmiotu zamówienia: Pkt. 20.4. koszyk do sterylizacji, z uchwytem, ze stali nierdzewnej, pełny (1 sztuka) – wymiary 390/285 ±5mm Pkt.20.5. koszyk do sterylizacji, z uchwytem, ażurowy, ze stali nierdzewnej (2 sztuki) – wymiary 390/290 mm ±5mm Pkt.20.6. koszyk do sterylizacji, z wanną ociekową, z uchwytem, ze stali nierdzewnej (1 sztuka) - wymiary 390/290 mm ±5mm
2.	Czy Zamawiający dopuści urządzenie z terminem dostawy wydłużonym do 17 tygodni? Ze względu na obecną, niecodzienną sytuację na świecie łańcuchy dostaw uległy znaczącemu pogorszeniu co powoduje dłuższy czas oczekiwania względem standardowego czasu realizacji podobnych zamówień.	Z uwagi na ograniczony termin wydatkowania środków Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydłużenia dostawy do 17 tygodni.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

SPECJALISTA ADMINISTRACYJNY


Małgorzata Redzik