



**„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.**

19-300 Elk, ul. Baranki 24,

tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala

tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

tel. 87 620-95-93

tel. 87 620-95-76

tel. 87 620-96-26

e-mail: [zaopatrzenie-pm@elk.com.pl](mailto:zaopatrzenie-pm@elk.com.pl)

e-mail: [przetargi@promedica.elk.pl](mailto:przetargi@promedica.elk.pl)

[www.promedica.elk.com.pl](http://www.promedica.elk.com.pl)

## Odpowiedź na Zapytanie 4

### Wszyscy uczestnicy postępowania

**Znak: P-M/DZZP/ 1739 / 2907 / 24**

**Data: 22.08.2024 r.**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o. Znak Sprawy 2133/2024.**

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące pytanie:

**PYTANIE nr 1 dot. Pakietu nr 40 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**

Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie, czy w pakiecie 40 w celu zachowania pełnej kompatybilności z posiadanym przez Zamawiającego aparatem wymagane jest zaoferowanie oryginalnych igieł wyprodukowanych przez producenta pistoletu Promag Ultra.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zaoferowania oryginalnych igieł wyprodukowanych przez producenta pistoletu Promag Ultra. Zamawiający wymaga igieł biopsyjnych kompatybilnych z automatycznym systemem biopsyjnym Pro-Mag Ultra.**

***Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.***

***Z poważaniem***

