

COZL/DZP/MJ/3413/Z-133/2022

DOSTAWA LASERA WYSOKOENERGETYCZNEGO NA POTRZEBY OŚRODKA REHABILITACJI

Pytanie:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny laser wysokoenergetyczny o mocy ciągłej do 15 W i mocy impulsowej do 20W, z czterema długościami fal 660,800,905 i 970 nm pozwalającymi na terapię w najbardziej optymalnych spektrach terapeutycznych, z możliwością terapii dużych powierzchni dzięki odpowiedniej przystawce, laser bez sterownika nożnego, mobilny wyposażony w akumulator ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowany asortyment.