



Sprawa nr 14/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dotyczy: Dostawa preparatów dezynfekcyjnych

1. Preparaty będące wyrobem medycznym muszą odpowiadać wymaganiom Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.
2. Preparaty będące produktem leczniczym muszą odpowiadać wymaganiom Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne.
3. Preparaty będące produktem biobójczym muszą odpowiadać wymaganiom Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych.
4. Wykonawca w ramach oferty dostarczy samoprzylepne naklejki w ilości 25 000 (+/-50) sztuk w języku polskim, na których można będzie umieścić następujące informacje:
Naklejka samoprzylepna (dot. roztworów roboczych preparatów, dotyczy Zadanie 3,4,8.):
 - 1) Nazwa preparatu
 - 2) Data, godz. rozpoczęcia dezynfekcji
 - 3) Data, godz. zakończenia dezynfekcji
 - 4) Stężenie roztworu
 - 5) Nazwisko osoby przygotowującej roztwór
5. Wykonawca w ramach oferty dostarczy materiały w języku polskim w formie instrukcji:
 - Tabele / wskazówki dotyczące stosowania poszczególnych preparatów dezynfekcyjnych dotyczy: *Zadanie 3; 4,8 w ilości po 10 sztuk;*
 - Instrukcję higienicznej dezynfekcji rąk dotyczy *Zadanie 1, 2 w ilości 50 sztuki;*
 - *Naklejki na dozowniki do dezynfekcji rak z informacja: dezynfekcja; ilość preparatu do pobrania* dotyczy: *Zadanie 1, 2 .*
6. Zamawiający wymaga aby wszystkie tabele/ plansze/ broszurki były na całej powierzchni samoprzylepne, ze zmywalną i trwałą powierzchnią, z możliwością zmywania/ przecierania/ dezynfekowania.
7. Zamawiający wymaga aby wszystkie tabele/ plansze/ broszurki/ butelki/ uchwyty itp. dostarczone były od złożenia zamówienia w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze.
8. Zamawiający wymaga aby w przypadku dostarczenia preparatów (dotyczy zadania nr 5 i 10) do maszynowego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów giętkich/sztywnych jak i innych wyrobów medycznych, Wykonawca w ramach oferty dokona kalibracji w/w urządzeń Zamawiającego oraz w przypadku konieczności zmiany parametrów w/w urządzeń podczas trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest w ramach oferty dokonać poprawy kalibracji.
9. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w ramach oferty na okres trwania umowy dostarczył w ilości 12 szt. tablice lub stojaki z informacją o konieczności dezynfekcji rąk dla osób odwiedzających wraz z dozownikami do dezynfekcji rąk dotyczy: *Zadanie 1, 2 .*
10. Wykonawca w ramach oferty na okres trwania umowy dostarczy w ilości 300 szt. (+/- 20). Dozownik łokciowy uniwersalny przeznaczony jest do butelek o pojemności 500-1000 ml. Pasujący do wszystkich dostępnych na rynku butelek z preparatami dezynfekcyjnymi. Dozownik posiadający skuteczny system zamknięcia chroniący przed powtórą kontaminacją, posiadający zawór wylotowy skonstruowany tak, aby jak najskuteczniej chronić przed wyschnięciem, kapaniem, wyparowywaniem preparatu, łatwy w czyszczeniu i konserwacji ,wykonany z bardzo wytrzymałego tworzywa ABS, bezawaryjny. Dozownik z wysoką odpornością mechaniczną, Dozownik a możliwością płynnej regulacji dozowanego płynu do 3 ml, umożliwiający kontrolę ilości płynu. Kolor dozownika – biały .*Zadanie 2*
11. Wykonawca w ramach oferty dostarczy pompki do butelek 500 ml w ilości 200 szt. – dotyczy *Zadania 2 .*
12. Wykonawca w ramach oferty dostarczy uchwyty na butelkę z pompką, do zawieszenia na łożko szpitalne pacjenta. Uchwyt przeznaczony do dozowania preparatu dezynfekcyjnego do rąk, w ilości 60 szt. dotyczy: *Zadanie 2 .*
13. Wykonawca w ramach oferty dostarczy paski testowe do sprawdzania aktywności roztworu dezynfekcyjnego w ilości 30 opakowań dotyczy: *Zadanie 4 .*
14. Wykonawca w ramach oferty na okres trwania umowy dostarczy w ilości 12 szt. (+/- 20) dozownik bezdotykowy. Pasujący do obecnego systemu dozowania preparatów do dezynfekcji rąk .