



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-28/22

Tarnów, 2022-04-14

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dostawy opatrunków i pieluchomajtek

W związku z zapytaniami Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz.1-3** - Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? Osłonki boczne skierowane na zewnątrz nie powodują niebezpiecznych zagięć, które niosą za sobą ryzyko wystąpienia dodatkowych miejsc ucisku. Z wieloletniego doświadczenia użytkowego wiemy, że falbanki takie w tylnej części (pośladkowej pieluchy) dopasowują się do ciała od zewnątrz i łagodnie przechodzą do pozycji pionowej w części krocza, by skutecznie chronić przed bocznymi wyciekami i podnoszą komfort użytkowania przez pacjenta w odróżnieniu od falbanek skierowanych do wewnątrz.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1-3** - Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających podwójny wskaźnik wilgotności, które pozwala na lepsze informowanie o potrzebie zmiany pieluchomajtki?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 1 – 3 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, z zachowaniem pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 2

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 1 – 3 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie pieluchomajtek posiadających podwójny wskaźnik wilgotności, z zachowaniem pozostałych wymagań SWZ.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

