



**BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII – SZPITAL MIEJSKI**  
**im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej<sup>A</sup>**

43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Wyzwolenia 18

Centrala ul. Wyzwolenia 18 tel. 33 498 40 01 Sekretariat tel. 33 816 43 70 fax. 33 816 44 01

Centrala ul. Wyspiańskiego 21 tel. 33 827 25 00 Sekretariat 33 827 25 01 fax. 33 8272505

Centrala ul. Emilii Plater 17 tel. 33 819 87 60

DZP.271.36.2022-7

Bielsko-Biała dn. 27.09.2022 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej tj: lamp operacyjnych, miernika bilirubiny, rektoskopu operacyjnego, kardiomonitora, mobilnego aparatu USG oraz respiratora dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej (znak sprawy: DZP.271.36.2022).**

Upżelamie informujemy, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania do SWZ o treści :

**Pytanie 1:**

**Dotyczy: PAKIET 2-MIERNIK BILIRUBINY-PARAMETRY OGÓLNE**

POZYCJA: 4,5,6

Czy Zamawiający dopuści Bilirubinometr, gdzie średni błąd pomiarowy jest na bardzo wysokim poziomie +/-1,5 mg/dl bez względu na wiek pacjenta?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 2:**

**Dotyczy: PAKIET 2-MIERNIK BILIRUBINY-PARAMETRY OGÓLNE**

POZYCJA: 8

Czy Zamawiający dopuści Bilirubinometr o masie o 50g większej jest to minimalna różnica, której rozwiązanie nie ma żadnego uzasadnienia w terapii. W związku z tym, nie przeszkadza to w żaden sposób w trakcie pracy z urządzeniem.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 3:**

**Dotyczy: PAKIET 2-MIERNIK BILIRUBINY-WYPOSAŻENIE**

POZYCJA 6

Czy Zamawiający dopuści Bilirubinometr bez konieczności stosowania akcesoriów jednorazowych do kalibracji co znacznie obniża koszty użytkowania dla Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 4:**

**Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ - projekt umowy**

Zwracamy się prośbą o dodanie zapisu do umowy: "Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej lub innych nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron.

Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kryzys gospodarczy, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków.



KRS 0000412996 NIP 9372662340 REGON 242865296 BDO 000043647

ING Bank Śląski O/Bielsko-Biała Nr konta 68105010701000000106298375

www.onkologia.bielsko.pl

email: szpital@onkologia.bielsko.pl



W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona, która uzyskała taką informację poinformuje niezwłocznie drugą Stronę o niemożności wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy oraz uzgodni z drugą Stroną podjęcie ewentualnych środków w celu usunięcia skutków działania siły wyższej w szczególności poprzez wprowadzenie stosownych zmian do Umowy w celu umożliwienia jej wykonania.

Ciężar dowodu niewykonania zobowiązania z powodu siły wyższej obciąża Stronę, która powołuje się na siłę wyższą."

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy, która przewiduje możliwość zmiany umowy w sytuacji zaistnienia siły wyższej.

Niezależnie od tego Zamawiający wskazuje, że zapytanie Wykonawcy nie ma na celu wyjaśnienia treści SWZ lub jej załączników, ale negocjowanie postanowień umowy, co w świetle przepisu art. 135 pzp jest niedopuszczalne.

Z-CA DYREKTORA  
dz. Techniczno-Administracyjnych  
Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego  
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej  
*mgr inż. Grzegorz Kubica*