

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

po zmianie z dnia 23.06.2023 r.

Dostawa rękawic nitrylowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego

Przedmiot zamówienia:

Rękawice laboratoryjne nitrylowe

Wymagane minimalne parametry techniczne:

1. Bezpudrowe,
2. Teksturowane min. na końcach palców,
3. Oburęczne,
4. Długość rękawicy min. 240 mm,
5. Grubość rękawicy na palcu min. 0,09 mm (mierzone pojedynczo),
6. Poziom szczelności AQL nie większy 1,5,
7. Rękawice oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w KAT III,
- 8. Łączna ilość opakowań: 4123, w tym:**
 - 1. rozmiar XS: 418 opak.,**
 - 2. rozmiar S: 1333 opak.,**
 - 3. rozmiar M: 1438 opak.,**
 - 4. rozmiar L: 792 opak.,**
 - 5. rozmiar XL: 142 opak.,**
9. W opakowaniach po min. 100 szt.,
10. Minimalny termin przydatności do użycia: 31.12.2024 r.