

Znak sprawy: Z/55/PN/24

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH FUNKCJI I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia: Aparat ultrasonograficzny i głowica USG dla Zespołu Ratownictwa Medycznego

Wymagane parametry i funkcje			
L.p.	Wymagany parametr	Warunek graniczny	
WYMAGANIA OGÓLNE			
1.	Zestaw składający się z głowicy, kabla USB, ładowarki oraz tabletu.	TAK	
PARAMETRY GŁOWIC			
2.	1) Convex	TAK	
	<i>a</i>	128 kryształów	TAK
	<i>b</i>	Kąt pola obrazu min. 60 stopni	TAK
	<i>c</i>	Zakres częstotliwości 2-5 MHz	TAK
	<i>d</i>	Głębokość skanowania min. 24 cm	TAK
3.	2) Liniowa	TAK	
	<i>a</i>	• Min. 128 kryształy	TAK
	<i>b</i>	• Szerokość czoła min. 34 mm	TAK
	<i>c</i>	• Zakres częstotliwości min. 3-12 MHz	TAK
	<i>d</i>	• Głębokość skanowania min. 8 cm	TAK
TABLET			
4.	Tablet przekątna min.8"	TAK	

Znak sprawy: Z/55/PN/24

5.	Pamięć min 64 GB	TAK
6.	Wi-fi	TAK
7.	Bluetooth	TAK
8.	Wyświetlacz rozdzielczości min. 1920 x 1200 pikseli	TAK