



Czeladź, dnia 31 października 2024 r.

Znak sprawy: DZA.381.32.2.2024

## Do wszystkich Wykonawców

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) – na dostawę łóżek szpitalnych wraz z materacami i szafkami przyłóżkowymi dla Zagłębiowskiego Szpitala Klinicznego w Czeladzi (znak sprawy: DZA.381.32.2024)

Zamawiający informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne bez graficznej/kolorystycznej informacji o zablokowanych / odblokowanych szczytach?

#### Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne bez graficznej/kolorystycznej informacji o zablokowanych / odblokowanych szczytach.

### Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z regulacją wysokości leża w zakresie 360-800 mm, co jest rozwiązaniem lepszym od oczekiwanego?

#### Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne z regulacją wysokości leża w zakresie 360-800 mm.

### Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o szerokości 870 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 3 cm?

#### Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza łóżko z leżem o szerokości 870 mm.

### Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0-32°, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 2°?

#### Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0-32°.

### Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu oparcia pleców oraz segmentu ud elektrycznie, za pośrednictwem pilota przewodowego?

#### Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza łóżka z regulacją segmentu oparcia pleców oraz segmentu ud elektrycznie, za pośrednictwem pilota przewodowego.

### Pytanie nr 6

Czy w związku z pkt. 16 i 17 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko tylko z autoregresją w części lędźwiowej wynoszącą 4 cm? Funkcja autoregresji nie ma nic wspólnego z odleżynami.



Przy okolicach wyższego stopnia w okolicach kości ogonowej nie powinno się stosować pozycji łamanych wysokich leża. Podnoszenie się segmentu uda spowoduje ucisk na część lędźwiową co doprowadzi do powstania odleżyn. Zapis wymagań Zamawiającego nie znajduje żadnego uzasadnienia naukowego jak również przeczy zasadom fizyki – w związku z tym prosimy o uzasadnienie powyższego zapisu. Pacjent z odleżynami powinien leżeć na leżu prostym i właściwym materacu przeciwoodleżynowym zmiennociśnieniowym. Autoregresja służy tylko i wyłącznie do bezpiecznego załamywania się i nie zakleszczania materaca piankowego podkładowego oraz większego komfortu siedzenia. Dzięki autoregresji przedłużamy czas użytkowania materaca, który nie posiada ryflowań (nacięć) we właściwym miejscu złamań leża.

#### Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza łóżka tylko z autoregresją w części lędźwiowej wynoszącą 4 cm.

#### Pytanie nr 7

Czy jako rozwiązanie równoważne Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac o wysokości 12cm dopasowany do rozmiarów leża (gąbka w pokrowcu z tkaniny). Gęstość pianki T-40kg/m<sup>3</sup>, i twardości 4.1kPa. Osłona z zamkiem błyskawicznym z 2 stron (zapięcie w kształcie „L”), chroniąca cały materac, wykonana z włókna tekstylnego, pokrytego czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem, bez PVC. Osłona na materac odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania, nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje i smary zawartość formaldehydu) i wysokie temperatury (pranie na gorąco 95 ° C, suszenie w bębnie – 100°C)?

#### Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza łóżko wyposażone w materac o wysokości 12cm dopasowany do rozmiarów leża (gąbka w pokrowcu z tkaniny). Gęstość pianki T-40kg/m<sup>3</sup>, i twardości 4.1kPa. Osłona z zamkiem błyskawicznym z 2 stron (zapięcie w kształcie „L”), chroniąca cały materac, wykonana z włókna tekstylnego, pokrytego czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem, bez PVC. Osłona na materac odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania, nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje i smary zawartość formaldehydu) i wysokie temperatury (pranie na gorąco 95 ° C, suszenie w bębnie – 100°C).

#### Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 87,5 cm, szerokości 55,5 cm (szerokość 434 mm bez złożonego blatu bocznego), głębokości 45,1 cm?

#### Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową o wysokości 87,5 cm, szerokości 55,5 cm (szerokość 434 mm bez złożonego blatu bocznego), głębokości 45,1 cm.

#### Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 760-1110 mm?

#### Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 760-1110 mm.

#### Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z korpusem wykonanym z profili aluminiowych, z ramkami szuflad oraz bokami szafki wykonanymi z ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo, z blatami oraz frontami szuflad wykonanymi z płyty tworzywowej typu HPL?



### **Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza szafki przyłóżkowej z korpusem wykonanym z profili aluminiowych, z ramkami szuflad oraz bokami szafki wykonanymi z ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo, z blatami oraz frontami szuflad wykonanymi z płyty tworzywowej typu HPL.

### **Pytanie nr 11**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z otwartą półką między szufladami, z dostępem do niej tylko od frontu szafki?

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza szafki przyłóżkowej z otwartą półką między szufladami, z dostępem do niej tylko od frontu szafki

### **Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z półką na basen pełną znajdującą się pod korpusem szafki wykonaną z tworzywa ABS?

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza szafki przyłóżkowej z półką na basen pełną znajdującą się pod korpusem szafki wykonaną z tworzywa ABS.

### **Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladami poruszającymi się na prowadnicach rolkowych?

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza szafki przyłóżkowej z szufladami poruszającymi się na prowadnicach rolkowych.

### **Pytanie nr 14**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z kołami o średnicy 52 mm, co nie wpływa na funkcjonalność szafki?

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza szafki przyłóżkowej z kołami o średnicy 52 mm, co nie wpływa na funkcjonalność szafki.

### **Pytanie nr 15**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blokadą kół realizowaną za pośrednictwem dźwigni znajdujących się bezpośrednio przy kołach?

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza szafki przyłóżkowej z blokadą kół realizowaną za pośrednictwem dźwigni znajdujących się bezpośrednio przy kołach.

### **Pytanie nr 16**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której blat górny posiada na 2 bocznych krawędziach listwy aluminiowe w kształcie litery C oraz na tylnej krawędzi aluminiowy reling (może służyć do przetaczania) oraz blatem bocznym wyposażonym w 2 listwy aluminiowe w kształcie litery C?

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza szafki przyłóżkowej, której blat górny posiada na 2 bocznych krawędziach listwy aluminiowe w kształcie litery C oraz na tylnej krawędzi aluminiowy reling (może służyć do przetaczania) oraz blatem bocznym wyposażonym w 2 listwy aluminiowe w kształcie litery C.

### **Pytanie nr 17**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym bez możliwości pochylenia na boki?



### Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza szafki przyłóżkowej z blatem bocznym bez możliwości pochylenia na boki.

### Pytanie nr 18

Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

### Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia terminu realizacji zamówienia.

### Pytanie nr 19

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne ze szczytami metalowymi (rury) pokrytymi chromem, z wypełnieniem z płyty tworzywowej typu hpl?

### Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza łóżka szpitalnego ze szczytami metalowymi (rury) pokrytymi chromem, z wypełnieniem z płyty tworzywowej typu hpl.

### Pytanie nr 20

Czy w związku z pkt. 4 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi składającymi się z trzech profili poziomych o wym. 4 x 2 cm każdy, lakierowanymi proszkowo farbami biozgodnymi?

### Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza łóżka z barierkami bocznymi składającymi się z trzech profili poziomych o wym. 4 x 2 cm każdy, lakierowanymi proszkowo farbami biozgodnymi.

### Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi chroniącymi barierki boczne na  $\frac{3}{4}$  długości leża, spełniającymi normę bezpieczeństwa?

### Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza łóżko z barierkami bocznymi chroniącymi barierki boczne na  $\frac{3}{4}$  długości leża, spełniającymi normę bezpieczeństwa.

### Pytanie nr 22

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem metalowym wypełnionym metalową siatką, posiadającym ramę zewnętrzną?

### Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza łóżka z leżem metalowym wypełnionym metalową siatką, posiadającym ramę zewnętrzną

### Pytanie nr 23

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 950 mm oraz szerokości 1025 mm wraz z zamontowanymi barierkami bocznymi?

### Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza łóżko o szerokości całkowitej 950 mm oraz szerokości 1025 mm wraz z zamontowanymi barierkami bocznymi.

### Pytanie nr 24

Czy Zamawiający dopuści łóżko z mechanizmem do regulacji segmentu oparcia pleców oraz uda znajdującym się pod leżem, z boku łóżka?

### Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza łóżka z mechanizmem do regulacji segmentu oparcia pleców oraz uda znajdującym się pod leżem, z boku łóżka.



**Pytanie nr 25**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z jednym mechanizmem (jedna dźwignia) do regulacji segmentu oparcia pleców oraz uda.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza łóżka z jednym mechanizmem (jedna dźwignia) do regulacji segmentu oparcia pleców oraz uda.

**Pytanie nr 26**

Czy w związku z pkt. 16 i 17 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko tylko z autoregresją w części lędźwiowej wynoszącą 8 cm?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza łóżka tylko z autoregresją w części lędźwiowej wynoszącą 8 cm.

