

Dział Zamówień Publicznych

Grodzisk Mazowiecki; 15.10.2021 r.

SPS – V. 262.70.2021

Wg. rozdzielnika

Dotyczy: dostawy aparatu RTG stacjonarnego wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń dla aparatu w Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.

Nr sprawy 2/Ap.Med./SPSSZ/NW-I-III.052.2.2020.PC**Pytanie 1. Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia, p. 36.**

Czy Zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie uciskadła, które jest na stałe zamontowane do kolumny lampy i jest automatycznie usuwane z wiązki promieniowania, podczas gdy nie jest używane. Rozwiązanie to jest powszechnie stosowane w aparatach do prześwietlenia i nie ma konieczności demontowania go.

Odpowiedź 1. TAK**Pytanie 2**

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby w zakresie przedmiotu umowy był demontaż i utylizacja obecnie używanego aparatu telekomando?

Odpowiedź 2. TAK w zakresie demontażu , NIE w zakresie utylizacji.**Nastąpi zaktualizowanie formularza cenowego stanowiącego załącznik do wyjaśnień.****Pytanie 3 Dotyczy zapisów rozdz. XIII pkt 6 zapytania ofertowego**

Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego aparatu RTG?

Odpowiedź 3. TAK**Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuszcza podział / dodanie linii z Nazwą pozycji w Formularzu cenowym ze względu na zastosowanie dwóch stawek VAT do jednej pozycji?

Odpowiedź 4. TAK, z podaniem zakresu objętego odrębną stawką. Łączna wartość oferty obejmuje wszystkie pozycje/linie Formularza cenowego.**Pytanie 5 dotyczy załącznika nr 5 wzór umowy § 6 ust.5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do niniejszego ustępu poniższej treści:

„Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentem.”?

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie

niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywowującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź 5. Pozostają zapisy projektu umowy.

Pytanie 6 dotyczy załącznika nr 5 wzór umowy § 7 ust.5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do niniejszego ustępu poniższej treści:

„Oświadczenie o odstąpieniu z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5 winno być poprzedzone pisemnym wezwaniem a do należytego, w tym terminowego, wykonania umowy i wyznaczenia terminu dodatkowego.”?

Odpowiedź 6. Pozostają zapisy projektu umowy.

Pytanie 7. Dotyczy zapisów zapytania ofertowego rozdział I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 2

Prosimy o usunięcie niniejszego punktu, ponieważ dotyczy on tomografu komputerowego oraz serwisu pogwarancyjnego 24 miesięcy. Jest to sprzeczne z przedmiotem zamówienia oraz wymogami zawartymi w załączniku nr 3 – tabela techniczna, opis przedmiotu zamówienia, gdzie w pkt 115 jest wymóg gwarancji 24 miesiące, a maksymalnie 36miesiące.

Odpowiedź 7. Pozostają zapisy SWZ. Pkt. 2 Załącznika nr 3 dotyczy informacji o kraju pochodzenia aparatu. W pkt. 115 Załącznika nr 3, Kupujący oczekuje określenia czasu trwania gwarancji. Pozycja punktowana w kryterium.

Jednocześnie Nabywca/Kupujący wyjaśnia, że w zapisach Zapytania ofertowego wraz z załącznikami przez zapis „szkolenie personelu” Strony rozumieją szkolenie personelu w liczbie – 26 osób.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i musi być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty.