

Gdynia, dnia 15 listopada 2021 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Zakup pomp infuzyjnych dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w ramach projektu pn. „Rozbudowa , przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych”, znak: D25M/251/N/46-75rj/21**

Pytanie nr 1 dot. załącznika nr 6 do SWZ *Projekt umowy*

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę, ponieważ do realizacji umowy zastosowanie ma ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. t. j. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), która w art. 4 ust. 1 stanowi, że: „Zamawiający jest obowiązany do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie stosuje się.”

Pytanie nr 2 dot. załącznika nr 6 do SWZ *Projekt umowy* § 9 ust. 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań niniejszej umowy w formie kar umownych :
 - 1) w wysokości 0,3 % ceny brutto niedostarczonej/wadliwej części przedmiotu umowy, o której mowa w §2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki realizacji umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 1, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej/wadliwej części przedmiotu umowy**; Za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia uważa się także dostarczenie sprzętu wadliwego – do czasu rozpoczęcia eksploatacji sprzętu po: usunięciu wad lub dostarczenia towaru niewadliwego;
 - 2) w przypadku przekroczenia czasu naprawy, o którym mowa w § 8 ust. 9 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (lub w sytuacji nie zapewnienia elementu przedmiotu umowy zastępczego zgodnie z §8 ust. 10 umowy), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % ceny brutto wadliwej części przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto /wadliwej części przedmiotu umowy**
 - 3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, albo za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niedotyczących Zamawiającego - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej części ceny brutto określonej w § 2 ust. 1;
 - 4) w wysokości **0,25 %** ceny brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1, w przypadku rażącego niewykonywania obowiązków umownych przez Wykonawcę powodującego niemożliwość korzystania przez Zamawiającego ze sprzętu medycznego (jak też niewykonywania przeglądów okresowych i testów

znak: D25M/251/N/46-75rj/21

1



akceptacyjnych lub braku aktualizacji oprogramowania) po wyznaczeniu dodatkowego 3-dniowego terminu na wykonanie zobowiązań - z możliwością zlecenia naprawy lub wymiany (wykonania przeglądów okresowych i testów adaptacyjnych) na koszt Wykonawcy osobie trzeciej – kara umowna może być naliczona za każdy taki przypadek odrębnie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 3 dot. załącznika nr 6 do SWZ *Projekt umowy* § 2 ust. 4

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku od towarów i usług (VAT)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zakres przewidywanych zmian umowy Zamawiający określił w § 10 *Projekt umowy*, w tym dopuszczalne zmiany wartości umowy. Termin dostawy wyposażenia wynosi – 4 tygodnie od dnia podpisania umowy, wobec czego umowa nie ma znamion sukcesywnych dostaw w dłuższym okresie czasu, w którym takie zmiany podatki mogłyby nastąpić.

Pytanie nr 4 dot. załącznika nr 6 do SWZ *Projekt umowy* § 8 ust. 9

W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8 ust. 9 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. W celu wykonania naprawy gwarancyjnej elementu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do reakcji serwisu w dni robocze od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w terminie do 24 godz. liczonych od dnia zgłoszenia awarii. W tym czasie Wykonawca winien sprawdzić ewentualną zasadność reklamacji (zgłoszonej awarii).

Pytanie nr 5 dot. zadania nr 1 *Zestawienie parametrów wymaganych* pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę infuzyjną strzykawkową sterowaną elektronicznie do podawania płynów w praktyce klinicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6 dot. zadania nr 1 *Zestawienie parametrów wymaganych* pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę infuzyjną strzykawkową sterowaną elektronicznie o dokładności mechanicznej $\ll \pm 1\%$?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7 dot. zadania nr 1 *Zestawienie parametrów wymaganych* pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę infuzyjną strzykawkową sterowaną elektronicznie o masie pompy max. 2,0 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pompę infuzyjną strzykawkową sterowaną elektronicznie o masie pompy max. 2,0 kg.

Pytanie nr 8 dot. zadania nr 1 *Zestawienie parametrów wymaganych* pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową zajmującą przestrzeń nie większą niż 3 200 cm³?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pompę strzykawkową zajmującą przestrzeń nie większą niż 3 200 cm³.

Pytanie nr 9 dot. zadania nr 1 *Zestawienie parametrów wymaganych* pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową mocowaną do rury poziomej lub pionowej za pomocą dedykowanego przykręcanego uchwyty z możliwością łączenia po 2 lub 3 pompy za pomocą opcjonalnej stacji dokującej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pompę strzykawkową mocowaną do rury poziomej lub pionowej za pomocą dedykowanego przykręcanego uchwyty z możliwością łączenia po 2 lub 3 pompy za pomocą opcjonalnej stacji dokującej.

Pytanie nr 10 dot. zadania nr 1 *Zestawienie parametrów wymaganych* pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową bez regulacji podświetlenia ekranu na 9 poziomach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11 dot. zadania nr 1 *Zestawienie parametrów wymaganych* pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową bez regulacji jasności i kontrastu ekranu na min. 9 poziomach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12 dot. zadania nr 1 *Zestawienie parametrów wymaganych* pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową o zasilaniu z akumulatora wewnętrznego min 12 h. przy przepływie 5 ml/h.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 13 dot. zadania nr 1 *Zestawienie parametrów wymaganych* pkt. 19.2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową o prędkości bolusa dla strzykawki o poj. 5ml = 0,1-100 ml/h?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 14 dot. zadania nr 1 *Zestawienie parametrów wymaganych* pkt. 19.3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową o prędkości bolusa dla strzykawki o poj. 10ml = 0,1-300 ml/h?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 15 dot. zadania nr 1 *Zestawienie parametrów wymaganych* pkt. 19.4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową o prędkości bolusa dla strzykawki o poj. 20ml = 0,1-600 ml/h?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 16 dot. zadania nr 1 *Zestawienie parametrów wymaganych* pkt. 19.5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową o prędkości bolusa dla strzykawki o poj. 30ml = 0,1-900 ml/h?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 17 dot. zadania nr 1 *Zestawienie parametrów wymaganych* pkt. 20

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową z możliwością dedykowanego skonfigurowania pompy dla potrzeb określonego oddziału?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pompę strzykawkową z możliwością dedykowanego skonfigurowania pompy dla potrzeb określonego oddziału.

Pytanie nr 18 dot. zadania nr 1 *Zestawienie parametrów wymaganych* pkt. 21

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową bez możliwości skonfigurowania do 50 oddziałów w jednej pompie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 19 dot. zadania nr 1 *Zestawienie parametrów wymaganych* pkt. 22

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową bez możliwości stworzenia Biblioteki Leków zawierającej 1 000 leków z możliwością podzielenia na min. 20 grup?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 20 dot. zadania nr 1 *Zestawienie parametrów wymaganych* pkt. 28



Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową bez funkcji trybu przejęcia w pompie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 21 dot. zadania nr 1 *Zestawienie parametrów wymaganych* pkt. 29

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową bez funkcji automatycznego przenoszenia do pompy obliczonej wartości podaży insuliny przez automatyczne systemy do kontrolowanej insulinoterapii?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 22 dot. zadania nr 1 *Zestawienie parametrów wymaganych* pkt. 30, 31, 32

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową bez funkcji trybu TCI?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 23 dot. zadania nr 1 *Zestawienie parametrów wymaganych* pkt. 34

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową bez możliwości opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania każdej pompy o tryb PCA i PCEA?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 24 dot. zadania nr 1 *Zestawienie parametrów wymaganych* pkt. 36

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową bez możliwości rozszerzenia zakresu ciśnienia okluzji o trzy dodatkowe poziomy w dolnym zakresie max. 10 mmHg, 30 mmHg, 50 mmHg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 25 dot. zadania nr 1 *Zestawienie parametrów wymaganych* pkt. 37

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową bez możliwości opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o czujnik skoku/spadku ciśnienia w linii?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 26 dot. zadania nr 1 *Zestawienie parametrów wymaganych* pkt. 49

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową bez możliwości współpracy z systemem do kontrolowanej insulinoterapii?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 27 dot. zadania nr 1 *Zestawienie parametrów wymaganych* pkt. 50

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową bez możliwości pracy pompy w środowisku MRI - w dedykowanej stacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 28 dot. zadania nr 1 *Zestawienie parametrów wymaganych* pkt. 51

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową o poborze mocy przez jedną pompę maksymalnie 50VA?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 29 dot. zadania nr 1 *Zestawienie parametrów wymaganych* pkt. 48

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową bez możliwości współpracy z czynnikiem kodów kreskowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 30 dot. zadania nr 2 *Zestawienie parametrów wymaganych* pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę infuzyjną strzykawkową sterowaną elektronicznie do podawania płynów w praktyce klinicznej?



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 31 dot. zadania nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę infuzyjną strzykawkową sterowaną elektronicznie o dokładności mechanicznej $\ll \pm 1\%$?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 32 dot. zadania nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę infuzyjną strzykawkową sterowaną elektronicznie o masie pompy max. 2,0 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pompę infuzyjną strzykawkową sterowaną elektronicznie o masie pompy max. 2,0 kg.

Pytanie nr 33 dot. zadania nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową zajmującą przestrzeń nie większą niż 3 200 cm³?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pompę strzykawkową zajmującą przestrzeń nie większą niż 3 200 cm³.

Pytanie nr 34 dot. zadania nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową wyposażoną w klawiaturę dotykową?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pompę strzykawkową wyposażoną w klawiaturę dotykową.

Pytanie nr 35 dot. zadania nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową mocowaną do rury poziomej lub pionowej za pomocą dedykowanego przykręcanego uchwyty z możliwością łączenia po 2 lub 3 pompy za pomocą opcjonalnej stacji dokującej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pompę strzykawkową mocowaną do rury poziomej lub pionowej za pomocą dedykowanego przykręcanego uchwyty z możliwością łączenia po 2 lub 3 pompy za pomocą opcjonalnej stacji dokującej.

Pytanie nr 36 dot. zadania nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową bez regulacji podświetlenia ekranu na 9 poziomach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 37 dot. zadania nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową bez regulacji jasności i kontrastu ekranu na min. 9 poziomach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 38 dot. zadania nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową o zasilaniu z akumulatora wewnętrznego min 12 h. przy przepływie 5 ml/h.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 39 dot. zadania nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 19.2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową o prędkości bolusa dla strzykawki o poj. 5ml = 0,1-100 ml/h?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 40 dot. zadania nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 19.3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową o prędkości bolusa dla strzykawki o poj. 10ml = 0,1-300 ml/h?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 41 dot. zadania nr 2 *Zestawienie parametrów wymaganych* pkt. 19.4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową o prędkości bolusa dla strzykawki o poj. 20ml = 0,1-600 ml/h?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 42 dot. zadania nr 2 *Zestawienie parametrów wymaganych* pkt. 19.5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową o prędkości bolusa dla strzykawki o poj. 30ml = 0,1-900 ml/h?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 43 dot. zadania nr 2 *Zestawienie parametrów wymaganych* pkt. 20

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową z możliwością dedykowanego skonfigurowania pompy dla potrzeb określonego oddziału?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 44 dot. zadania nr 2 *Zestawienie parametrów wymaganych* pkt. 21

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową bez możliwości skonfigurowania do 50 oddziałów w jednej pompie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 45 dot. zadania nr 2 *Zestawienie parametrów wymaganych* pkt. 22

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową bez możliwości stworzenia Biblioteki Leków zawierającej 1 000 leków z możliwością podzielenia na min. 20 grup?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 46 dot. zadania nr 2 *Zestawienie parametrów wymaganych* pkt. 28

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową bez funkcji trybu przejścia w pompie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 47 dot. zadania nr 2 *Zestawienie parametrów wymaganych* pkt. 29

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową bez funkcji automatycznego przenoszenia do pompy obliczonej wartości podaży insuliny przez automatyczne systemy do kontrolowanej insulinoterapii?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 48 dot. zadania nr 2 *Zestawienie parametrów wymaganych* pkt. 30, 31, 32

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową bez funkcji trybu TCI?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 49 dot. zadania nr 2 *Zestawienie parametrów wymaganych* pkt. 34

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową bez możliwości opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania każdej pompy o tryb PCA i PCEA?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 50 dot. zadania nr 2 *Zestawienie parametrów wymaganych* pkt. 36

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową bez możliwości rozszerzenia zakresu ciśnienia okluzji o trzy dodatkowe poziomy w dolnym zakresie max. 10 mmHg, 30 mmHg, 50 mmHg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 51 dot. zadania nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 37

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową bez możliwości opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o czujnik skoku/spadku ciśnienia w linii?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 52 dot. zadania nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 49

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową bez możliwości współpracy z systemem do kontrolowanej insulinoterapii?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 53 dot. zadania nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 50

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową bez możliwości pracy pompy w środowisku MRI - w dedykowanej stacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 54 dot. zadania nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 51

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową o poborze mocy przez jedną pompę maksymalnie 50VA?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 55 dot. zadania nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 48

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową bez możliwości współpracy z czytnikiem kodów kreskowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 56 dot. zadania nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 52.1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową wyposażoną w moduł jezdny 5-kołowy wyposażony w skrętne kółka, minimum dwa z blokadą?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pompę strzykawkową wyposażoną w moduł jezdny 5-kołowy wyposażony w skrętne kółka, minimum dwa z blokadą.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPowiednim ZAKRESIE.

Przewodniczący
Komisji Przetargowej
Beata Martyn-Mrozowska

DYREKTOR
DŁ. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I IT

mgr Beata Martyn-Mrozowska

