

Konin, 20.10.2021r.

WSZ-EP-30/956/2021

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa materiałów opatrunkowych” (nr sprawy WSZ-EP-30/2021).

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm. – zwanej dalej „Ustawą Pzp.”) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1 – dotyczy pakiet 19 poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie przylepców spełniających pozostałe wymagania SWZ o poniższych wymiarach:

- pozycja 1 – 1,25 cm x 9,15 m;
- pozycja 2 – 2,5 cm x 9,15m;
- pozycja 3 – 5 cm x 9,15 m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 19 poz. 1-3.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 2 – dotyczy pakiet 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opatrunku włókninowego będącego wyrobem medycznym klasy I sterylnej?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SWZ (Formularz asortymentowo-cenowy).

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 3 – dotyczy pakiet 32 poz. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opasek gipsowych nawiniętych na plastikowy tubus o czasie wiązania 4-8 minut?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opaskę gipsową nawiniętą na tubus o czasie wiązania max 8 minut. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 32 poz. 1-4.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 4 – dotyczy pakiet 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów gazowych jałowych o masie 0,4g pakowanych po 3 sztuki w opakowanie typu folia/papier?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 41.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie 5 – dotyczy pakiet 49

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu typu Procedure Pack, który był dostarczany do Państwa placówki w ramach umowy przetargowej:

Skład: Ilość

Część A:

- Softpore 2,5cm - 4 paski - 15,5cm 1
- ELASTPORE+PAD I.V. 6x8cm 2
- Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm, 6

4 warstwy

- Hospidrape 38x45cm 1
- Rękawiczki nityl bezpudr. M 2

Część B:

- Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm, 4


warstwy

- ELASTPORE+PAD 7x5cm 2
- Rękawiczki winyl bezpudr. L 1
- Rękawiczki nityl bezpudr. M 2

Opakowanie jednostkowe typu "zestaw w zestaw".

Część B w oddzielnym opakowaniu umieszczona z pozostałymi komponentami w opakowaniu papierowo-foliowym, bez etykiet TAG

Opakowanie transportowe: 2 x 100



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy zestaw. Zamawiający nie wyraża zgody na opakowanie transportowe 2 x 100, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 49.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.