

### Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia w celu poprawy dostępności do świadczonych usług medycznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim” ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2023/S 140-448004 z dnia 24.07.2023 r.

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej ustawa Pzp Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim udostępnia treść zapytań wykonawców wraz z wyjaśnieniami zamawiającego:

#### Pytania dot. pakietu nr 1 cyfrowy aparat rentgenowski

##### 1. Pytanie nr 1

Dotyczy udzielonych Wyjaśnień.

Zamawiający odpowiadając m.in. na pytania nr 34, 35, 40, 149, 259 odnosił się do konieczności uzyskania przez wykonawcę (w imieniu Zamawiającego) zezwolenia na użytkowanie aparatu RTG wydawanego przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną.

W związku z faktem, że odpowiedzi są sprzeczne uprzejmie prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że do obowiązków wykonawcy nie należy uzyskanie ww. zezwolenia.

Jeżeli jednak obowiązkiem wykonawcy będzie uzyskanie ww. zezwolenia to prosimy o potwierdzenie, że czas realizacji umowy będzie wydłużony o czas uzyskania takiego pozwolenia. Nasza prośba podyktowana jest tym, że WSSE ma do 30 dni na wydanie pozytywnej odpowiedzi i żaden z potencjalnych wykonawców nie ma wpływu na szybkość wydania takiej decyzji.

Odp.: Zamawiający wymaga montaż i odbiór techniczny urządzenia w terminie określonym w SWZ, natomiast wymaga również uzyskanie wszelkich odbiorów od Wykonawcy.

##### 2. Pytanie nr 2

Dotyczy udzielonych Wyjaśnień.

Na pytania nr 70 oraz 73 (dot. zapewnienia mocy - 65KW i 80KW, oraz ewentualnej wymiany/naprawy instalacji) Zamawiający w obydwu przypadkach odpowiedział: TAK.

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie udzielonej odpowiedzi poprzez wskazanie czy TAK oznacza zapewnienie mocy 65KW i 80KW czy też wykonawcy mają wziąć pod uwagę kalkulując cenę oferty wymianę/naprawę instalacji?

Odp.: Zamawiający zapewni moce zasilania 65 KW i 80 KW.

##### 3. Pytanie nr 3

Dotyczy udzielonych Wyjaśnień.

Zamawiający udzielając wyjaśnień w odpowiedziach nr 68 i 247 oraz nr 161 zobowiązał się do zamieszczenia na stronie internetowej aktualnego/ych projektów osłon stałych oraz zmodyfikowanego formularza *Druk oferta*.

Mając na względzie powyższe, prosimy o udostępnienie ww. dokumentów na stronie prowadzonego postępowania.

Odp.: Zamawiający prześle zainteresowanym aktualne projekty osłon stałych.

##### 4. Pytanie nr 1

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 1 września 2023 r.

Zamawiający odpowiadając na pytania wykonawców nie udzielił jednoznacznych odpowiedzi m.in. w zakresie części zamówienia dotyczącej wykonania niezbędnych prac adaptacyjnych. Z informacji otrzymanych od potencjalnych podwykonawców koniecznym jest wykonanie kolejnej wizji lokalnej celem

ustalenia stanu faktycznego w szczególności w zakresie „możliwości” instalacji elektrycznej oraz sprawności systemu wentylacji.

Bez wykonania ww. czynności i ewentualnego doprecyzowania wymagań Zamawiającego niemożliwym jest rzetelne skalkulowanie finalnej ceny oferty.

Z informacji zamieszczonych na stronie prowadzonego postępowania (m.in. wyjaśnienia 2) Zamawiający mając na względzie zapisy art. 135 ust. 2 ustawy Pzp planuje przesunięcie terminu składania ofert w związku z czym prosimy o przychylenie się do naszej prośby.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia naszej prośby, ze względu na fakt, iż obecny termin składania ofert jest wyznaczony na dzień 24.08. (najbliższy czwartek), uprzejmie prosimy o wcześniejsze zamieszczenie informacji o wydłużeniu terminu składania ofert i zmianę terminu na stronie prowadzonego postępowania - platformie zakupowej (przed publikacją ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE).

**Odp.:** W powyższym przypadku ma zastosowanie art. 135 ust. 5 ustawy Pzp.

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL  
w Ostrowcu Świętokrzyskim

DYREKTOR NACZELNIK  
Dariusz Tumulec