



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001

Szczecin, dnia 02.08.2024 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 21/2024

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na dostawę materiałów medycznych oraz sprzętu medycznego jednorazowego użytku do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 5

1. Pakiet 2 Poz. 12

Ze względu na wycofanie produktu przez producenta prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego zestawu do cystostomii o składzie: dwudrożny silikonowy cewnik z zakończeniem otwartym z integralnym balonem, rozmiar 10Ch, 12Ch, 14Ch kodowane kolorystycznie, długość 40 cm, pojemność balonu 3 ml dla 10 Ch, 5 ml dla 12/14 Ch, dwa przeciwległe oczka drenażowe, znaczniki na cewniku, metalowy trokar rozrywalny 12 cm, skalpel, silikonowa tulejka mocująca, zatyczka, samoprzylepny plaster mocujący. Wszystkie elementy zestawu zapakowane łącznie w jedno opakowanie folia-papier.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Pakiet 3 Poz.1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych z nazwą producenta bezpośrednio na przyrządzie?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie oczekuje.

3. Poz.1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych z elastyczną komorą kroplową bez zawartości bez PCV o długości min. 60 mm w części przezroczystej?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

4. Poz.1


Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych ma być wyposażony w zaciskacz rolkowy z miejscem na zabezpieczenie igły po zakończonej infuzji (dodatkowy otwór/pochewka) oraz miejsce na podwieszenie drenu?

Odp. Zamawiający dopuszcza taki asortyment.

5. Poz.2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych z elastyczną komorą kroplową bez zawartości bez PCV?

Odp. Zamawiający dopuszcza.



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



LL-C
Certification
Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001

6. Poz. 3

1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych firmy Margomed, komorą kroplową bez PCV o długości 80 mm w części przezroczystej z powierzchnią filtracyjną min. 14 cm²

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje by bezpośrednio na przyrządzie znajdowała się nazwa producenta w celu jego łatwej identyfikacji?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

7. Poz.4-5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby na opakowaniu jednostkowym przedłużaczy do pomp znajdowało się oznaczenie "VOL"?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

8. Poz.6-7

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje przedłużaczy do pomp bursztynowych – transparentnych - co zapewnia dobrą widoczność drogi płynu?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

BD 91/ 810 59 82

KOMENDANT

Z upoważnienia
KOMENDANTA
109. SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ
SPZOZ w Szczecinie

ppłk mgr farm. Jacek SYPKO
Zastępca Komendanta