

Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/102/20

Sucha Beskidzka, dnia 08.01.2021r.

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku.(ZOZ.V.010/DZP/102/20).

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchoj Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Dotyczy art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odp.: Tak

Dotyczy pakietu nr 22

Pytanie nr 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy kompatybilny z aparatem CPAP Infant Flow w skład którego wchodzi:

Jednorazowy układ oddechowy do nCPAP, podgrzewany odcinek wdechowy 1 x 120 cm, średnica 10 mm, z wycięciem pozycjonującym oraz gniazdem podgrzewania węża w kształcie koniczynki(do MR850), linia łącząca aparat z komorą nawilżacza 60 cm (sucha), Odcinek wdechowy podgrzewany, pomiarowy dren ciśnieniowy. Generator nCPAP wraz z końcówkami donosowymi w trzech rozmiarach (S, M, L), Gniazdo zasilania grzałki typu trójkątne, jednorazowa komora nawilżacza z automatyczną regulacją poziomu wody kompatybilna z nawilżaczem typ F&P MR 850. Wykonany z PCV bez lateksu.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 2 pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie układu oddechowego wraz z samo napełniająca się do komorą nawilżacza?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 3 pozycja 7, 8, 10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr 7, 8, 10 w zadaniu nr 22, oraz utworzenia dla nich odrębnego pakietu. Taki zabieg pozwoli na wystartowanie większej liczbie wykonawców, a tym samym obniżenie wartości złożonych ofert, a w konsekwencji oszczędności dla szpitala.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 4 pozycja 12

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu zabezpieczenia antybakteryjnego opartego na działaniu jonów srebra w pakiecie nr 33 pozycja nr 12. Taki zapis stawia na uprzywilejowanej pozycji tylko jedną firmę. Na rynku znajduje się więcej dostawców kompatybilnego z opisanym asortymentu. Zgoda Zamawiającego na odstąpienie

od wspomnianego zapisu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty i będzie miało pozytywny wpływ na cenę oferty ostatecznej oraz finanse szpitala.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

z poważaniem:

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Ratowniczej
w Suchej Beskidzkiej
mgr Janusz Kuczyński

Kierownik
Działu Zarządzania
Działem Publicznym
mgr Sabinia Steczek