

Do wszystkich Wykonawców

ZP- 2594/20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatu RTG z ramieniem C (znak sprawy: Z/70/PN/20).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatu RTG z ramieniem C (znak sprawy: Z/70/PN/20), wpłynęły zapytania do postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zapytanie nr 1

Dot. pkt III.9 Załącznika nr 3 do SIWZ Przedmiot zamówienia: Śródoperacyjny aparat rentgenowski z ramieniem C

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat RTG, którego szerokość impulsu mieści się w zakresie 5-14 ms?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat RTG, którego szerokość impulsu mieści się w zakresie 5-14 ms. Zamawiający modyfikuje w Załączniku nr 3 do SIWZ zapis w punkcie III. 9, który otrzymuje brzmienie:

„Regulacja szerokości impulsu w zakresie min.7-40ms *) lub w zakresie 5-14 ms*).”

Zapytanie nr 2

Dot. pkt VI.15 Załącznika nr 3 do SIWZ Przedmiot zamówienia: Śródoperacyjny aparat rentgenowski z ramieniem C

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy monitory LCD TFT 19 cali posiadające taką samą jakość obrazu co te opisane w SIWZ?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający dopuści wysokiej klasy monitory LCD TFT 19 cali posiadające taką samą jakość obrazu co te opisane w SIWZ. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu należy stosowną zmianę umieścić w Załączniku nr 3 do SIWZ!

Zapytanie nr 3

Dot. pkt VI. 9 Załącznika nr 3 do SIWZ Przedmiot zamówienia: Śródoperacyjny aparat rentgenowski z ramieniem C.

Czy Zamawiający dopuści system obróbki obrazu bez funkcjonalności lupy?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że zapytanie dotyczy pkt. VII. 9. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. W przypadku zaoferowania dopuszczonego rozwiązania należy stosowną zmianę umieścić w Załączniku nr 3 do SIWZ!

Zapytanie nr 4

Dot. pkt VI.11 Załącznika nr 3 do SIWZ Przedmiot zamówienia: Śródoperacyjny aparat rentgenowski z ramieniem C

Czy Zamawiający dopuści system cyfrowy bez opisanych funkcjonalności? Oferowany przez nas aparat posiada następujące funkcjonalności, które mogą być traktowane za równoważne: wyostrzeniem krawędzie, redukcji szumu, wykrywanie ruchu z aktywną redukcją szumu ?

Odповідź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że zapytanie dotyczy VII. 11 i w tym zakresie Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie tj. aparat posiada następujące funkcjonalności, które mogą być traktowane za równoważne: wyostrzenie krawędzi, redukcja szumu, wykrywanie ruchu z aktywną redukcją szumu. Informuję, że wyostrzenie obrazu to właśnie funkcja filtru krawędziowego, zaś redukcja szumu i wykrywanie ruchu z aktywną redukcją szumu to funkcja filtru rekursywnego. W przypadku zaoferowania dopuszczonego rozwiązania należy stosowną zmianę umieścić w Załączniku nr 3 do SIWZ!

Zapytanie nr 5

Dot. pkt. II. 1 Załącznika nr 3 do SIWZ Przedmiot zamówienia: Śródoperacyjny aparat rentgenowski z ramieniem C

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie dodatkowej punktacji w tym punkcie mając na uwadze ergonomię pracy i komfort operatora przy skomplikowanych zabiegach ?

1.	Prześwit – wolna przestrzeń - między obudową lampy a obudową detektora > 80cm *) 85 cm PODAĆ	≥ 85 cm – 4 pkt <85 cm – 0pkt
----	--	----------------------------------

Odповідź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ i je podtrzymuje.

Zapytanie nr 6

Dot. pkt. II. 5 Załącznika nr 3 do SIWZ Przedmiot zamówienia: Śródoperacyjny aparat rentgenowski z ramieniem C

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie dodatkowej punktacji w tym punkcie mając na uwadze ergonomię pracy i komfort operatora przy skomplikowanych zabiegach ?

5.	Zmotoryzowany ruch pionowy ramienia C w zakresie ≥ 40 cm *) PODAĆ	≥ 45 cm – 4 pkt <45 cm – 0pkt
----	--	----------------------------------

Odповідź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ i je podtrzymuje.

Zapytanie nr 7

Dot. pkt. IV. 5,6 Załącznika nr 3 do SIWZ Przedmiot zamówienia: Śródoperacyjny aparat rentgenowski z ramieniem C

Czy Zamawiający dostosuje punktację proporcjonalnie jak w innych punktach. Pragniemy zwrócić uwagę, że zamieszczona w tych parametrach punktacja jest skrajnie niesprawiedliwa i nieproporcjonalna do innych punktów. Opisana punktacja faworyzuje jedynie rozwiązanie firmy TIMKO sp. z o.o. oferująca produkty firmy ZIEHM prosimy o modyfikację zgodnie z poniższym :

5.	Pojemność cieplna kołpaka zabezpieczająca przed przegrzaniem podczas zabiegów kardiologicznych zapewniająca bezpieczną długą pracę podczas zabiegu min. 5000kHU *) 5000÷ 8000kHU Powyżej 9000 kHU	2 pkt 4 pkt PODAĆ
6.	Wartość ciągłego rozproszenia ciepła kołpaka min. 300W *) 300-900 Powyżej 1100W	2 pkt 4 pkt PODAĆ

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ i je podtrzymuje. Pojemność cieplna układu kołpak lampy- anoda oraz szybkość rozproszenia ciepła determinuje czas długotrwałej skopii przy „trudnym pacjencie” co ma miejsce m.in. w zabiegach chirurgii naczyniowej. Im wyższe są te parametry, tym mniejsza groźba samoistnego wyłączenia aparatu wskutek przegrzania się lampy RTG. Jest to z punktu widzenia Zamawiającego, najważniejszy parametr techniczny ramienia C, gdyż przekłada się na bezpieczeństwo pacjenta. Kilkudziesięcioletnie doświadczenie Zamawiającego związane z eksploatacją wielu aparatów RTG dostarczonych przez Pytającego pokazuje zawodność zastosowanych lamp rentgenowskich, co wiązało się z koniecznością ich kosztownej wymiany, częstszą niż w rozwiązaniach konkurencji. Zamawiający nie akceptuje proponowanego zrównywania pojemności cieplnych kołpaka 5000KHU i 9000KHU oraz wartości rozproszenia ciepła kołpaka 300W i 1100W oraz traktowania jako równoważnych, ocenianych taką samą ilością punktów technicznych.

Zapytanie nr 8

Dot. pkt. IX. 3 Załącznika nr 3 do SIWZ Przedmiot zamówienia: Śródoperacyjny aparat rentgenowski z ramieniem C

Czy Zamawiający dopuści aparat bez dynamicznego filtra adaptacyjnego? Ponadto prosimy o wyjaśnienie co zamawiający rozumie przez ten zapis?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że dynamiczny filtr adaptacyjny to funkcja elektronicznego doboru filtrów odpowiadających za artefakty ruchowe oraz filtrów dostosowujących parametry promieniowania do anatomii pacjenta podczas zabiegu. Takiej funkcjonalności Zamawiający wymaga.

Zapytanie nr 9
Dot. załącznika nr 5 do SIWZ (wzoru umowy) §3 ust. 6

Czy Zamawiający zaakceptuje termin zakończenia naprawy wynoszący 3 dni robocze, jeżeli do naprawy nie jest wymagany zakup części zamiennych za granicą i 5 dni roboczych, jeżeli do naprawy konieczny jest zakup części zamiennych za granicą? Dni robocze to dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ i je podtrzymuje.

Zapytanie nr 10
Dot. załącznika nr 5 do SIWZ (wzoru umowy) §3 ust. 6

Prosimy o rezygnację z wymagania wymiany reklamowanego towaru, która uzasadniona jest faktem, że urządzenia takie jak objęte przedmiotowym postępowaniem składają się z setek i tysięcy części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ i je podtrzymuje.

Zapytanie nr 11
Dot. załącznika nr 5 do SIWZ (wzoru umowy) §3 ust. 6

Z uwagi na złożoność, czas instalacji i uruchomienia oraz koszt systemów RTG jak również względy formalne (pozwolenia wydawane m. in. przez Sanepid na użytkowanie aparatów o wskazanym numerze seryjnym) prosimy o zwolnienie Wykonawcy z obowiązku dostarczenia urządzeń zastępczych.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający modyfikuje zapis w Załączniku nr 5 do SIWZ w paragrafie 3 poprzez wykreślenie z ustępu 6 tiretu drugiego o treści:

”
~~— w przypadku wydłużenia czasu naprawy powyżej 3 dni roboczych od dnia przesłania zgłoszenia wady Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż sprzęt reklamowany na okres do czasu naprawienia awarii, z zastrzeżeniem post. §5 ust. 1 pkt.2.”~~

Zapytanie nr 12
Dot. załącznika nr 5 do SIWZ (wzoru umowy) §3 ust. 9

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna wymienioną część lub istotną naprawę skutkującą rozpoczęciem biegu gwarancji na nowo, taką część lub naprawę, której koszt przekracza 40% ceny brutto urządzenia. W pozostałych przypadkach Wykonawca udzieli gwarancji na wymienione podczas naprawy przedmiotu umowy podzespoły zgodnie z

gwarancją udzieloną przez producenta albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności który termin upłynie później.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający podtrzymuje zapisy określone w SIWZ.

Zapytanie nr 13

Dot. załącznika nr 5 do SIWZ (wzoru umowy) §3 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia na poniższe:

„Strony ustalają, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego – kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Zamawiający zobowiązuje się jednak, że skorzysta z uprawnień przysługujących mu w ramach rękojmi tylko wówczas, kiedy wada / awaria nie została usunięta przez Wykonawcę w ramach i na warunkach udzielonej gwarancji.”?

Prosimy o zmianę celem klaryfikacji i uniknięcia sporów co do długości i czasu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi – powyższe pozwoli w przyszłości uniknąć sporów w tym zakresie.

Pierwotne brzmienie zakłada zawieszenie, ale jednocześnie powoduje, że zaspokojenie roszczeń z gwarancji nie skutkuje wygaszeniem roszczeń z rękojmi, tylko roszczenia te zostają zawieszane bez wskazania kiedy to zawieszenie się kończy.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający modyfikuje w Załączniku nr 5 do SIWZ w paragrafie 3 treść ustępu 3, który otrzymuje brzmienie:

„Strony ustalają, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Zamawiający zobowiązuje się jednak, że skorzysta z uprawnień przysługujących mu w ramach rękojmi tylko wówczas, kiedy wada / awaria nie została usunięta przez Wykonawcę w ramach i na warunkach udzielonej gwarancji.”

Zapytanie nr 14

Dot. załącznika nr 5 do SIWZ (wzoru umowy) §5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kar umownych z 1% na 0,1% - tj. do wielkości powszechnie przyjmowanej w sektorze zamówień publicznych. Uprzejmie zwracamy uwagę, że zgodnie z orzecznictwem zarówno sądów cywilnych (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11.10.2016, sygn. akt I ACa 1673/15, wyrok Sądu Najwyższego z 25.11.2016 sygn. Akt V CSK 123/16), jak również Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok KIO z 15.02.2018 r), kara umowna, pełniąc funkcje odszkodowawczo – kompensacyjne, nie może być rażąco wygórowana. Zbyt represyjne reguły odpowiedzialności w karach umownych mogą zniechęcać do składania ofert i być przyczyną niewielkiego zainteresowania wykonawców zamówieniem. To z kolei wpłynie na konkurencyjność postępowań, a niekiedy nawet zmusi do ich unieważnienia.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Zapytanie nr 15

Dot. załącznika nr 5 do SIWZ (wzoru umowy) §5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ust. 5 w brzmieniu:

„Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom”?

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający podtrzymuje zapisy określone w SIWZ.

Zapytanie nr 16

Dot. załącznika nr 5 do SIWZ (wzoru umowy) §6 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego zapisu:

„Dodatkowo Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w części lub w całości na wniosek Wykonawcy uzasadniony przyczynami wynikającymi lub związanymi z epidemią Covid-19.”?

Pomimo podejmowania przez pytającego i spółki z jego grupy kapitałowej wzmoczonych starań w celu dotrzymania zadeklarowanych terminów dostaw i wykonania usług, z powodu epidemii wirusa Covid-19 i związanych z nią działań służb sanitarnych wielu państw, mogą wystąpić opóźnienia w dostawach i wykonaniu usług dotyczące pytającego, jego dostawców i podwykonawców. Dostawa/wykonanie usługi w konkretnym terminie uzależnione są od braku zakłóceń w łańcuchu dostaw, procesach produkcyjnych i logistycznych. Analogiczna sytuacja dotyczy innych wykonawców starających się o zamówienie.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający podtrzymuje zapisy określone w SIWZ, tj. **Termin wykonania zamówienia:**

- dostawa zakupionego aparatu potwierdzona fakturą – do dnia **10.12.2020 r.**
- instalacja, uruchomienie aparatu u Zamawiającego – do 7 dni od daty dostawy.

Termin wykonania zamówienia z uwagi na dostawę aparatu RTG z ramieniem C w ramach *"Doposażenie w aparaty RTG z ramieniem C celem umożliwienia udzielania świadczeń z zakresu chirurgii naczyniowej i leczenia chorych z zaburzeniami rytmu serca" w ramach programu polityki zdrowotnej pn. "Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020" **nie może ulec zmianie!***

Zapytanie nr 17

Dot. złożenia oferty

W związku z trwającą pandemią oraz zaleceniem władz państwowych do zachowywania dystansu społecznego oraz pozostania w domach zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie złożenia oferty w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym przy użyciu np. miniportalu, który zapewnia brak możliwości zapoznania się ze złożonymi ofertami przed terminem ich otwarcia.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na komunikację elektroniczną. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ, znajdując się one pod odpowiedziami na zapytania.

Zapytanie nr 18

Dot. Załącznika nr 3 do SIWZ

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o opublikowanie załącznika nr 3 do SIWZ (zestawienia parametrów technicznych) w formacie edytowalnym.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wyraża zgodę. **W załączeniu Załącznik nr 3 do SIWZ w formacie edytowalnym.**

Zapytanie nr 19

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, punktu II/12

Prosimy o doprecyzowanie, w SIWZ Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu z monitorami dotykowymi do sterowania aparatem umieszczonymi na stacji monitorowej i na RTG z C natomiast w punkcie 12 Zamawiający wymaga wskazań również na monitorze mocowanym do krawędzi stołu. Prosimy o potwierdzenie, iż jest to tylko omyłka pisarska i Zamawiający wymaga sterowania z monitorze dotykowych na RTG z C i na stacji monitorowej.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający koryguje pomyłkę pisarską i wymaga wyświetlania wartości aktualnego kąta ruchu orbitalnego i rotacji jedynie przy ramieniu C jako funkcjonalności, za którą otrzymać można punkty techniczne. Zamawiający modyfikuje w Załączniku nr 3 do SIWZ zapis w punkcie II.12, który otrzymuje brzmienie:
„Wyświetlenie na panelu przy ramieniu C aktualnego kąta ruchu orbitalnego i rotacji”.

Zapytanie nr 20

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, punktu III/3

Prosimy o potwierdzenie, iż wartość wymagana dotyczy wszystkich oferowanych trybów pracy urządzenia dla pracy generatora.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający podtrzymuje zapisy określone w SIWZ.

Zapytanie nr 21

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, punktu V/5

Prosimy o wyjaśnienie zapisu, są realizowane dwa modele obrotu obrazu i kolimacji w taki sposób aby promieniowanie nie wychodziło poza obszar detektora, w oferowanym przez nas aparacie obraz wyświetlany jest jako kwadratowy zgodny z formatem detektora w projekcjach 90/180/270/0 stopni jako obraz kwadratowy a po obrocie o inny kąt kolimowany jest do koła. W innych rozwiązaniach obraz przycinany jest nie do koła a do 8 kąta. W związku z powyższym rozumiemy, iż wymóg oceniany jest do spełnienia tylko w przypadku kolimacji a w pozostałych projekcjach obraz ma być wyświetlany jak z całego detektora przy pełnych kątach prostopadłych ww.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający podtrzymuje zapisy określone w SIWZ.

Zapytanie nr 22

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, punktu VI/19

Prosimy o dopuszczenie aparatu z monitorami stałymi nieskładanymi w których podstawa jest tak zaprojektowana aby nie było możliwości uszkodzenia monitorów podczas transportu stacji monitorowej.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza aparat z monitorami nieskładanymi, w których podstawa jest tak zaprojektowana, aby nie było możliwości uszkodzenia monitorów podczas transportu stacji monitorowej. W przypadku zaofiarowania dopuszczonego asortymentu należy stosowną zmianę umieścić w Załączniku nr 3 do SIWZ!

Zapytanie nr 23

Dotyczy treści umowy w § 2 pkt 5

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu przekazania kluczy sprzętowych, oprogramowania serwisowego oraz kodów zabezpieczających oprogramowanie.

Wyjaśniamy, że kody serwisowe są wydawane imiennie autoryzowanym serwisantom, którzy muszą odbyć cykl szkoleń serwisowych u producenta i są wydawane na określony czas.

Zamawiający musi działać zgodnie z obowiązującymi przepisami art.90 ust.4 i 5 Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010r., która reguluje jakie podmioty mogą wykonywać czynności serwisowe.

Producent sprzętu medycznego gwarantuje, że jeżeli sprzęt jest użytkowany, serwisowany zgodnie z jego wytycznymi to zapewnia, że wszelkie wydane certyfikaty są utrzymywane w mocy.

Rejestrując wyrób jako wyrób medyczny potwierdza się jednocześnie, że dane urządzenie posiada odpowiednie certyfikaty oraz przedkłada się instrukcje obsługi, która m.in. zawiera informacje na temat zasad eksploatacji urządzenia. Naruszenie wytycznych producenta może skutkować utratą wszelkich certyfikatów dla danego urządzenia.

Jednocześnie informujemy, że w momencie przekazania kodów serwisowych Zamawiającemu byłoby rażącym naruszeniem wytycznych producenta i tym samym Zamawiający byłby zobowiązany do przejęcia na siebie wszelkiej odpowiedzialności prawnej za skutki użytkowania aparatu. W momencie, kiedy osoba trzecia zostanie poszkodowana podczas pracy aparatu to szpital poniesie wszystkie konsekwencje tego zdarzenia (ewentualne odszkodowanie

itp.), a nie producent sprzętu. Powyższe wynika z tego, że z chwilą przeniesienia na kupującego kodów serwisowych producent nie ma faktycznych ani prawnych możliwości zagwarantowania sprawności pracy aparatu. Wszelkie czynności związane zatem z serwisem i naprawą sprzętu zobowiązany jest dokonywać na własne ryzyko kupujący. Ponosi on tym samym wszelką odpowiedzialnością opartą nie tylko na zasadzie winy, lecz także na zasadzie ryzyka za szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem takiego urządzenia. Dlatego też tak istotnym elementem użytkowania sprzętu medycznego, bezpośrednio związanego z zagrożeniem dla życia i zdrowia pacjenta, jest właściwe jego serwisowanie i przestrzeganie wytycznych producenta.

Dodatkowo informujemy, że zgodnie z Instrukcją obsługi „aparat może być obsługiwany jedynie przez wykwalifikowany personel. Otwieranie aparatu i dostęp do wewnętrznych elementów jest dozwolone jedynie dla autoryzowanego serwisu. Autoryzowanie do wykonywania napraw dokonać może jedynie producent aparatu”

W związku z powyższym wnosimy o rezygnację przez Zamawiającego z powyższego wymogu.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie i odstępuje od wymogu przekazania kluczy sprzętowych, oprogramowania serwisowego oraz kodów zabezpieczających oprogramowanie. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 5 do SIWZ w § 2 poprzez wykreślenie ust. 5 o treści:

~~„Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia bez odrębnej zapłaty:~~

~~• oprogramowania serwisowego;~~

~~• kodów dostępu niezbędnych do wykonywania diagnostyki serwisowej aparatu.”~~

W związku z wykreśleniem powyższego punktu zmienia się punktacja na następującą:

„5. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy bez odrębnej zapłaty:

a) instrukcję obsługi aparatu w języku polskim w wersji papierowej wraz z instrukcją aplikacyjną min. 1 egzemplarz i w wersji elektronicznej,

b) dokumentację techniczną w wersji papierowej min. 1 egzemplarz i w wersji elektronicznej zawierającą: oparte na szczegółowych schematach blokowych omówienie budowy i zasad funkcjonowania aparatu, instrukcję wykonywania diagnostyki systemu, instrukcję wykonywania napraw i konserwacji aparatów, kompletny katalog części zamiennych do aparatu.

6. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń w terminie uzgodnionym pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na etapie realizacji umowy.

7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia testów akceptacyjnych niezbędnych do prawidłowej eksploatacji aparatu potwierdzających sprawność aparatu i właściwą jakość obrazowania.

8. Odbiór sprzętu będzie realizowany następująco: Odbiór ilościowy i techniczny polegać będzie na ocenie ilości i zgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z treścią umowy i jej załącznikami. Z odbioru zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Zamawiającego. Odbiór uważa się za dokonany w przypadku podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przez Zamawiającego bez uwag.

9. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zapewnia transport, rozładunek i wniesienie przedmiotu umowy w miejsce i do pomieszczenia wskazanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej liczby osób, wielkości środka transportu niezbędnych do prawidłowej realizacji dostawy sprzętu, a także przestrzegania przepisów bhp.”

W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał od potencjalnych podmiotów świadczących pogwarancyjne usługi serwisowe podpisania z Wykonawcą stosownej umowy licencji, która

przeniesie wszelkie ryzyka i odpowiedzialności wynikające ze stosowania oprogramowania serwisowego na podmiot świadczący usługi serwisowe.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na pytanie 23.

Zapytanie nr 24

Dotyczy treści umowy w § 2 pkt 6 lit. b)

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od w/w wymogu. Wyjaśniamy, iż dokumentację opisaną w powyższym punkcie otrzymują autoryzowani serwisanci, którzy muszą odbyć cykl szkoleń serwisowych u producenta. Możemy dostarczyć instrukcję techniczną opisującą kody błędów pozwalającą na identyfikację przyczyny nieprawidłowości.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 5 do SIWZ w § 2 poprzez zmianę zapisu w ustępie 5 (po zmianie) w pkt b), który otrzymuje brzmienie:

„b)instrukcję techniczną opisującą kody błędów pozwalającą na identyfikację przyczyny nieprawidłowości ”

Zapytanie nr 25

Dotyczy treści umowy w § 3 pkt 5 ppkt 2)

Dotyczy treści umowy w § 3 pkt 6

Proponujemy termin naprawy do 5 dni roboczych (bez wymiany części) i 10 dni roboczych (w przypadku wymiany sprowadzanych części zamiennych z zagranicy), liczony od zdiagnozowania usterki.

Wyjaśniamy, że czas naprawy zależy jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu co w przypadku poczty kurierskiej trwa 2-3 dni robocze.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 5 do SIWZ w § 3 poprzez zmianę zapisu w ustępie 6, który otrzymuje brzmienie:

„6. Po odebraniu towaru podlegającego reklamacji lub podjęciu naprawy w siedzibie Zamawiającego Wykonawca:

-usunie wadę i dostarczy sprawny towar wolny od wad na własny koszt do miejsca, w którym wadę ujawniono niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych (bez wymiany części) i 10 dni roboczych (w przypadku wymiany sprowadzanych części zamiennych z zagranicy) od zgłoszenia usterki lub w przypadku braku możliwości naprawy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania reklamowanego towaru wymieni go na wolny od wad na własny koszt (całkowite koszty transportu obciążają Wykonawcę) nawet gdyby ceny uległy zmianie. Nowy sprzęt winien pochodzić z bieżącej produkcji.

-Wykonawca poda numer telefonu kontaktowego w sprawach serwisu w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy Zgłoszenie telefoniczne Zamawiający każdorazowo potwierdzi wysyłając faks na numer"

Zapytanie nr 26

Dotyczy treści umowy w § 3 pkt 6

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego. Wyjaśniamy, że przedmiotem zamówienia jest wysoce specjalistyczny aparat RTG z ramieniem C i w tym przypadku nie ma możliwości dostarczenia aparatu zastępczego, w tak krótkim czasie, gdyż wymaga to przede wszystkim uzyskania pozwolenia Sanepidu na eksploatację zastępczego aparatu.

Uruchomienie zastępczego aparatu RTG z ramieniem jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploatację zastępczego aparatu, co wiąże się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system.

W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego, jako niezasadnego w przypadku wysoce specjalistycznego aparatu RTG z ramieniem C.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na zapytanie nr 11.

Zapytanie nr 27

Dotyczy treści umowy w § 5 pkt 1 ppkt 1) i 2)

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar w w/w punktach 0,3% wartości brutto przedmiotu umowy. Zwracamy uwagę, że kara powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający modyfikuje w Załączniku nr 5 do SIWZ w § 5 ust. 1 zapis w pkt 1) i 2), który otrzymuje brzmienie:

„1) za opóźnienie w realizacji dostawy w wysokości 0,3 % wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 30% wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1,

2) za opóźnienie w realizacji zgłoszenia reklamacyjnego ponad termin, o którym mowa w § 3 ust. 6 tiret 1, w wysokości 0,3 % wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 30% wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1,”

Zapytanie nr 28

Dotyczy treści umowy w § 5 pkt 1 ppkt 3)

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy do wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej umowy.

Wyjaśniamy, iż w umowach na dostawy sprzętu medycznego, w przypadkach j. w. powszechnie przyjmowane są kary do 10 %.

Zwracamy uwagę, że kary mają dyscyplinować Wykonawcę do należytego wykonania umowy, a nie być formą osiągnięcia dodatkowego dochodu dla Zamawiającego.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Zapytanie nr 29

Dotyczy treści umowy w § 5 pkt 1 ppkt 3)

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie Stron, a tym samym zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie kary, dla Zamawiającego, w wysokości, jak dla

Wykonawcy, za odstąpienie od umowy przez Strony, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Nie zaproponowano żadnego zapisu. Równowaga stron nie jest naruszona. Interesy wykonawcy są zabezpieczone na taką okoliczność poprzez możliwość naliczenia odsetek za opóźnienie. Przyczyny umożliwiające odstąpienie od umowy przewiduje PZP i w ocenie Szpitala nie występują tam takie przypadki, które uzasadniałyby konieczność zabezpieczenia interesów Wykonawcy karą umowną.

Zapytanie nr 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy sprzętu do 22.12.2020 r.?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy sprzętu.

Zapytanie nr 31

Czy Zamawiający uzna za wystarczające materiały autoryzowanego dystrybutora dotyczące oferowanego sprzętu, potwierdzające parametry określone przez Zamawiającego?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe informuję, że Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ dostarczenia: prospektu lub instrukcji z danymi technicznymi oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza wydruki etykiet z Internetu, opis itp. **Istotą przedmiotowego dokumentu jest poglądowe zobrazowania oferowanego przedmiotu zamówienia.**

Zapytanie nr 32

§2 pkt.4-5 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu przekazania kodów serwisowych. Kody serwisowe są wydawane imiennie autoryzowanym serwisantom, którzy muszą odbyć cykl szkoleń serwisowych u producenta i są wydawane na określony czas. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art.90 ust.4 i 5 Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010r.) czynności serwisowe mogą wykonywać wyłącznie podmioty do tego uprawnione. Ponadto zgodnie z wymogami producenta do wykonywania czynności serwisowych upoważniony jest autoryzowany serwis producenta, serwisanci posiadający odpowiednie uprawnienia, doświadczenie i wyposażenie. Niewłaściwe zmiany w ustawieniach aparatu mogą skutkować jego uszkodzeniem lub spowodować uszczerbek na zdrowiu zarówno pacjenta, jak i personelu.

Jednocześnie informujemy, iż przekazanie kodów serwisowych Zamawiającemu jest naruszeniem wytycznych producenta, a tym samym Zamawiający będzie zobowiązany do przejścia na siebie wszelkich skutków niewłaściwego użytkowania oraz serwisowania aparatu. Niewłaściwe zmiany w ustawieniach aparatu mogą skutkować jego uszkodzeniem lub spowodować uszczerbek na zdrowiu zarówno pacjenta, jak i personelu.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na zapytanie 23.

Zapytanie nr 33

§2 pkt.4 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przeprowadzenia szkolenia pracowników Działu Logistyki potwierdzonego certyfikatem w zakresie o którym mowa w §2 pkt. 4? Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszelkie naprawy, przeglądy oraz kalibracje sprzętu powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis producenta. Niewłaściwe zmiany w ustawieniach aparatu mogą skutkować jego uszkodzeniem lub spowodować uszczerbek na zdrowiu zarówno pacjenta, jak i personelu. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie pracowników Działu Logistyki w zakresie obsługi urządzeń oraz podstawowej obsługi technicznej i technicznego przeglądu bezpieczeństwa – zgodnie z zakresem zawartym z Instrukcji Obsługi.

Odpowiedź

Zamawiający pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ.

Zapytanie nr 34

§3 pkt.6 Czy Zamawiający przychyli się do prośby i uwzględni w czasie przewidzianym na usunięcie awarii: naprawy bez wymiany części zamiennych (14 dni roboczych) oraz naprawy z wymianą części zamiennych, które są sprowadzane od producenta z zagranicy (21 dni roboczych)?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Zapytanie nr 35

Czy Zamawiający wymaga integracji aparatu z siecią szpitalną? Jeśli tak jaki jest dostawca licencji/integracji?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wymaga integracji aparatu z siecią szpitalną.

Zapytanie nr 36

Załącznik nr 3 do SIWZ

II. Ramię C

Pkt 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, którego prześwit ramienia C wynosi 79 cm?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ.

Zapytanie nr 37

Pkt 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowej punktacji dla parametru „Głębokość ramienia”, według następującego wzoru: parametr wymagany - 0 pkt., największa wartość - 10 pkt.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ.

Zapytanie nr 38

Pkt 3 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, którego obrót wokół osi podłużnej wynosi 145°?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ.

Zapytanie nr 39

Pkt 4 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, którego zakres rotacji ramienia C wokół osi poprzecznej wynosi 360°?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ.

Zapytanie nr 40

Pkt 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowej punktacji dla parametru „Zmotoryzowany ruch pionowy”, według następującego wzoru: parametr wymagany - 0 pkt., największa wartość - 10 pkt.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ.

Zapytanie nr 41

Pkt 6 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który nie posiada możliwości obrotu ramienia C wokół osi pionowej? W aparatach posiadających ruchy zmotoryzowane opcja ta nie jest wykorzystywana.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ.

Zapytanie nr 42

Pkt 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, którego odległość SID wynosi 100 cm? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowej punktacji dla parametru „Odległość SID”, według następującego wzoru: parametr wymagany - 0 pkt., najmniejsza wartość - 10 pkt.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ.

Zapytanie nr 43

Pkt 10 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, którego maksymalna długość wynosi 200 cm?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, którego maksymalna długość wynosi 200 cm. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 3 do SIWZ w punkcie II Ramię C pkt. 10, który otrzymuje brzmienie:

	Maksymalna długość ramienia C w pozycji do transportu to 200cm *)	
 PODAĆ	
10	Maksymalna długość ramienia C w pozycji do transportu od 190 cm do 200cm	0 pkt.
	Maksymalna długość ramienia C w pozycji do transportu < 190cm	2 pkt.
	 PODAĆ

Zapytanie nr 44

Pkt 12 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, które posiada możliwość wyświetlania aktualnego kąta ruchu orbitalnego i rotacji na panelu przy ramieniu C bez możliwości wyświetlenia na panelu przy stole?

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na zapytanie nr 19.

III. Generator

Zapytanie nr 45

Pkt 1 Czy Zamawiający będzie wymagał aby dostarczony aparat RTG był wyposażony w generator typu splitblock? Dzięki takiemu rozwiązaniu aparat posiada niskoprofilową lampę co zmniejsza ryzyko kolizji ze stołem operacyjnym oraz ułatwia manewrowanie ramieniem podczas zabiegu. Dodatkowo to unikalne rozwiązanie pozwala ustawić wzmacniacz obrazu bliżej pacjenta co ma bezpośrednie przełożenie na lepszą jakość obrazu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowej punktacji dla parametru „Lampa z wirującą anodą typu monoblock”, według następującego wzoru: lampa typu monoblock- 0 pkt., lampa typu splitblock - 10 pkt.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ i je podtrzymuje.

Zapytanie nr 46

Pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada generator o mocy 15 kW(ekwiwalent 30 kW)? Dzięki nowemu oprogramowaniu aparat ma możliwość lepszego odszumienia obrazu(usunięciu ziarnistości oraz niechcianych artefaktów) co pozwala na uzyskanie zdjęcia w jakości porównywalnej dla generatora o mocy 30 kW. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowej punktacji dla parametru

„Moc generatora RTG ”, według następującego wzoru: największa wartość- 0 pkt., najmniejsza wartość - 10 pkt.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ i je podtrzymuje.

Zapytanie nr 47

Pkt 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowej punktacji dla parametru „Maksymalna częstotliwość generatora”, według następującego wzoru: parametr wymagany - 0 pkt., największa wartość - 10 pkt.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ i je podtrzymuje.

Zapytanie nr 48

Pkt 6 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada zakres prądu fluoroskopii w zakresie 0,2 – 40 mA?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ.

Zapytanie nr 49

Pkt 7 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, które posiada zakres prądu dla radiografii cyfrowej od 10 do 75 mA?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ.

Zapytanie nr 50

Pkt 9 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, które nie posiada regulacji szerokości impulsów?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ.

IV. Lampa rentgenowska

Zapytanie nr 51

Pkt 4 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C w którym pojemność cieplna anody wynosi 300 kHU? Różnica między oferowanym parametrem, a wymaganym jest niewielka i nie wpływa na prace aparatu? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowej punktacji dla parametru „Pojemność cieplna anody”, według następującego wzoru: największa wartość- 0 pkt., najmniejsza wartość - 10 pkt.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ i je podtrzymuje.

Zapytanie nr 52

Pkt 5 Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C w którym pojemność cieplna kołpaka wynosi 1600 kWh ? Różnica między oferowanym parametrem, a wymaganym jest związana z rozwiązaniem splitblock (lampa oraz generator znajdują się w innych miejscach co zmniejsza ryzyko przegrzania się aparatu) dzięki któremu aparat nie potrzebuje większej pojemności cieplnej kołpaka. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę punktacji dla parametru „Pojemność cieplna kołpaka”, według następującego wzoru: największa wartość- 0 pkt., najmniejsza wartość - 10 pkt.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ i je podtrzymuje.

V. Kolimator

Zapytanie nr 53

Pkt 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C który nie posiada kolimatora prostokątnego?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ i je podtrzymuje.

Zapytanie nr 54

Pkt 5 Czy Zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie w którym obraz z detektora wyświetlany jest na monitorach w formie prostokąta o przyciętych rogach i przyzna za nie maksymalną ilość punktów? Obraz celowo jest tak zobrazowany aby przy obrocie zdjęcia nie zostały z niego usunięte żadne ważne elementy.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ i je podtrzymuje.

VI. Tor wizyjny

Zapytanie nr 55

Pkt 2 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, którego obraz z detektora wyświetlany jest na monitorach w formie prostokąta o przyciętych rogach? Obraz celowo jest tak zobrazowany aby przy obrocie zdjęcia nie zostały z niego usunięte żadne ważne elementy.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ i je podtrzymuje.

Zapytanie nr 56

Pkt 3 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada detektor w technologii CMOS? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowej punktacji dla parametru „Detektor w technologii aSi ze scyntylatorem Csi”, według następującego wzoru: Detektor w technologii aSi ze scyntylatorem Csi - 0 pkt., detektor typu CMOS - 10 pkt.

Odpowiedź

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu RTG z ramieniem C, który posiada detektor w technologii CMOS, ale nie wprowadza dodatkowej punktacji dla parametru „Detektor w technologii aSi ze scyntylatorem Csi”. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu należy stosowną zmianę umieścić w Załączniku nr 3 do SIWZ!

Zapytanie nr 57

Pkt 5 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C którego dynamika detektora wynosi 87 dB?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ.

Zapytanie nr 58

Pkt 6 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C którego kratka przeciwrozproszeniowa ma 60 linii/cm?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ.

Zapytanie nr 59

Pkt 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C w którym rozmiar pixela wynosi 198 µm?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, w którym rozmiar pixela wynosi 198 µm. Zamawiający modyfikuje w Załączniku nr 3 do SIWZ zapis w punkcie VI. 8, który otrzymuje brzmienie:

„Wielkość piksela max 198 mikrometra *)”

Zapytanie nr 60

Pkt 11 Pkt 13 Pkt 14 Pkt 15 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C który posiada 1 kolorowy monitor 4K UHD o przekątnej 32” o maksymalnej luminacji 600 cd/m², kontraście 800:1 do jednoczesnego wyświetlania obrazu Live (obraz na żywo) i referencyjnego? Dzięki takiemu rozwiązaniu obraz na żywo oraz referencyjny nie będzie rozdzielony plastikową obudową. Dodatkowo rozdzielczość monitora jest najwyższej jakości i wynosi 3840x 2160 Ultra HD. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowej punktacji dla parametru „Liczba monitorów”, według następującego wzoru: największa liczba- 0 pkt., najmniejsza liczba - 10 pkt.HD.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ i je podtrzymuje.

Zapytanie nr 61

Pkt 12 Czy Zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie w którym kształt pola obrazowania wyświetlany jest na monitorach w formie prostokąta o przyciętych rogach i przyzna za nie maksymalną ilość punktów? Obraz celowo jest tak zobrazowany aby przy obrocie zdjęcia nie zostały z niego usunięte żadne ważne elementy.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ i je podtrzymuje.

Zapytanie nr 62

Pkt 17 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C który wyświetla na monitorze jednocześnie 9 obrazów? Obrazy są dużej wielkości i za pomocą jednego palca można je przewijać dlatego użytkownik bardzo łatwo jest w stanie znaleźć zdjęcie, które go interesujące.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ i je podtrzymuje.

Zapytanie nr 63

Pkt 19 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C który nie posiada możliwości złożenia monitorów, ponieważ jest tylko jeden i ma posiada on specjalny uchwyt do jego zamocowania do transportu?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W przypadku zaoferowania dopuszczonego rozwiązania należy stosowną zmianę umieścić w Załączniku nr 3 do SIWZ!

VII. System cyfrowy

Zapytanie nr 64

Pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C którego szybkość zapisu obrazów jest mniejsza niż 25 obrazów na sekundę?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ.

Zapytanie nr 65

Pkt 5 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C którego pamięć na dysku twardym wynosi 40 000 zdjęć? W obecnych standardach wysokiej

klasy aparatów RTG zdjęcia zgrywane są bezpośrednio na serwer szpitala więc pojemność 40 000 zdjęć w takim wypadku będzie wystarczająca.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ.

Zapytanie nr 66

Pkt 6 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C którego pamięć na dysku twardym wynosi 40 000 zdjęć? W obecnych standardach wysokiej klasy aparatów RTG zdjęcia zgrywane są bezpośrednio na serwer szpitala więc pojemność 40 000 zdjęć w takim wypadku będzie wystarczająca.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ.

Zapytanie nr 67

Pkt 12 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C który posiada możliwość zapisywania obrazów w formatach Raw, JPEG oraz medycznym standardzie DICOM? Są to najczęściej używane formaty obsługiwane przez systemy Windows, linux oraz IOS.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W przypadku zaoferowania dopuszczonego rozwiązania należy stosowną zmianę umieścić w Załączniku nr 3 do SIWZ!

VIII. Funkcje naczyniowe i kardiologiczne

Zapytanie nr 68

Pkt 11 6 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C który nie posiada funkcjonalności wyznaczenia stopnia stenozy?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ i je podtrzymuje.

MODYFIKACJA SIWZ

Zgodnie z opinią UZP:

„Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji. Zwracamy jednak uwagę, że wybór sposobu komunikacji przez zamawiającego nie powinien ograniczać uprawnień wykonawców. Tym samym w przypadku braku możliwości złożenia przez wykonawców ofert, wniosków i innych dokumentów w postaci elektronicznej zamawiający powinien umożliwić ich złożenie również w sposób tradycyjny.”

w odpowiedzi na zapytanie jednego z Wykonawców Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza komunikację elektroniczną

W związku z udzielonymi odpowiedziami i z uwagi na modyfikację SIWZ Zamawiający przesuwając termin składania ofert przetargowych do dnia **13.11.2020 r. do godziny 12:30.**

Wskutek przedłużenia terminu składania ofert Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na dzień **13.11.2020 r. na godzinę 13:00.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę aparatu RTG z ramieniem C (znak sprawy: Z/70/PN/20)** w następujący sposób:

1) w Rozdziale VI:

- VI. *Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia* otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający przewiduje możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenianą spośród pozostałych ofert. (art. 24 aa ust. 1 i 2 Pzp).

Oferty oraz oświadczenie sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym – dotyczy komunikacji elektronicznej lub Ofertę, dokumenty, oświadczenia składa się w formie pisemnej – dotyczy komunikacji w sposób tradycyjny.”

VI. 1. *Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:* pkt 5) otrzymuje brzmienie:

5) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika – w formie oryginału lub kopii poświadczonych notarialnie – **dotyczy komunikacji w sposób tradycyjny**
lub

- oryginału w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przez właściwą osobę kwalifikowanym podpisem elektronicznym – **dotyczy komunikacji elektronicznej**

lub

- odpisu pełnomocnictwa sporządzonego przez notariusza w formie elektronicznej (elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, które notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym – art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Dz. U. z 2020 r., poz. 1192 ze zm.) – **dotyczy komunikacji elektronicznej**

▪ VI. 2 otrzymuje brzmienie:

VI. 2. Celem wykazania, że nie występują podstawy do wykluczenia Wykonawców z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, **każdy Wykonawca, który złożył ofertę przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej postępowania informacji z otwarcia ofert**, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty. Dokument musi być przedstawiony w formie oryginału – **dotyczy komunikacji w sposób tradycyjny lub** w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym – **dotyczy komunikacji elektronicznej**. W przypadku, gdy dokument nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego Wykonawca może przekazać dokument w formie elektronicznej kopii posiadanego dokumentu (tj. dokument zeskanowany oparzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę) – **dotyczy komunikacji elektronicznej**.

W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej może (o ile dotyczy) przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokument powinien złożyć każdy z Wykonawców.

▪ VI. 3 otrzymuje brzmienie:

VI. 3. Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny okaże się najkorzystniejsza **przedłoży w terminie wyznaczonym w wezwaniu, nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymanego wezwania od Zamawiającego** dokument potwierdzający brak podstaw do wykluczenia z postępowania (art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp) tj. aktualny na dzień jego złożenia odpis z właściwego **rejstru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty powinien złożyć każdy z Wykonawców.

Zamawiający nie wymaga dokumentu, o którym mowa od podwykonawców.

Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – **dotyczy komunikacji w sposób tradycyjny,**

lub

Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym **lub** elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (tj. dokument zeskanowany oparzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym) – **dotyczy komunikacji elektronicznej**.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. **Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się**

dokumentu, o którym mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku, wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

▪ VI. 4 otrzymuje brzmienie:

VI. 4. Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny okaże się najkorzystniejsza przedłoży w terminie wyznaczonym w wezwaniu, nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymanego wezwania od Zamawiającego dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt. 2 Pzp):

- aktualnych dokumentów stwierdzających dopuszczenie oferowanego przedmiotu zamówienia będącego wyrobem medycznym do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 186 ze zm.) tj. Deklaracja zgodności zaoferowanego wyrobu medycznego oraz Certyfikat (w zależności od klasy produktu),
- prospekt lub instrukcja z danymi technicznymi oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza wydruki etykiet z Internetu, opis itp. Istotą przedmiotowego dokumentu jest poglądowe zobrazowania oferowanego przedmiotu zamówienia.

Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – **dotyczy komunikacji w sposób tradycyjny.**

lub

Dokument musi być przedstawiony w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (tj. dokument zeskanowany oparzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym) – **dotyczy komunikacji elektronicznej.**

2) w Rozdziale VII:

▪ Rozdział VII *Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami* otrzymuje brzmienie:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia dopuszcza się komunikację między Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (nie dotyczy składania ofert) elektronicznie za pośrednictwem **platformazakupowa.pl** i formularza **Wyślij wiadomość** dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania – w przypadku komunikacji elektronicznej **lub** w formie pisemnej lub faksowej lub elektronicznej – w przypadku komunikacji w sposób tradycyjny.
2. W przypadku komunikacji elektronicznej - Wykonawca przekazuje korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania, tj. m.in. wyjaśnienia, wnioski, zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą w formie oryginału w **postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym** lub zeskanowanego pisma z podpisem osoby upoważnionej (nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający w treści SIWZ dla danego dokumentu określił inną formę). Zamawiający dopuści przesłanie zapytań przez **platformazakupowa.pl – w przypadku komunikacji elektronicznej lub** w dowolnej formie umożliwiającej zapoznanie się z ich treścią.

3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki - **dotyczy komunikacji elektronicznej.**
 4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – **dotyczy komunikacji elektronicznej.**
 5. Do kontaktów z Wykonawcami upoważnieni są:

Pani Alina Pieniak – specjalista w Dziale Zamówień Publicznych, tel. (56) 6413465

Porozumiewanie się z osobą wymienioną w ust. 6 może mieć miejsce wyłącznie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-14.00.

Zastrzega się, że nie zostaną udzielone ustnie i telefonicznie istotne wyjaśnienia merytoryczne w zakresie przedmiotu zamówienia objętego SIWZ mające wpływ na treść przygotowywanych ofert i cenę, dla zapytań i odpowiedzi w tym zakresie obowiązuje jedynie kontakt za pośrednictwem platformy lub forma pisemna lub faksowa lub elektroniczna.
 6. Wymagania techniczne związane z komunikacją elektroniczną:
 - 1) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w **Regulaminie platformazakupowa.pl.**
 - 2) Występuje limit objętości plików w zakresie całej oferty do **1 GB** przy maksymalnej ilości **20 plików.**
 - 3) Przy dużych plikach kluczowe jest łącze Internetowe i dostępny **upload plików** oraz zaplanowanie złożenia oferty z większym wyprzedzeniem, aby zdążyć w terminie złożenia oferty.
 - 4) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Zamawiającego wraz z wgraniem paczki podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku **“Złóż ofertę”** i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.
 - 5) Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora **platformazakupowa.pl** oraz Profilu Nabywcy Zamawiającego.
- 3) w Rozdziale X:
- Rozdział X *Opis sposobu przygotowywania oferty: otrzymuje brzmienie:*
 1. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
 3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną w danym zadaniu ofertę.
 5. Ofertę należy złożyć:
 - w przypadku komunikacji elektronicznej - za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na **platformazakupowa.pl** w konkretnym postępowaniu

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. **Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**

lub

- w przypadku komunikacji w sposób tradycyjny - w formie pisemnej - sporządzona w j. polskim, maszynowo, komputerowo lub nieścieralnym atramentem. Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane, zszyte, zbindowane lub w inny sposób trwale złączone w celu zapobieżenia ich dekompletacji. Wskazane jest aby pierwszą stroną oferty przetargowej stanowił spis treści zawierający wykaz dokumentów wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru strony oferty, na której dany dokument się znajduje oraz ilość wszystkich stron oferty. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

„Przetarg nieograniczony - dostawa aparatu RTG z ramieniem C”

oraz

Znak sprawy: Z/70/PN/20

„Nie otwierać przed 13.11.2020 r. godz. 13.00”.

Na kopercie umieścić należy w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu nazwę Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi).

Brak prawidłowego oznakowania może spowodować uznanie przez Zamawiającego otrzymania zwykłej korespondencji nie stanowiącej oferty w postępowaniu.

6. **W przypadku komunikacji w sposób tradycyjny: nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.**

Wykonawca w tym celu **może** wydzielić z oferty dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.) oraz złożyć wyjaśnienie z jakich okoliczności i faktów wynika konieczność ochrony informacji zastrzeżonych jako „tajemnica przedsiębiorstwa” i jaką wartość gospodarczą te informacje stanowią oraz czy są one w jakikolwiek sposób dostępne dla innych podmiotów.

Dokumenty te należy złożyć w ofercie, w nieprzezroczystej, zaklejonej kopercie z dopiskiem „POUFNE - tylko do wglądu komisji przetargowej”.

W przypadku komunikacji elektronicznej: wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym polu w kroku 1 składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

7. **Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.** Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa mogą oznaczać, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma wezwanie w trybie art. 90 Pzp w zakresie rażąco niskiej ceny, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowiąc będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, **Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa.** Przedmiotowe

zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

8. **W przypadku komunikacji w sposób tradycyjny: Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty** pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemną „ZMIANĘ OFERTY” **przed upływem terminu składania ofert**, złożoną według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie zamkniętej, odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA OFERTY” z danymi Wykonawcy, oznaczeniem postępowania, o którym mowa w ust. 5.

Koperta oznaczona klauzulą „ZMIANA OFERTY” zostanie otworzona przy otwieraniu oferty Wykonawcy podczas jawnej sesji otwarcia ofert i zostanie dołączona do oferty.

9. **W przypadku komunikacji w sposób tradycyjny: Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania** poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy z załączonym dokumentem, z którego wynika umocowanie do reprezentacji. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
10. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, winien poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W związku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcę w ofercie jako „cena brutto” nie może zawierać podatku VAT, który zamawiający będzie miał obowiązek rozliczyć.
11. Zamawiający w celu ułatwienia złożenia oferty zamieszcza pomocniczo na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski> (w danym postępowaniu) dokument: „Instrukcja składania ofert przez Wykonawcę” – **dotyczy komunikacji elektronicznej.**
12. Oferta lub wniosek powinny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się: .txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv. – **dotyczy komunikacji elektronicznej.**

4) w Rozdziale XI:

- Rozdział XI. *Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: otrzymuje brzmienie:*

1. **W przypadku komunikacji w sposób tradycyjny** - Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, Budynek T, I piętro, pok. nr 119, codziennie od godz. 8.00 do godz. 14.00 (oprócz dni wolnych od pracy) **lub w przypadku komunikacji elektronicznej** - Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną, poprzez odpowiednią stronę, dedykowaną dla niniejszego postępowania na platformazakupowa.pl lub profilu nabywcy *Nazwa Zamawiającego* - <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski> **nie później niż do 13.11.2020 r. godz. 12.30.**

2. W przypadku złożenia oferty po terminie, wskazanym w ust. 1, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy – dotyczy komunikacji w sposób tradycyjny.
3. Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter Dział Zamówień Publicznych **w dniu 09.11.2020 r. o godz. 13.00.** Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
4. **Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:**
 - a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - c) cen zawartych w ofertach.Informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.przetargi.bieganski.org w miejscu, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu oraz na platformie zakupowej.

Link do postępowania dostępny jest na Profilu Nabywcy zamawiającego:
<https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski> - dotyczy komunikacji elektronicznej.