



4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

4WSzKzP.SZP.2612.12.2020

Wrocław, 09-03-2020 r.

L.dz. 4WSzKzP.SZP.2612.12.2020.8/ 155

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawa specjalistycznych materiałów medycznych dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Oddziału Neurochirurgii wraz z najmem jednostki sterującej do trombektomii mechanicznej, urządzenia do przygotowywania materiału embolizacyjnego oraz najmem 3 komputerów z oprogramowaniem do oceny badań angiotomografii komputerowej tętnic”, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.12.2020

Zamawiający 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) dalej PZP, informuje, że wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 2 PZP:

Pytanie nr 1: dot. pakietu nr 10 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie: Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7/1,5F i świetle wewnętrznym 0,013” Mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 25 cm Pozostałe wymagania pozostają bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 1: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2: dot. pakietu nr 10 poz. 17

Prosimy o dopuszczenie: Średnice zewnętrzne 2,8/3,2F oraz 2,7/3,1F dist/prox Pozostałe wymagania pozostają bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 2: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3: dot. pakietu nr 4 poz. 16

Czy w Pakiecie Nr 4 poz. 16 Zamawiający dopuści Valvulotom z koszulką o średnicy 1,0mm i rozstawem ostrzy od 1.5 do 6 mm (pozostałe parametry bez zmian)?

Odpowiedź na pytanie nr 3: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany oraz udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SIWZ w przedmiotowym postępowaniu.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (należy wskazać datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

Z up. KOMENDANTA
4WSKzP SPZOZ Wrocław

(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)
st. spec. zam. pub.