



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel. 571 334 686
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy 25/ZP/2020
DZP/255/2020

Zgorzelec, dnia 21.07.2020r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Dostawę ultrasonografu wraz z instalacją, szkoleniem pracowników i finansowaniem dla Oddziału Ginekologiczno - Położniczego.

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 t.j. ze zm.) odpowiada na następujące pytania:

(ZAPYTANIE NR 1)

Pytanie 1.

Czy ze względu na długi okres finansowania (60 miesięcy) Zamawiający dopuści oprocentowanie oparte na zmiennej bazowej stopie np. WIBOR 3M + stała marża? Dzięki temu Wykonawcy będą mogli obniżyć koszt finansowania, a to wpłynie pozytywnie na wysokość przedstawionej oferty oraz na pozytywną decyzję instytucji finansującej o przyznaniu finansowania.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2.

Prosimy o wyszczególnienie kosztów finansowania jako osobnej pozycji wyceny w formularzu cenowym, ofertowym i umowie (§ 6 ust. 1). Koszty finansowania jako usługa finansowa są zwolnione od podatku VAT co skutecznie wpłynie na obniżenie wartości zamówienia. Powyższe pozwoli także na dokładniejsze porównanie ofert w poszczególnych pozycjach wyceny, a także pozwoli na zawarcie umowy zgodnej ze złożoną ofertą cenową.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokonuje modyfikacji Formularza cenowego (załącznik nr 2 do SIWZ) zgodnie z załącznikiem do odpowiedzi i modyfikuje wzór treści umowy (załącznik nr 9 do SIWZ) w 6 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 – Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączną cenę brutto.....PLN, słownie po uprzednim sporządzeniu przez strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy.

Na cenę składają się następujące koszty:

- 1) cena dostawy ultrasonografu wraz z instalacją, szkoleniem pracowników brutto: Słownie**
- 2) koszt finansowania dostawy ultrasonografu wraz z instalacją i szkoleniem pracowników brutto słownie**

Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru treści umowy w § 4 ust. 5, który otrzymuje brzmienie: „Podstawą do dokonania przez Zamawiającego zapłaty każdej z rat, będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę jedna faktura VAT. Zamawiający nie wyraża zgody na miesięczne naliczanie kosztów finansowych”.

Zamawiający w powyższym zakresie dokonuje aktualizacji wzoru treści umowy

Pytanie 3. Dotyczy pkt 15.2.3) SIWZ

Prosimy o doprecyzowanie kryterium oceny ofert określonego w punkcie 15.2.3) SIWZ. W tytule tego punktu określono, że kryterium jest termin dostawy, natomiast poniżej (w miejscu określenia przedziałów terminów i przyznawanych za nie punktów) podano, że jest to termin płatności.

Odp. Zamawiający dokonuje poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej w pkt 15.2.3) SIWZ poprzez wykreślenie słowa „płatności” i wpisanie słowa „dostawy”. Zamawiający dokonuje w powyższym zakresie aktualizacji SIWZ.

Pytanie 4. Dotyczy § 4 ust. 1 i 2 projektu umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu wskazanego w § 4 ust. 1 i 2 projektu umowy z 3 dni na 7 dni?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe w § 4 ust. 1 i 2 i dokonuje aktualizacji wzoru treści umowy w powyższym zakresie.

Pytanie 5. Dotyczy § 4 ust. 5 projektu umowy

Prosimy o doprecyzowanie zapisów § 4 ust. 5 projektu umowy poprzez określenie dodatkowego 7-dniowego terminu na prawidłowe wykonanie umowy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe w § 4 ust. 5 i dokonuje aktualizacji wzoru treści umowy w powyższym zakresie.

Pytanie 6. Dotyczy § 4 ust. 5 zd. drugie projektu umowy

Prosimy o wykreślenie w § 4 ust. 5 zd. 2 projektu umowy, tj. „*wyznaczenie dodatkowego terminu nie wstrzymuje naliczenia kar umownych, jeżeli Wykonawca przekroczy terminy, przewidziane Umową.*”.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe w § 4 ust. 5 zd. drugie i dokonuje aktualizacji wzoru treści umowy w powyższym zakresie.

Pytanie 7. Dotyczy § 4 ust. 12 projektu umowy

Prosimy o doprecyzowanie zapisów § 4 ust. 12 projektu umowy poprzez określenie, że „*W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę mienia Zamawiającego w toku realizacji przedmiotu umowy - Wykonawca niezwłocznie dokona naprawy uszkodzonego mienia na własny koszt.*”.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe w § 4 ust. 12 i dokonuje aktualizacji wzoru treści umowy w powyższym zakresie.

Pytanie 8. Dotyczy § 5 ust. 3, 4, 6 projektu umowy

Prosimy o wykreślenie zapisów § 5 ust. 3, 4, 6 projektu umowy dotyczących wyrażenia zgody przez Zamawiającego na zawarcie lub zmianę umowy z podwykonawcą. Zapisy takie, zgodnie z odpowiednimi przepisami PZP (art. 143a – 143d), dotyczą szczegółowych regulacji umów, których przedmiotem są roboty budowlane. Tymczasem przedmiotem niniejszego zamówienia jest **Dostawa ultrasonografu wraz z instalacją, szkoleniem pracowników i finansowaniem dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego.**

Należy też zwrócić uwagę, że zapis § 5 ust. 6 projektu umowy i określony w nim termin może być sprzeczny z oferowanym terminem realizacji zamówieni (najkrótszy przewidziany przez Zamawiającego termin realizacji dostawy wynosi 1 tydzień od podpisania umowy).

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie ust. 3, 4, 6 w § 5 wzoru treści umowy. Zamawiający dokonuje aktualizacji wzoru treści umowy w powyższym zakresie.

Pytanie 9. Dotyczy § 5 ust. 4 projektu umowy

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 5, prosimy o informację czy przedstawienie wzoru umowy z Podwykonawcą jest obligatoryjne?

Jeśli tak, prosimy o określenie, w którym momencie należy ją przedstawić? Prosimy też o uwzględnienie w powyższym terminu określonego w § 5 ust. 6 projektu umowy – tak aby w przypadku zaoferowania najkrótszego przewidzianego przez Zamawiającego terminu dostawy, termin określony § 5 ust. 6 projektu umowy nie powodował konieczności opóźnienia realizacji dostawy.

Odp. Zamawiający pozytywnie odpowiedział na pytanie 8, w związku z powyższym pozostawia to pytanie bez rozpatrzenia.

Pytanie 10. Dotyczy § 6 ust. 8 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowienia § 6 ust. 8 projektu umowy, w taki sposób aby datą zapłaty była data uznania rachunku Wykonawcy?

Za dokonanie zapłaty powinien być uznany moment, w którym wierzyciel uzyskuje możliwość dysponowania należną mu kwotą pieniężną. Z chwilą poklecenia przelewu, a nawet obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, Wykonawca nie dysponuje jeszcze tymi środkami, aż do czasu uznania rachunku Wykonawcy.

Odp. Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru treści umowy w § 6 ust. 8, który otrzymuje brzmienie; „Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego uznania rachunku Wykonawcy”. Zamawiający dokonuje aktualizacji wzoru treści umowy w powyższym zakresie.

Pytanie 11. Dotyczy § 6 ust. 11 projektu umowy

Prosimy o doprecyzowanie zapisu § 6 ust. 11 projektu umowy i usunięcie z niego słów „*podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.*”.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe w § 6 ust. 11 i dokonuje aktualizacji wzoru treści umowy w powyższym zakresie.

Pytanie 12. Dotyczy § 8 ust. 1 i 7 projektu umowy

Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę wysokości i/lub podstawy obliczania kar umownych określonych w § 8 ust. 1 projektu umowy w następujący sposób:

- a) § 8 ust. 1 pkt 1 – z **0,1 %** wartości brutto wartości przedmiotu umowy na **0,01 %** wartości brutto wartości przedmiotu umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu umowy, w szczególności nie dostarczenia sprzętu medycznego w terminie lub dostarczenia sprzętu medycznego niezgodnego z umową,
- b) § 8 ust. 1 pkt 2 – z 10 % wynagrodzenia brutto na **5 %** wynagrodzenia brutto,
- c) § 8 ust. 7 – z 60 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie na **30 %** wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie.

Kary te są niewspółmiernie wysokie do zawinienia Wykonawcy, co jest sprzeczne z regulacjami prawnymi w tym zakresie. Wobec tego istotnym jest, aby kary umowne zostały zmiarkowane do wysokości umożliwiającej im pełnienie funkcji dyscyplinująco – represyjnej, gdyż mają one mobilizować Wykonawcę do prawidłowej realizacji ustalonych warunków umowy, nie stanowią natomiast odszkodowania. Wskazane w pełni zostanie spełnione przy ustaleniu kar umownych w zaproponowanym powyżej kształcie

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe w § 8 ust. 1 i 7 i dokonuje aktualizacji wzoru treści umowy w powyższym zakresie.

Pytanie 13. Dotyczy § 9 ust. 1 projektu umowy

Prosimy o doprecyzowanie zapisów § 9 ust. 1 projektu umowy poprzez określenie dodatkowego 14-dniowego terminu na prawidłowe wykonanie umowy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe w § 9 ust. 1 i dokonuje aktualizacji wzoru treści umowy w powyższym zakresie.

Pytanie 14. Dotyczy § 11 ust. 1 projektu umowy

Prosimy o informację gdzie zapisują się dane osobowe pacjentów na ultrasonografie? W przypadku, gdy dane osobowe nie zapisują się bezpośrednio w pamięci ultrasonografu, zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisów dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych pacjentów, w tym szczególnych kategorii danych osobowych, bowiem Wykonawca nie będzie miał do nich dostępu.

Odp. Dane osobowe pacjentów zapisywane są w pamięci wewnętrznej na dysku twardym ultrasonografu.

Pytanie 15. Dotyczy § 11 ust. 14 i 15 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu wskazanego w § 11 ust. 14 i 15 projektu umowy z 7 dni na 14 dni?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16. Dotyczy § 11 ust. 14 zd. 2 projektu umowy

Prosimy o wykreślenie w § 11 ust. 14 zd. drugie projektu umowy. tj. „w przypadku uzasadnionych przesłanek świadczących o niewywiązywaniu się przez Wykonawcę z powierzonych obowiązków Zamawiający będzie realizował prawo kontroli bez zachowania wskazanego terminu”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17. Dotyczy § 11 ust. 16 zd. 2 projektu umowy

Prosimy o doprecyzowanie zapisów § 11 ust. 16 zd. 2 projektu umowy poprzez określenie, że „Wykonawca składa **na żądanie** Zamawiającemu oświadczenie, potwierdzające zrealizowanie tego obowiązku.”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe w § 11 ust. 14 zad. 2 i dokonuje aktualizacji wzoru treści umowy w powyższym zakresie.

Pytanie 18. Dotyczy § 11 ust. 19 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu wskazanego w § 11 ust. 19 projektu umowy z 12 godzin na 24 godziny?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe w § 11 ust. 19 i dokonuje aktualizacji wzoru treści umowy w powyższym zakresie.

Pytanie 19. Dotyczy § 11 ust. 20 projektu umowy

Prosimy o doprecyzowanie zapisów § 11 ust. 20 projektu umowy poprzez określenie, że „Wykonawca odpowiada za **popelnione z winy umyślnej** szkody jakie powstały wobec Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z RODO lub niniejszym paragrafem przetwarzania danych osobowych.”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe w § 11 ust. 20 i dokonuje aktualizacji wzoru treści umowy w powyższym zakresie.

(ZAPYTANIE NR 2)

Pytanie 1. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 8 (załącznik nr 3 do SIWZ)

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat klasy Premium z zakresem dymniki systemu 255 dB?

Odp. Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 2. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 15 (załącznik nr 3 do SIWZ)

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat klasy Premium z zakresem penetracji od 2 do 38 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 3. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 20 (załącznik nr 3 do SIWZ)

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat klasy Premium z Dopplerem pulsacyjnym (PWD) z rejestrowaną prędkością maksymalną (przy zerowym kącie bramki) 6,7 m/s oraz z Color Dopplerem (CD) z rejestrowaną prędkością maksymalną powyżej 500 cm/s.

Odp. Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 4. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 25 (załącznik nr 3 do SIWZ)

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat klasy Premium z zakresem penetracji od 2 do 38 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 5. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 28 (załącznik nr 3 do SIWZ)

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat klasy Premium pracujący w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z 7 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich zaoferowanych głowicach typu convex, mikroconvex oraz liniowych, praca dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego?

Odp. Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 6. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 38 (załącznik nr 3 do SIWZ)

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat klasy Premium bez automatycznego pomiaru IT, ale z automatycznym pomiarem NT?

Odp. Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 7. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 43 (załącznik nr 3 do SIWZ)

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat klasy Premium z pomiarem IOTA ADNEX do oceny i klasyfikacji zmian nowotworowych guzów jajnika?

Odp. Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 8. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 44 (załącznik nr 3 do SIWZ)

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat klasy Premium, z automatyczną biometrią BPD, HC, AC, FL?

Odp. Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 9. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 47 (załącznik nr 3 do SIWZ)

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat klasy Premium z głowicą convex: 192 elementy, szerokopasmowa o zakresie częstotliwości 2.0 – 9.0 MHz, kąt obrazowania 72°, obrazowanie harmoniczne (3 częstotliwości)?

Odp. Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 10. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 53, 54 (załącznik nr 3 do SIWZ)

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat klasy Premium, bez możliwości rozbudowy systemu na dzień składania ofert o oprogramowanie do obliczania % unaczynienia tkanki w obraz 3D oraz oprogramowanie do oprogramowanie do biopsji pod kontrolą obrazu 4D?

Odp. Zamawiający nie dopuści.

W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający zamieszcza na dedykowanej platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec uaktualnione dokumenty z dopiskiem ZMIANA_1 tj.:

25_ZP_2020_formularz_cenowy_zalacznik_2_ZMIANA_1

25_ZP_2020_SIWZ_ZMIANA_1

25_ZP_2020_UMOWA_Zalacznik_9_ZMIANA_1.

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ i dokonuje zmiany terminu składania ofert i otwarcia ofert z dnia 24.07.2020r. na dzień 28.07.2020r. Godziny otwarcia i składania ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wielospecjalistycznego Szpitala
- Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

Zofia Barczyk

Otrzymują:

- 1) Dedykowana Platforma Zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec
- 2) A/a

Sprawę prowadzi: Radosław Jabłoński
e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl