



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:  
**Dostawa aparatury medycznej - urządzeń i innych wyrobów medycznych stanowiących ich wyposażenie w ramach Projektu pn. „Remont Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym wraz z doposażeniem oddziału i jednostek współpracujących”- WSZ-EP-1/2023**

Konin, 03.04.2023r

**WSZ-EP-1/344/2023**

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/  
strona internetowa prowadzonego postępowania**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: Dostawa aparatury medycznej - urządzeń i innych wyrobów medycznych stanowiących ich wyposażenie w ramach Projektu pn. „Remont Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym wraz z doposażeniem oddziału i jednostek współpracujących”- WSZ-EP-1/2023**

#### **Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 4**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.– zwanej dalej „*Ustawą Pzp.*”) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „*SWZ*”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

#### **Pytanie 1 do pakietu 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w punkcie 3 -cyfrowego, dotykowego , kolorowego wyświetlacza z 5 parametrami: temperaturą ,przepływem, stężeniem tlenu ,oraz dodatkowo Saturacją i tętnem;

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.2 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych.**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w punkcie 7 ,zakresów trybu przepływów : 2-30l/min dzieci ,10-80l/min dorośli;

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

**Zaproponowane przez Wykonawcę powyższe parametry spełniają wymagania Zamawiającego.**

Prosimy o odstąpienie w punkcie 11, prosimy o odstąpienie wymogu czujnika pomiaru wysokości, ponieważ urządzenie typu High Flow Generują przepływy mieszanki gazów oddechowych bez uwzględniania ciśnień;

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający wyraża zgodę powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.2 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych.**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

Prosimy o dopuszczenie w punkcie 17, aparatu o wadze 3,5 kg;

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, Zgodnie z SWZ masa aparatu nie większa niż 2,5 kg (łącznie z akcesoriami nie więcej niż 3,5 kg).**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w punktach 23,26 w miejsce wielorazowej rury ,łącznika do dezynfekcji;

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

Prosimy o odstąpienie w punkcie 25,dezynfekcji w temperaturze 85°C , oraz dopuszczenie systemu dezynfekcji ozonatorem w czasie 30 minut;

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający odstępuje od wymogu dezynfekcji w temperaturze 85°C.**

**Pozostałe zapisy zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem.**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie w punkcie 31, wymogu dodatkowego przepływomierza tlenu 70l/min, oferowany przez nas aparat ma wbudowany blender wewnętrzny i nie wymaga dodatkowego przepływomierza;

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuści aparat bez zewnętrznego przepływomierza tlenu z wbudowanym mikserem gazów, pozwalającym na precyzyjne ustawienie FiO2 w zakresie 21% - 100%.**

**Zamawiający w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.2 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych.**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

**Pytanie 2 do pakietu 2**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy oferowane w punkcie 32,33 akcesoria  
To podana ilość na jeden aparat ,czy na łączną sumę 5 sztuk aparatów ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający doprecyzowuje, że ilości podane przez Zamawiającego w punkcie 32 i 33 dotyczą jednego aparatu.**

**Pytanie 3 do pakietu 2**

Czy Zamawiający wymaga w urządzeniu wbudowanej baterii do trybu transportowego min. 30 minut pracy na baterii . Jest to korzystna opcja w urządzeniu i pozwala na przetransportowanie pacjenta np. na inny oddział ,bez potrzeby odłączania .

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wymaga powyższego.**

**Pytanie 4 do pakietu 2**

Czy Zamawiający wymaga wbudowanego modułu SpO2.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wymaga powyższego**

**Pytanie 5 do pakietu 2**

Czy Zamawiający wymaga wbudowanej pamięci wewnętrznej terapii pacjenta.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wymaga powyższego**

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.