

Kraków, 25.11.2021 r.

DZ.271.92.2021

Dział Zamówień Publicznych  
tel. 0-12 614 34 84  
e-mail: [przetargi@szpitalip2.krakow.pl](mailto:przetargi@szpitalip2.krakow.pl)

**dotyczy: postępowania DZ.271.92.2021 – Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów na okres 3 lat**

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

**Pakiet 1**

- 1. Czy Zamawiający dopuści analizator (system zintegrowany) po generalnym przeglądzie nie starszy niż 2016?**

ODP.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

- 2. W związku z wymogiem dotyczącym dostarczenia klimatyzatorów do pomieszczeń uprzejmie prosimy o podanie przez Zamawiającego kubatury tych pomieszczeń.**

ODP.: Zamawiający informuje, że kubatura pomieszczenia wynosi 155 m<sup>3</sup> (długość 9,4 m / szerokość 5,7 m / wysokość 2,9 m).

**Pakiet 2**

- 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora o wydajności PT 210 test/h? Na podstawie podanych w SWZ wykonywanych oznaczeń wydajność oferowanego analizatora w pełni zabezpieczy ciągłość wykonywania analiz. Technologia oferowanego urządzenia zapewnia wysoką wydajność dla próbek z szerokim panelem badań np. dla jednocześnie wykonywanych PT/APTT/AT/DD 310 testów na godzinę.**

ODP.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora o wydajności PT 210 test/h.



**2. Czy Zamawiający przez zapis wydajność analiz PT / APTT minimum 180 [test/h] rozumie wydajność minimum 180 [test/h] PT / APTT jednocześnie?**

ODP.: TAK, Zamawiający przez zapis wydajność analiz PT / APTT minimum 180 [test/h] rozumie wydajność minimum 180 [test/h] PT / APTT jednocześnie.

**3. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga podania wydajności analizatora określonej w pkt. 34-36 podczas korzystania z funkcji przebijania korków. Zgodnie z wiedzą na temat dostępnych na rynku rozwiązań technologii przebijania korków funkcja ta może spowalniać pracę aparatu.**

ODP.: NIE, Zamawiający nie wymaga podania wydajności analizatora określonej w pkt. 34-36 podczas korzystania z funkcji przebijania korków.

**4. Czy ze względu na niskie zażycie wody Zamawiający odstąpi od wymogu bezpośredniego podłączenia do instalacji wodociągowej analizatora back-up?**

ODP.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ wyjaśniając, że zapis w pkt. 80 dotyczy parametru punktowanego, a nie parametru granicznego i w związku z tym nie jest bezwzględnie wymagany.

**5. Czy dla analizatora, który spełnia funkcję jedynie analizatora back-up Zamawiający odstąpi od wymogu wyposażenia w modem serwisowy?**

ODP.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ wyjaśniając, że zapis w pkt. 81 dotyczy parametru punktowanego, a nie parametru granicznego i w związku z tym nie jest bezwzględnie wymagany.

**6. Czy dla analizatora, który spełnia funkcję jedynie analizatora back-up Zamawiający odstąpi od wymogu detekcji skrzepu w próbce badanej?**

ODP.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ wyjaśniając, że zapis w pkt. 83 dotyczy parametru punktowanego, a nie parametru granicznego i w związku z tym nie jest bezwzględnie wymagany.

**Pakiet 3**

**1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów wyposażonych w zewnętrzne urządzenia zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymania pracy minimum 20 minut? Nadmieniamy, że**





**20 minut wystarczy na dokończenie pracy analizatorów oraz ich prawidłowe wyłączenie.**

ODP.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatorów wyposażonych w zewnętrzne urządzenia zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymania pracy minimum 20 minut.

**2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników do analizatorów hematologicznych posiadających datę ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy z wyjątkiem materiału kontrolnego do morfologii i płynów z jam ciała z terminem ważności ok. 2 miesiące od daty dostawy zgodnie z harmonogramem dostaw oraz z wyjątkiem odczynnika do oznaczania płytek fluorescencyjnych posiadającego termin ważności minimum 5 miesięcy od daty dostawy? Odczynnik do oznaczania płytek fluorescencyjnych jest odczynnikiem wysoce specjalistycznym i nie posiada on tak długich terminów ważności jak inne odczynniki.**

ODP.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

**3. Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym każdy wynik z obniżoną wartością WBC jest analizowany automatycznie w kanale z DIFF. Manualny wybór przez użytkownika w tym przypadku jest bezzasadny i powoduje tylko dodatkowe zużycie odczynników. Każdy wynik z obniżoną wartością WBC, w kanale DIFF posiada 3-krotnie wydłużony czas zliczania leukocytów, bez konieczności manualnej interwencji.**

ODP.: Zamawiający informuje, że zapisy SWZ w punkcie 18 pozostawia bez zmian. Zamawiający wyjaśnia, że wymaga dostarczenia analizatora, który posiada tryb dla próbek leukopenicznych z wydłużonym czasem zliczania leukocytów (możliwość ręcznego wyboru tego trybu, jak również oznaczenie automatyczne).

**4. Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym oznaczanie płytek odbywa się przy użyciu fluorescencyjnej cytometrii przepływowej, gdzie barwienie odbywa się przy użyciu barwnika fluorescencyjnego, w kanale RET. Otrzymany wtedy wiarygodny wynik PLT z toru optycznego, dodatkowo parametr IPF raportowany jako parametr % na wyniku oraz jako badawczy IPF #. Ponadto mamy dodatkowy tryb PLT-8, który zapewnia ośmiokrotnie dłuższy czas pomiaru płytek metodą optyczną, bez dodatkowego odczynnika, który realnie obniża koszt oznaczenia.**

ODP.: Zamawiający informuje, że zapisy SWZ w punkcie 24 pozostawia bez zmian. Zamawiający wyjaśnia, że wymaga dostarczenia analizatora, który ma możliwość oznaczenia i raportowania na wyniku wartości młodych płytek krwi (IPF w wartościach procentowych i bezwzględnych).

**5. Prosimy o dopuszczenie analizatora, który nie posiada systemu kontroli jakości parametrów typu "on - line". Codzienna kontrola wewnątrz laboratoryjna daje natychmiastowy wynik i pewność co do prawidłowego funkcjonowania aparatu. Kontrola online jest tylko powtórzeniem kontroli wewnątrzlaboratoryjnej, wykonywanej na tym samym materiale kontrolnym. W celu dodatkowej weryfikacji, zgodnie z pozostałymi wymaganiami Zamawiającego zapewniamy dodatkową kontrolę zewnątrz laboratoryjną.**

ODP.: Zamawiający informuje, że zapisy SWZ w punkcie 30 pozostawia bez zmian. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zapis w pkt. 30 dotyczy parametru punktowanego, a nie parametru granicznego i w związku z tym nie jest bezwzględnie wymagany.

**6. Prosimy o dopuszczenie analizatora, który posiada osobny specjalnie dedykowany materiał kontrolny do retikulocytów na 3 poziomach. Prosimy również o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby uwzględnić termin ważności fiolki po otwarciu, aby mieć pewność co do prawidłowości wyniku.**

ODP.: Zamawiający informuje, że zapisy SWZ w punkcie 34 pozostawia bez zmian. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że wymaga jednego rodzaju materiału kontrolnego do wszystkich parametrów morfologii krwi, w tym retikulocytów oraz wymaga oszacowania ilości opakowań materiału kontrolnego do codziennej kontroli wewnątrzlaboratoryjnej z uwzględnieniem terminu ważności fiolki na opakowaniu.

**7. Prosimy o dopuszczenie analizatora, który wskazuje na wczesną odpowiedź na zakażenie, stan zapalny poprzez oznaczenie na wyniku parametru IMG %, #. Oraz dodatkowo oznacza IME%, # (parametr RUO) niedojrzałe eozynofile będące min. odpowiedzią na choroby autoimmunizacyjne czy nowotworowe.**

ODP.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ wyjaśniając, że zapis w pkt. 35 dotyczy parametru punktowanego, a nie parametru granicznego i w związku z tym nie jest bezwzględnie wymagany.

**8. W związku z tym, że Zamawiający wymaga oznaczania płynów z jam ciała bez dodatkowych odczynników, prosimy o doprecyzowanie czy dla BF Zamawiający wymaga, kontroli laboratoryjnej na 3 poziomach, w celu zapewnienia wiarygodności wyników.**

ODP.: Zamawiający informuje, że zapisy SWZ w punkcie 47 pozostawia bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wymaga materiałów kontrolnych dedykowanych do analiz płynów z jam ciała (minimum 1 oznaczenie na pół roku na co najmniej 2 poziomach) - dla jednego analizatora, zgodnie z zapisem w Załączniku nr 4 - Pakiet 3.



**9. Czy Zamawiający dopuści analizator, który do wykonania morfologii CBC oraz CBC+5 DiFF, aspiruje w trybie podajnikowych oraz manualnym 80 µl, w trybie mikro tylko 35 µl, a w trybie predylucji 20 µl?**

ODP.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy SWZ w punkcie 53 oraz 54 pozostawia bez zmian.

**Pakiet 4 i 5**

**1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy analizatora do 30 dni od dnia podpisania umowy?**

ODP. TAK, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy analizatora do 30 dni od dnia podpisania umowy. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy załącznika nr 2a do SWZ w zakresie wskazanych pakietów.

**Pakiet 6**

**1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników, kontroli i kalibratorów z minimalnym terminem ważności 4 miesiące? Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników - nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.**

ODP.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

**2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z datą produkcji - grudzień 2017?**

ODP.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

**3. Czy Zamawiający wymaga dostawiania próbek i odczynników bez konieczności zatrzymywania pracy analizatora?**

ODP.: Zamawiający informuje, że zapisy SWZ w punkcie 23 pozostawia bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania funkcję dostawiania próbek i odczynników bez konieczności zatrzymywania pracy analizatora.

**4. Czy Zamawiający wymaga automatycznego monitorowania zużycia i statusu odczynnika w czasie rzeczywistym?**

ODP.: Zamawiający informuje, że zapisy SWZ w punkcie 17 pozostawia bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania funkcję automatycznego monitorowania zużycia i statusu odczynnika w czasie rzeczywistym.



- 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uwzględnienie w kalkulacji materiałów kalibracyjnych dla parametrów według schematu kalibracji raz w miesiącu jeżeli producent nie wymaga częstszego jej wykonywania? Uzasadnienie: Zaoferowany analizator nie wymaga wykonywania kalibracji w zależności od częstotliwości wykonywanych analiz. Takie wyliczenie pozwoli na uzyskanie porównywalnych ofert.**

ODP.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

- 6. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany analizator informował na ekranie w języku polskim o skrzepie w przypadku jego wykrycia w próbce badanej?**

ODP.: Zamawiający informuje, że zapisy SWZ w punkcie 31 pozostawia bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zapisy w punktach 31 oraz 32 dotyczą parametru punktowanego, a nie parametru granicznego i w związku z tym nie jest bezwzględnie wymagany.

- 7. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający uzna za spełnienie punktu 28 otrzymanie wyniku w czasie 15 min i przyzna punkty jeżeli oferent potwierdzi czas uzyskania pierwszego wyniku na podstawie przykładowych aplikacji dla poszczególnych metod, w których będą określone czasy inkubacji pozwalające na określenie czasu wykonywania poszczególnych analiz?**

ODP.: TAK, zamawiający wyraża zgodę.

- 8. Czy zamawiający wymaga wyceny pipet i końcówek zgodnie z punktem 14 pakiet 6?**

ODP.: Zamawiający informuje, że zapisy SWZ w punkcie 14 pozostawia bez zmian. Zamawiający informuje, że wymaga dostarczenia pipet i końcówek zgodnie z zapisem w punkcie 14. Dodatkowa wycena pipet i końcówek nie jest wymagana.

- 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę i przyzna punkty jeżeli oferent poda ilość miejsc na próbki pacjentów, które można wykonywać w dedykowanych statywach w kubeczkach „sample cups” ?**

ODP.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

### **Pakiet 9**

- 1. Wymagania ogólne pkt 7 oraz Parametry ogólne pkt 16-17, 19-20 oraz Pakiet 10 - Wymagania ogólne pkt 7 oraz Parametry ogólne pkt 20-22, 30 oraz Pakiet 11 - Wymagania ogólne pkt 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie adresu bezpłatnej**





i całodobowej strony internetowej, na której znajdują się karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, ulotki oraz instrukcje producenta i odstąpi od wymogu dostarczania ich wraz z pierwszą dostawą?

**Uzasadnienie:** W ofercie Wykonawca przedstawi adres strony internetowej, na której będą znajdowały się instrukcje wykonania testów/ulotki informacyjne oraz karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w języku polskim, deklaracje zgodności oraz aktualne certyfikaty kontroli jakości do danych serii odczynników, dostępne bezpłatnie dla Zamawiającego całodobowo.

ODP.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

- 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na: „Czas reakcji serwisu z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 48 h w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego”?**

ODP.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

- 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów z minimalnym terminem ważności:**
- a) w poz. 1-12 - minimum 4-6 miesięcy,
  - b) minimum 4 tygodnie dla podłoży na płytkach z krwią oraz dla podłoży bez krwi z terminem ważności minimum 5 tygodni,
  - c) w poz. 30 bulion seleninowy – minimum 4 miesiące,
  - d) minimum 4 miesiące dla Materiałów kontrolnych poz. 1 tj. Kit Densichek Plus Standards,
  - e) minimum 4 miesiące dla Materiałów zużywalnych poz. 1 tj. Pipetter accs kit
- od daty dostawy do Zamawiającego?

ODP.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

- 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w tabeli asortymentowej niezbędnej ilości materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania wyspecyfikowanej ilości testów metodą automatyczną m.in. Roztwór soli fizjologicznej (3x500ml), Kit Densichek, Pipetter accs kit, Plastikowe probówki?**

ODP.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

### **Pakiet 10**

- 1. Czy Zamawiający w pkt. 5 pakietu 9 oraz w pkt. 5 pakietu 10 nie dokonał omyłki uwzględniając wymaganie graniczne, które nie dotyczą analizatorów w pakietach 9 oraz 10: „Wykonawca zapewni surowice kontrolne do kontroli międzynarodowej w ilości (dwa razy w roku) z częstotliwością umożliwiającą otrzymanie certyfikatu jakości przez cały okres obowiązywania umowy**

**dzierżawy dla wszystkich oznaczanych parametrów” Jeżeli tak, prosimy o usunięcie zapisu.**

ODP.: TAK, Zamawiający w pkt. 5 pakietu 9 oraz w pkt. 5 pakietu 10 dokonał omyłki uwzględniając wymaganie graniczne, które nie dotyczą analizatorów w pakietach 9 oraz 10.

Zamawiający informuje, że dla Pakietu 9 oraz 10 nie wymaga spełnienia zapisu: „Wykonawca zapewni surowice kontrolne do kontroli międzynarodowej w ilości (dwa razy w roku) z częstotliwością umożliwiającą otrzymanie certyfikatu jakości przez cały okres obowiązywania umowy dzierżawy dla wszystkich oznaczanych parametrów”.

**2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zapewnienia klimatyzacji pomieszczenia jeżeli w danym pomieszczeniu jest zamontowana klimatyzacja w dobrym stanie technicznym, która zapewnia właściwą temperaturę niezbędną dla prawidłowej pracy aparatu ?**

ODP.: Zamawiający informuje, że zapisy SWZ w punkcie 6 pozostawia bez zmian.

**3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie dokumentów kwalifikacji operacyjnej, instalacyjnej i końcowej dla zaoferowanego analizatora w języku angielskim ?**

ODP.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

**4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie poniższych szczepów w formie Bioball: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, Candida albicans, Aspergillus brasiliensis, Clostridium sporogenes zgodnie z wymaganiami Farmakopei Europejskiej do kwalifikacji procesowej ?**

ODP.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

**5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w/w szczepów wzorcowych w tabeli asortymentowej?**

ODP.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami SWZ w punkcie 14 Wykonawca zapewni niezbędne materiały do przeprowadzenia kwalifikacji procesowej analizatora (szczepy wzorcowe, dodatkowy pakiet podłoży do posiewów produktów przygotowywanych aseptycznie) w okresie obowiązywania umowy.

**6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę podłoży tlenowych w ilości 100 szt / 1 op i beztlenowych w ilości 100 szt / 1 op do posiewów produktów przygotowanych aseptycznie w tabeli asortymentowej pod pozycją Materiały kontrolne potrzebne do wykonania podanej ilości badań?**

ODP.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami SWZ w punkcie 14 Wykonawca zapewni niezbędne materiały do przeprowadzenia kwalifikacji procesowej





analizatora (szczepy wzorcowe, dodatkowy pakiet podłoży do posiewów produktów przygotowywanych aseptycznie) w okresie obowiązywania umowy.

- 7. Czy Zamawiający usunie zapis „z modułem do detekcji prątku gruźlicy z krwi” - z uwagi na to, że podłoża do hodowli prątku nie przedmiotem zamówienia (nie są ujęte w zapotrzebowaniu tabeli asortymentowej)?**

ODP.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

- 8. Jeżeli nie, czy Zamawiający dopuści analizator (rok produkcji min. 2021) przeznaczony do posiewów krwi i płynów ustrojowych z modułem do detekcji prątku gruźlicy z płynów ustrojowych innych niż krew? Zgodnie z zaleceniami najczęściej pobieranym materiałem do hodowli prątku są m.in. płyn z jamy opłucnej czy płyn stawowy itd.**

ODP.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

- 9. Czy Zamawiający dopuści podłoże pediatriczne zwalidowane tylko do posiewów krwi ? Zamawiający ma możliwość posiewu innych jałowych płynów ustrojowych zarówno od dzieci jak i dorosłych na podłożach tlenowych i beztlenowych z pozycji 1 i 2, które są do tego zwalidowane.**

ODP.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

- 10. Czy Zamawiający wymaga aby podłoża były zwalidowane do badania jałowości produktów przetworzonych i przygotowanych aseptycznie z wpisem do oryginalnej instrukcji używania podłoży?**

ODP.: TAK, Zamawiający wymaga aby podłoża były zwalidowane do badania jałowości produktów przetworzonych i przygotowanych aseptycznie z wpisem do oryginalnej instrukcji używania podłoży.

### **Pakiet 11**

- 1. Czy Zamawiający omyłkowo wpisał łączną wartość dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, zużywalnych i eksploatacyjnych i wyraża zgodę na usunięcie tej kwoty?**

ODP.: TAK, Zamawiający omyłkowo wpisał łączną wartość dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, zużywalnych i eksploatacyjnych. Kwota ulega usunięciu.

- 2. Wymogi ogólne pkt 12 oraz załącznika nr 4 - pakiet 11 oraz umowy dostawy §6 ust 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie**



**produktów z minimalnym terminem ważności minimum 4-6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego?**

**Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.**

ODP.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

**3. Czy w pakiecie nr 11 w ilości opakowań należy uwzględnić dodatkowe testy na wykonanie kalibracji i kontroli ?**

ODP.: TAK, w pakiecie nr 11 w ilości opakowań należy uwzględnić dodatkowe testy na wykonanie kalibracji i kontroli.

**4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na instalację analizatora w terminie do 30 dni od podpisania umowy w przypadku gdy do tego czasu zainstalowany zostanie analizator zastępczy , spełniający wymogi SWZ ?**

ODP.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

#### **Pytania do umów:**

**1. Pytania do umowy dzierżawy (zał. nr 2a):**

**§ 2 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na dostawę aparatu do 3 tygodni?**

**Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wydłużenie terminu przeznaczonego na dostawę aparatu do 3 tygodni ze względu na konieczność sprowadzenia aparatury z zagranicy bezpośrednio od producenta. Skomplikowane procedury celne oraz czas niezbędny na dostarczenie aparatu uniemożliwiają dotrzymanie wskazanego terminu. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylne rozpatrzenie pytania.**

ODP.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę w zakresie pakietów 9, 10, 11. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy załącznika nr 2a do SWZ.

**2. § 3 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 150 zł za każdy dzień okresu, w którym Dzierżawca pozbawiony był możliwości korzystania z aparatu?**

ODP.: Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

**3. Czy Zamawiający uznaje, że warunki trwającej pandemii stanowią okoliczności siły wyższej?**

ODP.: Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.



4. **Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy postanowienia o dopuszczalności wprowadzenia w trakcie trwania umowy zamiennika danego produktu wchodzącego w skład przedmiotu umowy, na podstawie pisemnego zawiadomienia, bez konieczności zawierania pisemnego aneksu, przy spełnieniu oczywiście dodatkowych założeń? Propozycja postanowienia poniżej:**

**„Strony dopuszczają w trakcie trwania umowy zamianę danego produktu wchodzącego w skład przedmiotu umowy w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odpowiedniego zamiennika lub produktu zmodyfikowanego, w szczególności udoskonalonego, o ile zamiennik ten jest produktem o właściwościach równoważnych bądź lepszych w stosunku do zamienianego, odpowiadających charakterystyce pierwotnego produktu.**

**W przypadku, gdy nie ulegnie zmianie cena jednostkowa, a tym samym nie wpłynie to na zmianę wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy i jednocześnie zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego, nie wymaga ona zawarcia pisemnego aneksu, lecz jest skuteczna na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w tym zakresie przez Wykonawcę. Zmiana uznawana będzie za skuteczną w chwili otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia, chyba że została wskazana w nim inna data.”**

**Uzasadnienie: Zmiana opisana powyżej jest korzystna dla Zamawiającego i może usprawnić proces wprowadzania zmian korzystnych dla Zamawiającego, także po stronie wykonawcy, ponieważ w przypadku zastąpienia danego produktu udoskonalonym, wymaga to wprowadzania zmian w bardzo wielu umowach. Dopuszczenie w takich sytuacjach formy pisemnego zawiadomienia dla skuteczności tej zmiany byłoby racjonalnym postępowaniem.**

ODP.: Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

**Załącznik nr 2**

5. **§ 3 ust. 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać?**

ODP.: Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

6. **§ 4 ust. 1-2 Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”? Uzasadnienie: Zgodnie z art. 433 pkt 1 PZP postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia.**



ODP.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy załącznika nr 2a do SWZ.

**7. § 4 ust. 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody?" ewentualnie dodanie: wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści?**

ODP.: Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

**8. § 5 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie maksymalnego terminu obowiązywania umowy do 44 miesięcy? Uzasadnienie: Dłuższy termin trwania umowy niż 44 miesiące narazi Zamawiającego na konieczność amortyzowania przedmiotu umowy, a tym samym zwiększy po jego stronie koszty kontraktu.**

ODP.: Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

#### Załącznik 2a

**9. § 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z wykonania zastępczego wykluczało zastosowanie kar umownych?**

ODP.: Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

**10. § 3 ust. 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tego postanowienia? Konsekwencje finansowe nieprawidłowego wykonania umowy zostały już szczegółowo określone poprzez zastrzeżenie kar umownych a także rozszerzenie odpowiedzialności na zasadach ogólnych w przypadku poniesienia szkody wyższej niż te kary.**

ODP.: Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

**11. § 5 ust.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie maksymalnego terminu obowiązywania umowy do 44 miesięcy? Uzasadnienie: Dłuższy termin trwania umowy niż 44 miesiące narazi Zamawiającego na konieczność amortyzowania przedmiotu umowy, a tym samym zwiększy po jego stronie koszty kontraktu.**

ODP.: Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

**12. § 5 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?**

ODP.: Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

**13. § 6 ust. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać?**

ODP.: Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

**Załącznik 2b**

**14. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przetwarzania danych w ramach grupy kapitałowej Wykonawcy? Jeśli tak, to czy wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w tym punkcie następującego fragmentu: " Zamawiający wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Wykonawcę innym podmiotom w ramach grupy kapitałowej Wykonawcy lub związanych z grupą Wykonawcy czynności przetwarzania danych osobowych wyłącznie w przypadku konieczności dokonania przez te podmioty napraw, przeglądów i konserwacji z zastrzeżeniem, iż podmioty te będą spełniały warunki określone w poniższych ustępach"?**

ODP.: Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

**15. § 2 ust. 10 lit. c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?**

ODP.: Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

**16. § 2 ust. 10 lit. d Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w tym postanowieniu następującego zdania: „Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie planowanego audytu oraz zakresie jego prowadzenia z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.”?**

ODP.: Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

**Załącznik nr 2**

**17. §1 ust. 3: Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień.**

**Proponujemy następujący zapis:**

**„Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy.”**

**Powyższy zapis umożliwia zapewnienie pod względem technicznym ciągłości dostaw do Zamawiającego. Powyższy zapis stanowi gwarancję Wykonawcy do rzetelnego wywiązania się**



**z zobowiązań dotyczących dostaw Odczynników względem Zamawiającego – umożliwiał precyzyjne planowanie oraz zapewnia pewność dostaw, pogłębiając wzajemne zaufanie obu stron umowy.**

ODP.: Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zamówienia będą wysyłane na podstawie załącznika nr 1 do umowy, który zawiera specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową.

**18. §3 ust. 3:**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności wynosił 30 dni i był liczony od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę? Warto pamiętać, że nadmierne wydłużanie terminów płatności jest kosztowne, a koszty te muszą być przerzucane na klientów przedsiębiorcy, wśród których jest i Zamawiający. Jako że przyjętą praktyką jest regulowanie faktur w terminie 2 tygodni, odstępować od tej zasady winno się tylko z ważnych powodów.**

ODP.: Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

**19. §3 ust. 4:**

**Prosimy o wykreślenie ww. postanowienia wzoru umowy, gdyż zastrzeżenie kary umownej w przypadku niedostarczenia faktury w terminie do 7 dni od dnia dostawy wyrobu jest rażąco wygórowane.**

**Zamawiający ma prawo żądać zapłaty kary umownej w związku z nienależytym wykonaniem umowy i poniesioną szkodą, tymczasem opóźnienia w dostarczeniu faktur nie zależą od działań Wykonawcy w sytuacji gdy faktury wysyłane są drogą listowną i Wykonawca nie powinien ponosić konsekwencji finansowych za działania za które nie odpowiada.**

ODP.: Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

**20. §4 ust. 1 i 2:**

**Prosimy zastąpienie słowa: „opóźnienia” na „zwłoki”.**

**Zapis w obecnym brzmieniu stanowi klauzulę abuzywną zgodnie z Art. 433 pkt 1) oraz 2) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.**

ODP.: Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie słowa „opóźnienia” na „zwłoki”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy załącznika nr 2a do SWZ.

**21. §6 ust. 3:**

**Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania: „z wyłączeniem krwi kontrolnej, która jest rozdysponowywana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego”.**



**Krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew. Obecnie nie ma na rynku dostępnej krwi kontrolnej o dłuższym okresie ważności.**

ODP.: Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.  
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku krwi kontrolnej dopuszcza, aby termin ważności do stosowania wynosił co najmniej 2 miesiące od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

**22. §7 ust. 4:**

**Prosimy o usunięcie zastrzeżenia terminu: „nie krótszym niż 3 (trzech) miesięcy od daty zaistnienia zmian” w zakresie zmian podatku VAT.**

**Wykonawca nie ma wpływu na zmiany w zakresie stawek podatku VAT i nie może ich przewidzieć. Natomiast prawo oblicuje Wykonawcę do wystawienia faktur z prawidłową stawką VAT na dzień jej obowiązywania.**

**Jeżeli tak to prosimy o tożsamą modyfikację w §3 ust. 7 we Wzorze umowy dzierżawy (Załącznik nr 2a do SWZ).**

ODP.: Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

**Załącznik nr 2a**

**23. §1 ust. 5:**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie wskazanego zapisu, w sytuacji gdy Wykonawca przenosi na siebie obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianych urządzeń? Jeżeli tak proponujemy zapis:**

**„Obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianego urządzenia od wszystkich ryzyk leży po stronie Wydierżawiającego (Wykonawcy).”**

ODP.: Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Z poważaniem

Krakowski Szpital Specjalistyczny  
im. Jana Pawła II  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Lecznictwa

dr hab. n. med. Dorota Sobczyk



