



EZ.272.038.2022

Wrocław, dnia 28.07.2023

EZI/23

Dotyczy: odpowiedzi na pytania, zmiana SWZ do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych dla Bloku Operacyjnego (sygnatura sprawy: EZ/798/402/22)

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym, zgodnie z art. 135 i art. 137 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dalej Pzp), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i zmianami treści SWZ:

Pytanie 1

„Zadanie 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści stapler ze zszywkami o wymiarach: 5,9mm x 3,9mm, bez powleczenia teflonem, przekrój 0,5mm”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

„Zadanie 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści stapler ze zszywkami o wymiarach: 7,2mm x 4,9mm, bez powleczenia teflonem, przekrój 0,6mm?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany rozmiar, ale nie dopuszcza zszywki bez powleczenia teflonem.

Pytanie 3

„Zadanie 2

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie uniwersalnej rączki automatycznego staplera szyjącego o długości 30 mm, posiadającej dwie dźwignie zamykającą do wysunięcia kolca i zamknięcia ładunku, spustową dla wystrzelenia), konstrukcja umożliwiająca obsługę jedną ręką, rączka załadowana ładunkiem aplikującym dwa podwójne, naprzemienne ułożone rzędy tytanowych zszywek. Pozostałe parametry staplerów i ładunków według opisu. ”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

„Zadanie 2

2. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie ładunków o długości 30 mm, kolor niebieski, wysokość otwartej zszywki 3,8 mm, wysokość zamkniętej zszywki 1,5 mm ilość zszywek 30 lub kolor zielony, wysokość zszywki otwartej 4,5 mm, wysokość zszywki zamkniętej 2,0 mm, liczba rzędów zszywek – 2, ilość zszywek 30. Pozostałe parametry staplerów i ładunków według opisu. ”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

„Zadanie 2

3. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie uniwersalnej rączki automatycznego staplera szyjącego o długości 40 mm, posiadającej dwie dźwignie zamykającą do wysunięcia kolca i zamknięcia ładunku, spustową dla wystrzelenia), konstrukcja umożliwiająca obsługę jedną ręką, rączka załadowana ładunkiem aplikującym dwa podwójne, naprzemienne ułożone rzędy tytanowych zszywek. Pozostałe parametry staplerów i ładunków według opisu. ”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

„Zadanie 2

4. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie ładunków o długości 40 mm, kolor niebieski, wysokość otwartej zszywki 3,8 mm, wysokość zamkniętej zszywki 1,5 mm ilość zszywek 38 lub kolor zielony, wysokość zszywki otwartej

Sporządziła: Zofia Dombrowska

Sprawdziła:

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl





Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

4,5 mm, wysokość zszywki zamkniętej 2,0 mm, liczba rzędów zszywek – 2, ilość zszywek 38. Pozostałe parametry staplerów i ładunków według opisu.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7

„Zadanie 2

5. Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie ładunku koloru niebieskiego, wysokość zszywki otwartej 3,8 mm, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm ilość zszywek 64 lub ładunku koloru zielonego wysokość otwartej zszywki 4,5 mm, wysokość zamkniętej zszywki 2 mm, ilość zszywek 64. Pozostałe parametry staplerów i ładunków według opisu. ”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8

„Zadanie 2

6. Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie ładunku koloru niebieskiego, wysokość zszywki otwartej 3,8 mm, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm ilość zszywek 84 lub ładunku koloru zielonego wysokość otwartej zszywki 4,5 mm, wysokość zamkniętej zszywki 2 mm, ilość zszywek 84. Pozostałe parametry staplerów i ładunków według opisu. ”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9

„Zadanie 2

7. Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie ładunku koloru niebieskiego, wysokość zszywki otwartej 3,8 mm, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm ilość zszywek 104 lub ładunku koloru zielonego wysokość otwartej zszywki 4,5 mm, wysokość zamkniętej zszywki 2 mm, ilość zszywek 104. Pozostałe parametry staplerów i ładunków według opisu. ”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10

„Zadanie 2

8. Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści zaoferowanie staplerów okrężnych dwoma rzędami tytanowych zszywek, rozmiar średnicy zewnętrznej 24 (wysokość zszywek 4,5 mm), 26 (wysokość zszywek 4,5 mm), 29 (wysokość zszywek 4,8 mm) i 32 (wysokość zszywek 5,0 mm). Pozostałe parametry staplerów i ładunków według opisu. ”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11

„Zadanie 8

9. Czy zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie 3 klipsownic w rozmiarze L i 3 klipsownic w rozmiarze XL.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12

„Zadanie 8

10. Czy zamawiający w pozycji 2 i 3 dopuści zaoferowanie klipsów pakowanych po 6 sztuk w magazynku.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13

„Zadanie 2

Poz. 1, 3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy, automatyczny stapler liniowy szyjący, z kolorowym wskaźnikiem pokazującym różne fazy odpalenia staplera (otwarty, półzamknięty, zamknięty- zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki poza obszar zespolenia; odpalony), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki, opuszczaną manualnie lub automatycznie, posiadający jedną dźwignię zamykająco-spustową, z wymiennymi ładunkami. Aplikuje podwójny, naprzemiennie ułożony rząd zszywek, wykonanych ze stopu tytanowy, zszywki po zamknięciu tworzące kształt litery B. Ładunki przeznaczone do użycia dla tkanki standardowej i grubej. Z możliwością zastosowania dwóch różnych wysokości ładunków w jednej ręczce i 8-krotnego wystrzelenia. Łatwy w użyciu. Budowa staplera umożliwiająca obsługę jedną dłonią - w przypadku opuszczenia pinezki za pomocą dźwigni zamykająco-spustowej lub drugą ręką - manualnie za pomocą suwaka umieszczonego na górze staplera?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów zawartych w SWZ.

Sporządziła: Zofia Dombrowska
Sprawdziła:

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**

Pytanie 14

„Zadanie 2

Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy, stapler liniowy tnąco-szyjący, załadowany ładunkiem, z nożem wbudowanym w ładunek, długość linii cięcia 62,9 mm, długość linii szwu 65,1 mm, pozostałe parametry wg SWZ?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 15

„Zadanie 2

Poz. 7

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy, stapler liniowy tnąco-szyjący, załadowany ładunkiem, z nożem wbudowanym w ładunek, długość linii cięcia 96 mm, długość linii szwu 103 mm, pozostałe parametry wg SWZ?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16

„Zadanie 2

Poz. 9

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy, stapler liniowy tnąco-szyjący, załadowany ładunkiem, z nożem wbudowanym w ładunek, długość linii cięcia 62,9 mm, długość linii szwu 65,1 mm, pozostałe parametry wg SWZ?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17

„Zadanie 2

Poz. 11

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony z dwoma rzędami zszywek, wykonanych ze stopu tytanu, w rozmiarach:

24 mm, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,4-2,2 mm, zszywki o wysokości 4,5 mm

26 mm, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,6-2,4 mm, zszywki o wysokości 4,8 mm

29 mm, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,6-2,4 mm, zszywki o wysokości 4,8 mm

32 mm, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,8-2,6 mm, zszywki o wysokości 5,0 mm

Ergonomiczna konstrukcja, ze wskaźnikiem optymalnego momentu strzału. Stapler wyposażony w blokadę bezpieczeństwa. Pokrętko regulacyjne „motylkowe,, ułatwiające zamykanie i otwieranie staplera?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18

„1. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19

„2. W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów z „... od dnia zgłoszenia (...)” na „... od dnia uznania reklamacji”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20

„3. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

1) w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy wyrobów za każdy dzień zwłoki w dostawie, począwszy od dnia następującego po upływie terminu określonego w § 3 ust. 2 umowy do dnia zrealizowania dostawy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy;

2) w wysokości 0,5% wartości brutto wyrobów, których dotyczy reklamacja, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania; przed naliczeniem kary umownej z

Sporządziła: Zofia Dombrowska

Sprawdziła:

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Fieldorfa 2,54-049 Wrocław

e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

tego tytułu Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowego wykonania umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto produktów będących przedmiotem umowy, których dotyczy reklamacja;

3) w wysokości 0,5% wartości brutto umowy, wskazanej w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z § 3 ust. 11, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto umowy;"

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21

„Zadanie 2

1. Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego czy w pozycjach, w których znajdują się ładunki do staplerów (tj. pozycja nr.: 2,4,6,8,10) nie doszło do omyłki w przypisanych jednostkach miary i czy zamiast opakowań jednostką miary powinny być sztuki?"

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji „Formularza cenowego” w zakresie Zadania 2 poz. 2, 4, 6, 8, 10. W załączeniu „Formularz cenowy – ZMIANA II”.

Pytanie 22

„Zadanie 2

1. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr.: 2,4,6,8,10 z ładunkami pakowanymi po 6 sztuk w opakowaniu zbiorczym."

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.


Ponadto w związku z licznymi pytaniami zadanymi do ww. postępowania oraz zmianami SWZ Zamawiający w oparciu o art. 135 i art. 137 ustawy Pzp, przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 09.08.2023r., miejsce i godziny pozostają bez zmian. Jednocześnie zmianie ulega termin związania ofertą do dnia 06.11.2023r. Wobec powyższego zmianie ulega pkt. 1 Rozdziałów XIV, XVII, XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie zmiany ww. terminów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Jednocześnie Zamawiający przypomina zapis Rozdziału XV pkt. 8 SWZ „Jeśli Zamawiający zmieni opis przedmiotu zamówienia zawarty w „Formularzu cenowym” bądź „Ofercie Wykonawcy” ofertę należy złożyć z naniesioną poprawką. Niedopuszczalne jest, by opis oferowanego przedmiotu zamówienia był inny niż miałyby być realizowany.

Załączniki:

„Zał. Nr 2 do SWZ „Formularz cenowy – zmiana II”

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

mgr Tomasz Dymyt

Sporządziła: Zofia Dombrowska 
Sprawdziła:

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**

FORMULARZ CENOWY - ZMIANA II

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa	Producent	Nr katalogowy (jeżeli dotyczy)	j.m.	Ilość zamówienia podstawowego	Cena j. netto w zł	stawka VAT %	Kwota j. VAT w zł	Cena j. brutto w zł	Wartość netto zamówienia podstawowego w zł	Kwota VAT zamówienia podstawowego w zł	Wartość brutto zamówienia podstawowego w zł	Ilość objęta prawem opcji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	8x9	8+10	7x8	7x10	7x11	x	
ZADANIE 1															
1	Ładunki hemostazyjne typu ScaP-fix FFO13P (magazynek = 10 zapinek) kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem firmy Aesculap, sterylne, pakowane pojedynczo				mag	1200									720,0
ZADANIE 2															
1	Jednorazowa uniwersalna ręczka automatycznego staplera liniowego szyjącego o długości 46 mm, posiadająca jedną 3 etapową dźwignię (1 etap - wysunięcie kolca stabilizującego, 2 etap - zamknięcie, 3 - etap wystrzelenie) z wymiennymi ładunkami, aplikuje podwójny, naprzemiennie ułożony rząd tytanowych zszywek, zszywki po zamknięciu tworzące kształt litery B. Przeznaczona do użycia dla tkanki standardowej i grubej. Z możliwością zastosowania dwóch różnych wysokości ładunków w jednej ręczce i 8-krotnego wystrzelenia. Dzięki jednej 3 etapowej dźwigni łatwy w użyciu, obsługa jedną ręką (zamykanie, wystrzelenie, zwalnianie)				szt.	200									120,0
2	Jednorazowy ładunek do uniwersalnego, automatycznego staplera liniowego szyjącego o długości 46 mm, kolor NIEBIESKI; liczba rzędów 2, wysokość zszywki otwartej 3,5 mm, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm, ilość zszywek 15, lub kolor ZIELONY; liczba rzędów 2, wysokość zszywki otwartej 4,8 mm, wysokość zszywki zamkniętej 2 mm, ilość zszywek 15 **				szt.	200									120,0
3	Jednorazowa uniwersalna ręczka automatycznego staplera liniowego szyjącego o długości 60mm, posiadająca jedną 3 etapową dźwignię (1 etap - wysunięcie kolca stabilizującego, 2 etap - zamknięcie, 3 - etap wystrzelenie) z wymiennymi ładunkami, aplikuje podwójny, naprzemiennie ułożony rząd tytanowych zszywek, zszywki po zamknięciu tworzące kształt litery B. Przeznaczony do użycia dla tkanki standardowej i grubej. Z możliwością zastosowania dwóch różnych wysokości ładunków w jednej ręczce i 8-krotnego wystrzelenia. Dzięki jednej 3 etapowej dźwigni łatwy w użyciu, obsługa jedną ręką (zamykanie, wystrzelenie, zwalnianie)				szt.	340									204,0
4	Jednorazowy ładunek do uniwersalnego, automatycznego staplera liniowego szyjącego o długości 60 mm, kolor NIEBIESKI; liczba rzędów 2, rodzaj tkanki Standardowa, wysokość zszywki otwartej 3,5 mm, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm, ilość zszywek 21 lub kolor ZIELONY; liczba rzędów 2, rodzaj tkanki Standardowa, wysokość zszywki otwartej 4,8 mm, wysokość zszywki zamkniętej 2 mm, ilość zszywek 21 **				szt.	20									12,0
5	Jednorazowa uniwersalna ręczka staplera liniowego tnąco-szyjącego z nożem wbudowanym w ładunek. Stapler z dwustronną dźwignią do wystrzelenia ładunku wraz z przysiękiem szybkiego zwalniania. Z zabezpieczeniem przed przypadkowym wystrzeleniem podczas wspólnego przegolowywania tkanki. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Przeznaczony do użycia dla tkanki standardowej i grubej. Z możliwością zastosowania dwóch różnych wysokości ładunków w jednej ręczce i 8 krotnego załadowania. Długość linii cięcia 60 mm, Długość linii szwu minimum 64mm				szt.	25									15,0

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa	Producent	Nr katalogowy (jeżeli dotyczy)	J.m.	Ilość zamówienia podstawowego	Cena j. netto w zł	stawka VAT %	Kwota j. VAT w zł	Cena j. brutto w zł	Wartość netto zamówienia podstawowego w zł	Kwota VAT zamówienia podstawowego w zł	Wartość brutto zamówienia podstawowego w zł	Ilość objęta prawem opcji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	x	x	x	x	x	x	x	x	8x9	8+10	7x8	7x10	7x11	x
6	Ładunek do uniwersalnego staplera liniowego Inaco-szyjącego 60mm z wbudowanym nożem z zabezpieczeniem noża po wysrżeleniu dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku, ze wskaźnikiem końca linii cięcia, zszywki po zamknięciu tworzące kształt litery B, kolor NIEBIESKI. Liczba rzędów 4, wysokość zszywki otwartej 3,80 mm, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm, ilość zszywek 64 lub kolor ZIELONY. Liczba rzędów 4, wysokość zszywki otwartej 4,80 mm, wysokość zszywki zamkniętej 2 mm, ilość zszywek 64**. (Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego*)				szt.	12								7,0
7	Jednorazowa uniwersalna ręczka staplera liniowego Inaco-szyjącego z nożem wbudowanym w ładunek. Stapler z dwustronną dźwignią do wysrżelenia ładunku wraz z przyciskiem szybkiego zwalniania. Z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysrżeleniem podczas wspólnego przygotowywania ikanki. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Przeznaczony do użycia dla ikanki standardowej i grubej. Z możliwością zastosowania dwóch różnych wysokości ładunków w jednej ręczce i 8-krotnego użycia. Długość linii cięcia 80 mm, Długość linii szwu minimum 84 mm				szt.	400								240,0
8	Ładunek do uniwersalnego staplera liniowego Inaco-szyjącego 80mm z wbudowanym nożem z zabezpieczeniem noża po wysrżeleniu dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku, ze wskaźnikiem końca linii cięcia, zszywki po zamknięciu tworzące kształt litery B kolor NIEBIESKI. Liczba rzędów 4, wysokość zszywki otwartej 3,80 mm, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm, ilość zszywek 84 lub kolor ZIELONY. Liczba rzędów 4, wysokość zszywki otwartej 4,80 mm, wysokość zszywki zamkniętej 2 mm, ilość zszywek 84**. (Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego*)				szt.	800								480,0
9	Jednorazowa uniwersalna ręczka staplera liniowego Inaco-szyjącego z nożem wbudowanym w ładunek. Stapler z dwustronną dźwignią do wysrżelenia ładunku wraz z przyciskiem szybkiego zwalniania. Z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysrżeleniem podczas wspólnego przygotowywania ikanki. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Przeznaczony do użycia dla ikanki standardowej i grubej. Z możliwością zastosowania dwóch różnych wysokości ładunków w jednej ręczce i 8-krotnego użycia. Długość linii cięcia 100 mm, Długość linii szwu minimum 104 mm				szt.	35								21,0
10	Ładunek do uniwersalnego staplera liniowego Inaco-szyjącego 100mm z wbudowanym nożem z zabezpieczeniem noża po wysrżeleniu dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku, ze wskaźnikiem końca linii cięcia, zszywki po zamknięciu tworzące kształt litery B kolor NIEBIESKI. Liczba rzędów 4, wysokość zszywki otwartej 3,80 mm, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm, ilość zszywek 84 lub kolor ZIELONY. Liczba rzędów 4, wysokość zszywki otwartej 4,80 mm, wysokość zszywki zamkniętej 2 mm, ilość zszywek 104**. (Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego*)				szt.	72								43,0

R

EZ/798/402/22

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa	Producent	Nr katalogowy (jeżeli dotyczy)	j.m.	Ilość zamówienia podstawowego	Cena j. netto w zł	stawka VAT %	Kwota j. VAT w zł	Cena j. brutto w zł	Wartość netto zamówienia podstawowego w zł	Kwota VAT zamówienia podstawowego w zł	Wartość brutto zamówienia podstawowego w zł	Ilość objęta prawem opcji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	8x9	8+10	7x8	7x10	7x11	x	
11	Stapler okrężny jednorozowego użytku zakrzywiony z trzema rzędami tytanowych zszywek o wysokości zszywek 4,5 mm przed zamknięciem. Ergonomiczna konstrukcja, ze wskaźnikiem optymalnego momentu siłzatu. Stapler wyposażony w blokadę bezpieczeństwa, zapobiegającą przypadkowemu oddaniu siłzatu, przed i po zespoleniu, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zszywek w zakresie od 1-2,5 mm. Pokrętko regulacyjne „molykove”, ułatwiające zamykanie i otwieranie staplera. Rozmiar średnicy zewnętrznej 25, 26, 29, 32				szt.	36								21,0	
ZADANIE 3															
1	Klipsy tytanowe w rozmiarze M* (długość zamkniętego klipsa 4,70mm), ML* (długość klipsa zamkniętego 9,00 mm), kompatybilne z aplikatorami GRENA Ligav, pakowane w magazynki po 6 sztuk, klipsy w kształcie V, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie, do każdego zasobnika z klipsami dołączona wkładka o kartoteki pacjenta z danymi, nazwa, materiał z jakiego wykonany jest klips, nr serii i data ważności, 1 opakowanie = 20 magazynków = 120 sztuk				op.	31								18,0	
ZADANIE 4															
1	Klipsy tytanowe w rozmiarze M*, ML* (długość klipsa zamkniętego 9,10 mm) kompatybilne z aplikatorami AESCULAP, pakowane w magazynki po 6 sztuk, klipsy w kształcie podkowy, posiadające tylko zewnętrzne rowkowanie, do każdego zasobnika z klipsami dołączona wkładka o kartoteki pacjenta z danymi: nazwa, materiał z jakiego wykonany jest klips, nr serii i data ważności, 1 opakowanie = 20 magazynków = 120 sztuk.				op.	4								2,0	
2	Dzierżawa klipsownicy laparoskopowej z artykulacją 60° do klipsów tytanowych, do rozmiaru ML, 50° ruchomości + 10° zagięcia szcęk tj. 60° efektywnej artykulacji; nierozbieralna, blokada szcęk, 2 pokręta (rotacja 360° oraz artykulacja), średnica 10 mm, długość robocza 36 cm, kompatybilna z poz. 1.				m-c	36								12,0	
ZADANIE 5															
1	Klucz dynamometryczny 23*, 36* ślepy, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem tkankowym CUSA. Op-6szt.				op.	42								25,0	
ZADANIE 6															
1	Ostrza kompatybilne z dermatotomem firmy Zimmer. Jednorozowe, pakowane pojedynczo. 1 op = 10 szt.				op.	5								3,0	
ZADANIE 7															
1	Ostrza kompatybilne z dermatotomem firmy Aesculap. Jednorozowe, pakowane pojedynczo. 1 op = 10 szt.				op.	12								7,0	
2	Płytki kompatybilne z dermatotomem firmy Aesculap o rozmiarach 1.3, 1.15, 1.6. Jednorozowa, pakowana pojedynczo. 1 op = 10 szt.				op.	6								3,0	
RAZEM															
RAZEM															

2

EZ/1798/402/22

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa	Producent	Nr katalogowy (jeżeli dotyczy)	J.m.	Ilość zamówienia podstawowego	Cena j. netto w zł	stawka VAT %	Kwota j. VAT w zł	Cena j. brutto w zł	Wartość netto zamówienia podstawowego w zł	Kwota VAT zamówienia podstawowego w zł	Wartość brutto zamówienia podstawowego w zł	Ilość objęta prawem opcji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	x	x	x	x	x	x	x	x	8x9	8+10	7x8	7x10	7x11	x
ZADANIE 8														
1	Klipsownica uniwersalna do klipsów polimerowych L* i XL*, rozbielana, wielorazowego użytku; komplet składający się z: rękojści z tubusem, insertu do klipsów L, insertu do klipsów XL.				szt.	6								3.0
2	Klipsy polimerowe niewchłaniające duże L* i bardzo duże XL*, pakowane w magazynki po 2 sztuki z taśmą samoprzylepną. Sterylne.				mag	500								300,0
3	Klipsy polimerowe niewchłaniające duże L* i bardzo duże XL*, pakowane w magazynki po 4 sztuki z taśmą samoprzylepną. Sterylne.				mag	1000								600,0
4	Klipsy polimerowe niewchłaniające duże L* i bardzo duże XL*, pakowane w magazynki po 6 sztuki z taśmą samoprzylepną. Sterylne.				mag	500								300,0
										RAZEM				x
ZADANIE 9														
1	Klips tytanowy SIM dl 4.8mm (1 op. 15 mag po 6 klipsów) kompatybilny z posiadaną klipsownicą Aesculap				op.	12								7.0
ZADANIE 10														
1	Klipsy endoskopowe do posiadanej wielorazowej klipsownicy Model HX - 110UR o minimalnej średnicy kanału roboczej i długości roboczej 2300 mm (6-9 mm*), kąt od 90-135*) 10ps=40 sztuk				op.	4								2.0
ZADANIE 11														
1	JEDNORAZOWE PINY do przeziernego uchwytu kości czażki, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem Doro Top=36 sztuk				op.	3								1.0
ZADANIE 12														
1	Ostrza do skalpela 15-c. sterylne ostrza chirurgiczne wykonane ze stali węglowej. - na każdym ostrzu wygrawerowany jest jego numer wraz z nazwą i krajem producenta - opakowanie zbiorcze 100szt. - na opakowaniu zbiorczym jest opis w języku polskim, nr serii oraz data ważności produktu, nr katalogowy produktu, rysunek ostrza oraz oznaczenie nr ostrza. Na opakowaniu zbiorczym znajduje się informacja, z jakim typem rękojści ostrza mogą być stosowane - ostrza pakowane pojedynczo w folię ochronną				op.	21								12.0
2	Ostrza do skalpela 15 sterylne ostrza chirurgiczne wykonane ze stali węglowej. - na każdym ostrzu wygrawerowany jest jego numer wraz z nazwą i krajem producenta - opakowanie zbiorcze 100szt. - na opakowaniu zbiorczym jest opis w języku polskim, nr serii oraz data ważności produktu, nr katalogowy produktu, rysunek ostrza oraz oznaczenie nr ostrza. Na opakowaniu zbiorczym znajduje się informacja, z jakim typem rękojści ostrza mogą być stosowane - ostrza pakowane pojedynczo w folię ochronną				op.	21								12.0
										RAZEM				x

EZ/798/402/22

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa	Producent	Nr katalogowy (jeżeli dotyczy)	j.m.	Ilość zamówienia podstawowego	Cena j. netto w zł	stawka VAT %	Kwota j. VAT w zł	Cena j. brutto w zł	Wartość netto zamówienia podstawowego w zł	Kwota VAT zamówienia podstawowego w zł	Wartość brutto zamówienia podstawowego w zł	Ilość objęta prawem opcji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	x	x	x	x	x	x	x	x	8x9	8+10	7x8	7x10	7x11	x
ZADANIE 13														
1	Lekki jednorazowy sterylny stapler skórnym z 35 zszywkami, wskaźnikiem ilości zszywek w staplerze. Uchwyt staplera wygodny pod opłymalnym kątem, zapewniający dobrą widoczność brzożów zamykanej rany. Zszywki prostokątne o wymiarach "grzebień" 6,9mm - 7mm, "nożyka" 4,2mm - 4,5mm powlekane teflonem o przekroju poprzecznym minimum 0,58mm.				szt	3000								1800,0
2	Jednorazowy rozszywacz do staplera skórnego kompaktowy z poz. 1.				szt	3000								1800,0
ZADANIE 14														
x														
1	Wielorazowy system zamykania naczyń (za wyjątkiem nożyka) o średnicy do 7 mm z rozpoznawaniem narzędzi z jednoczesnym cięciem, długość 370mm, średnica 10 mm na minimum 50 zabiegów. Końcówka robocza delikatnie zagięta kompaktowy z posiadaną diatermią maxium KLS Martin				szt	6								3,0
2	Wielorazowy system zamykania naczyń (za wyjątkiem nożyka) o średnicy do 7 mm z rozpoznawaniem narzędzi z jednoczesnym cięciem, długość 200mm, średnica 10 mm na minimum 50 zabiegów. Końcówka robocza delikatnie zagięta kompaktowy z posiadaną diatermią maxium KLS Martin				szt	6								3,0
3	Osirze do instrumentów do zamykania i cięcia naczyń kompaktowe z narzędziami z pozycji 1,2 op=6szt				op	100								60,0
										RAZEM				RAZEM
x														

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z pkt. 5 Rozdział III SWZ.

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i powinny być liczbą dodatnią, tj. liczbą większą od zera.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji, we wszystkich dostępnych źródłach, danych dotyczących zaferowanych w niniejszym postępowaniu wyrobów medycznych.

*Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia rozmiaru przy składaniu każdorazowego zamówienia.

** Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia koloru przy składaniu każdorazowego zamówienia.

(Data: kwalifikowany podpis elektroniczny)

Załącznik nr 2 do SWZ

EZ/798/402/22