



WszSL.FZ.381./31/465/2022

Legnica 03.08.2022 r.

Do wszystkich zainteresowanych

**Dotyczy:**

**Postępowania przetargowego O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO RÓŻNEGO**

znak sprawy: WSzSL/FZ-57/22

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021poz.1129 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

**Dotyczy Części 7 -Wideolaryngoskop bezprzewodowy -2 szt**

**Pytanie 1** - Czy w pozycji 5 Zamawiający dopuści wideolaryngoskop z graficznym wskaźnikiem pozostałego czasu działania akumulatora?

**W odpowiedzi na pytanie:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

**Pytanie 2** - Czy w pozycji 6 Zamawiający dopuści wideolaryngoskop z wbudowanym akumulatorem zapewniającym 240 minut pracy? W komplecie zasilacz umożliwiający ponowne naładowanie akumulatora?

**W odpowiedzi na pytanie:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

**Pytanie 3** - Czy w pozycji 8 Zamawiający dopuści wideolaryngoskop o wadze 255g?

**W odpowiedzi na pytanie:** Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

**Pytanie 4** - Czy w pozycji 9 Zamawiający dopuści rękojeść wideolaryngoskopu o ochronie IPx0, nadającą się do sterylizacji w plazmie lub gazie po odłączeniu monitora?

**W odpowiedzi na pytanie:** Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

**Dotyczy Części 5- Łóżko do przewozu chorych -1sztuka**

**Pytanie 5** - Ad. 3 - Czy Zamawiający dopuści leże skonstruowane w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie wózka bez konieczności udowadniania jednolitości odlewu platformy leża?

**W odpowiedzi na pytanie:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

**Pytanie 6** - Ad. 7 - Czy Zamawiający dopuści 185 kg wagi pacjenta przy spełnieniu maksymalnego dopuszczalnego obciążenia wózka?

**W odpowiedzi na pytanie:** Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

**Pytanie 7** - Ad. 8 - Czy Zamawiający dopuści 2040 mm długości wózka?

**W odpowiedzi na pytanie:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).



**Pytanie 8 - Ad. 9 - Czy Zamawiający dopuści 810 mm szerokości z opuszczonymi barierkami?**

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 9 - Ad. 10 - Czy Zamawiający dopuści 810 mm szerokości z podniesionymi barierkami?**

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 10 - Ad. 11 - Czy Zamawiający dopuści 1900 mm długości leża przy spełnieniu parametru jego szerokości?**

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 11 - Ad. 12 - Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający od strony głowy dwa składane uchwyty do manewrowania wózkiem, a od strony nóg uchwyty demontowane bez użycia narzędzi?**

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 12 - Ad. 13 - Czy Zamawiający dopuści piąte koło w stałym kontakcie z podłożem?**

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 13 - Ad. 18 - Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w zintegrowane barierki boczne opuszczane do poziomu leża wózka, z elementami metalowymi oraz z wysokoodpornego na uszkodzenia tworzywa, składane poniżej poziomu materaca?**

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 14 - Ad. 20 - Czy Zamawiający dopuści wózka bez konieczności unoszenia segmentu nóg w celu przeprowadzenia dekontaminacji?**

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 15 - Ad. 25 - Czy Zamawiający dopuści materac piankowy w pokrowcu wykonanym z nieprzemakalnego, ognioodpornego oraz antybakteryjnego materiału? Materac jest łatwy w utrzymaniu czystości.**

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

#### **Dotyczy Części 2-Łóżko sterowane elektrycznie – 16 sztuk**

**Pytanie 16 - Czy Zamawiający dopuści łóżka z przedłużeniem leża bezstopniowym blokowanym za pomocą rękojeści?**

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 17 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z podstawą o szerokości 76 cm?**

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**



**Pytanie 18** - Czy Zamawiający dopuści łóżko z podstawą o długości 168 cm?

**W odpowiedzi na pytanie:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

**Pytanie 19** - Czy Zamawiający dopuści łóżko regulacją wysokości od najniższej do najwyższej w czasie 35 sekund?

**W odpowiedzi na pytanie:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

**Pytanie 20** - Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym panelami z tworzywa HPL – po jednym panelu w każdym segmencie, panele mocowane na stałe?

**W odpowiedzi na pytanie:** Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

**Pytanie 21** - Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym panelami z tworzywa HPL – po jednym panelu w każdym segmencie, panele odejmowane bez graficznej informacji o kierunku montażu paneli?

**W odpowiedzi na pytanie:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

**Pytanie 22** - Czy zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji w postaci ramion wznoszących podparte w 6 pkt.?

**W odpowiedzi na pytanie:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

**Pytanie 23** - Czy zamawiający dopuści łóżko tylko z funkcją autoregresji segmentu pleców?

**W odpowiedzi na pytanie:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

**Pytanie 24** - Czy Zamawiający dopuści łóżko z autoregresją w segmencie uda 2,5cm?

**W odpowiedzi na pytanie:** Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

**Pytanie 25** - Czy Zamawiający dopuści łóżko bez funkcji zaawansowanej autoregresji?

**W odpowiedzi na pytanie:** Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

#### Dotyczy Części 3-Szafka przyłóżkowa -16 sztuk

**Pytanie 26** - Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 85cm?

**W odpowiedzi na pytanie:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

**Pytanie 27** - Czy Zamawiający dopuści szafkę głębokości 43cm?

**W odpowiedzi na pytanie:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).



**Pytanie 28** - Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości 57 cm?

**W odpowiedzi na pytanie:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).


**Dotyczy Części 7- Videolaryngoskop bezprzewodowy -2 szt**

**Pytanie 29-** Tabela A, lp. 1: Czy zamawiający dopuści Video laryngoskop bezprzewodowy ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem LCD ale większy ekran o wymiarach 2,7"? Ponadto posiada on możliwość nagrywania przebiegu badania oraz robienia zdjęć jednym przyciskiem

**W odpowiedzi na pytanie:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

**Pytanie 30-** Tabela A, lp. 7: Czas pracy baterii litowej. Czy zamawiający dopuści czas pracy baterii litowej do 120 minut?

Zdjęcie produktu:



**W odpowiedzi na pytanie :** Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody

**Pytanie 31-** Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę terminu dostawy łóżka z 8 tyg na 12 tyg?

**W odpowiedzi na pytanie:** Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowany termin dostawy modyfikując jednocześnie SWZ.

**Dotyczy Części 9 - Narzędzia laparoskopowe**

**Pytanie 32** – Dotyczy część 9, poz. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę na wielorazowy trokar laparoskopowy śr. 5,5 mm lub 11 mm, z mechanizmem dźwigni otwierającym klapkę, z zaworem do insuflacji CO2, z szafem gładkim metalowy, długość 150 mm – 4 szt., z 2 kompatybilnymi gwoździami?

**W odpowiedzi na pytanie:** Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

**Pytanie 33** – Dotyczy część 9, poz. 8: czy Zamawiający wyrazi zgodę na wielorazowe trokary laparoskopowe śr. 5,5 mm zamiast 5 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**W odpowiedzi na pytanie:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

**Uwaga!**

1. Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
2. Jednocześnie informujemy, iż ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert na dzień 22.08.2022r. godziny i miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Ulega zmianie termin związania ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 15-11-2021 r.
3. Odnośnie zmiany w SWZ w wyniku udzielonych odpowiedzi na zapytania zostały naniesione czcionką koloru czerwonego.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Ekonomiczno-Finansowych  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy  
z poważaniem,  
mgr inż. Andrzej Bukoloczyk