



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 6

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z / 572 /2022

Data: 11.02.2022r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o. Znak Sprawy: 377 / 2022.

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 dot. Pakietu 1 poz. 1 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Prosimy o dopuszczenie asortymentu o cechach:

Rękawice diagnostyczne, lateksowe bezpydrowe do wysokiego ryzyka, z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, kształt anatomiczny, długość min. 270 mm - 285 mm w zależności od rozmiaru. AQL $\leq 1,5$, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Badania na przenikalność wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO374- 5. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 oraz EN 374-3 oraz przebadane na penetrację cytotatyków zgodnie z ASTM D 6978. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Pakowane w dwuprzegrodowe dyspensery po max 50 par, opis na opakowaniu rozróżniający rękawice na lewą i prawą rękawicę. Rozmiary od 6,0 do 8,5 co 0,5.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 2 dot. Pakietu 3 poz. 1 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych o długości min. 260- 280 mm, dopasowanej do rozmiaru, średnia grubość na palcu 0,20 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 3 dot. Pakietu 3 poz. 2 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych o długości min. 260- 280 mm, dopasowanej do rozmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 4 dot. Pakietu 3 poz. 3 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Prosimy o wyłączenie poz. 3 z Pakietu 3 i utworzenie nowego Pakietu, np. 3A. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 5 dot. Pakietu 3 poz. 4 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Prosimy o dopuszczenie rękawic o średniej grubości: na palcu 0,19 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.



PYTANIE nr 6 dot. Pakietu 4 poz. 1 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Prosimy o dopuszczenie rękawic oznakowanych jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii I z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 7 dot. Pakietu 5 poz. 1 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, ortopedycznych, lateksowych bezpudrowych z wewnętrzną warstwą polimerową hydrożelową ułatwiająca zakładanie, wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC. AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, długość min. 280-295 mm (w zależności od rozmiaru).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

