



Olsztyn, dn. 28 czerwca 2023 r.

Nr sprawy 25/2023

Wszyscy uczestnicy postępowania

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest „Dostawa wyrobów medycznych dla Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej”.

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zestaw 1.

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie:

Zadanie nr 2 poz.1 : Zestaw do nefrostomii w rozm. 6 i 9 CH . W skład zestawu wchodzi cewnik pigtai wykonany z poliuretanu z blokadą o dł 22-30 cm, metalowy obturator z igłą typu Trokar, igła Chiba 18G/20 cm, igła punkcyjna 18G/20cm, prowadnica 0,038”, zestaw rozszerzaczy, łącznik do worka na mocz z lejkiem, worek na mocz, skalpel, dysk mocujący z opaską zaciskową.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

Zadanie nr 2 poz.2 : Zestaw do nefrostomii 3 stopniowej w rozm. 8; 9; 10; 12; 14 CH . W skład zestawu wchodzi cewnik pigtai wykonany z poliuretanu o dł 22-30 cm, metalowy obturator, igła Chiba 18G/20 cm, igła punkcyjna 18G/20cm, prowadnica 0,038” x 80 cm, zestaw 3 rozszerzaczy, łącznik do worka na mocz z lejkiem, worek na mocz, skalpel, dysk mocujący z opaską zaciskową. Strzykawka Luer lock w osobnym opakowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

Zadanie nr 2 poz.3 : Zestaw do szynowania moczowodów z prowadnicą 0,038” i dł. 150 cm, popychaczem o dł. 45 cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

Zadanie nr 2 poz.4 : Prowadnica pokryta PTFE o dł. 150 cm z końcówką w części dystalnej „J” miękką na długości 5 cm bez oplotu .Kończówka proksymalna prosta, gładka

bez oplotu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

Zadanie nr 5 : Elastyczna igła do podawania botoksu o średnicy 22G i długości 66 cm , umieszczona w ochronnej tubie z ostrzem o długości 4 mm ze szlifem pod kątem 15 stopni. Igła z wygodnym uchwytem, blokadą wysunięcia ostrza i łącznikiem Luer Lock.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

Zadanie nr 7 : Zestaw rozszerzadeł Amplatz z koszulkami:

Sonda prowadząca o dł. 80 cm

3 rozszerzadła z portem o dł. 22 cm i śr. 6-10 Fr

10 rozszerzadeł Amplatz o śr. 12-30 Fr i dł. 30 cm

4 koszulki do najszerzych rozszerzadeł

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

Zestaw 2.

1. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na ww. formę komunikacji jednak zapisów projektu umowy nie zmienia.

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy i w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy naliczane będą przez Zamawiającego kary umowne w następujących sytuacjach i wysokościach:

1) w przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu dostawy, o którym mowa w § 3 ust.1, z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność lub w przypadku realizowania dostaw niezgodnie z zamówieniem pod względem asortymentu, jakości bądź ilości w wysokości 0,2% za każdy dzień roboczy zwłoki (poniedziałek – piątek oprócz dni ustawowo wolnych od pracy) w stosunku do terminu określonego w §3 ust. 1 licząc od wartości brutto zamówionych a niedostarczonych w uzgodnionym terminie asortymentów, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto **zamówionych a niedostarczonych w uzgodnionym terminie asortymentów**

2) gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10 % wartość brutto **niezrealizowanej części** Umowy,

3) jeżeli Wykonawca odmówił realizacji zamówienia jednostkowego i Zamawiający dokonał zakupu interwencyjnego u innego Dostawcy – w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówionej a niedostarczonej partii towarów, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej a niedostarczonej partii towarów**

4) w przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu rozpatrzenia reklamacji, o którym mowa w § 3 ust. 7 w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki licząc od wartości brutto reklamowanych asortymentów, jednak nie więcej niż 10% wartości **niezrealizowanej części** Umowy brutto określonej w § 4 ust. 1,

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

Zestaw 3.

Pytanie 2 dotyczy Pakiet 8 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu urologicznego o poniższym składzie i parametrach:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm (wzmocnienie 80x190cm)
- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 185x200/260cm posiadająca : zintegrowane nogawice, torbę na płyny z sitem, zaworkiem i kształtownikiem, 2 samoprzylepne okna : okno nadłonowe o średnicy 7cm i okno do obłożenia okolic krocza o wymiarach 7x10cm, a także bezlateksową osłonę na palec o średnicy 3,5cm
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm

Serwety wykonane dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu o gramaturze min. 62 g/m² o odporności na przenikanie płynów w strefie krytycznej min. 200 cm H₂O, odporności na rozerwanie na sucho / mokro w obszarze krytycznym min. 300/200 kPa.

Na opakowaniu etykiety samoprzylepne zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta/importera.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie dotyczy Pakiet 8 poz 2

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu urologicznego o poniższym składzie i parametrach:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm (wzmocnienie 80x190cm)
- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x300cm posiadająca samoprzylepny otwór 20x23 cm, worek do zbiórki płynów pod otworem 60x120cm.

Serweta wykonana z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu o gramaturze min. 62 g/m² o odporności na przenikanie płynów w strefie krytycznej min. 200 cm H₂O,

odporności na rozerwanie na sucho / mokro w obszarze krytycznym min. 300/200 kPa.
Na opakowaniu etykiety samoprzylepne zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta/importera

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

Zestaw 4.

SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby rozliczenia dokonywane były z członkiem konsorcjum? Składając ofertę w konsorcjum wszyscy jego członkowie ponoszą wspólną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.

Odpowiedź:

Konsorcjum jest umową gospodarczą zawieraną w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia, dla odniesienia wspólnych korzyści przy solidarnym ponoszeniu ryzyka. Celem zawiązania konsorcjum jest wspólne działanie w realizacji konkretnego przedsięwzięcia gospodarczego, które ze względu na potencjał finansowy, logistyczny, techniczny lub organizacyjny przekracza możliwości jednego podmiotu. Zazwyczaj w umowie konsorcjum wyznacza się Lidera Konsorcjum, który upoważniony jest do reprezentowania konsorcjum przed Zamawiającym, we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem oraz rozliczeniem umowy, a także odpowiedzialny jest za kierowanie i kontrolowanie wykonania umowy. Powszechną praktyką jest, że to lider konsorcjum otrzymuje całe wynagrodzenie z tytułu wszystkich prac wykonanych przez uczestników konsorcjum na rzecz zamawiającego, zaś następnie lider w ramach rozliczeń wewnątrz konsorcjum dokonuje podziału wypłaty wynagrodzenia pomiędzy uczestników. Zatem, jeżeli umowa konsorcjum przewiduje powołanie lidera konsorcjum, to wówczas rozliczenia umowy będą z nim dokonywane.

Pytania dotyczące treści umowy:

1. Czy Zamawiający zgadza się aby do wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: *„Strony mogą jednak zmienić ceny również w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?*

Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

2. Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze

zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź:

Zgodnie z §5 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy „strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następujących okolicznościach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy czym ceny netto Przedmiotu Umowy pozostają bez zmian, a stosownej zmianie ulegają ceny brutto, odpowiedniej zmianie ulega również całkowita wartość Przedmiotu Umowy brutto określona w §4 ust. 1 Umowy”.

Zestaw 5.

Zadanie 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z balonem 30ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

Zadanie 6, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik Dufour dostępny w dwóch rozmiarach Ch18 i Ch20?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

Zadanie 6, pozycja 4-5

Czy Zamawiający oczekuje cewników wykonanych z 100% silikonu?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Zadanie 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², dolna część serwety wykonana z niebieskiej folii PE:

- 1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzuszny o średnicy 6 cm oraz kroczywym 6 cm, zintegrowana z bezłateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm z włókniny typu spunlance
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm z włókniny typu spunlance

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

Zadanie 8, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o

gramaturze 60 g/m².

- 1 x serweta o wymiarach 180cm x 300cm z samoprzylepnym otworem prostokątnym o wymiarach 21.5cm x 24cm, zintegrowana z długim workiem z usztywnionym brzegiem do zbiórki płynów o wymiarach 55cm x 120cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

Zestaw 6.

Pakiet 8

Poz. 1

1. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu do zabiegów urologicznych TUR o poniższych parametrach:

Zestaw do zabiegów urologicznych. Skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm z folii PE 50 µ ze wzmocnieniem

1 x taśma przylepna z miękkiej włókniny

1 x taśma typu rzep

2 x ręcznik chłonny celulozowy 20 x 30 cm

1x serweta do zabiegów TUR 175/290 x 242 cm ze zintegrowanymi z przylepcami do fiksacji, z przylepnym otworem brzuszny \varnothing 8 cm, z przylepnym otworem na pręcie \varnothing 5 cm, z osłoną na palec, z torbą na płyny min. 95x55cm +/- 5cm z kształtką, z filtrem i portem do ssaka z zatyczką. Serweta wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu o gramaturze 58g/m² pozbawionego pylących włókien celulozy i wiskozy o niskim współczynniku pylenia $\leq 1,7 \log_{10}$ i wysokiej odporności na przenikanie płynów min. 165 cm H₂O.I klasa palności. Konstrukcja serwety zapewnia osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjenta. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany podwójnie we włókninę i sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

2. Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający oczekuje worka na płyny z dodatkową taśmą lepnią do fiksacji z fartuchem operatora oraz zintegrowanym sitem o małych oczkach, dzięki którym materiał do badań nie spada na dno worka?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

3. Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje osłon na nogi o długości min. 130 cm które zapewnią pełne okrycie kończyn pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Poz. 2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu do PCNL o poniższych parametrach:

-1x sterylna Serweta do PCNL (nefroskopii) 300x183 cm, ze wzmocnieniem chłonnym, z 4 kłapkami 11x51 cm, owalnym otworem wypełnionym folią operacyjną 30x20 cm, z wycięciem o średnicy 5 cm, torbą na płyny 58x109 cm z filtrem i portem. Serweta wykonana z bawełnopodobnej włókniny poliestrowo- celulozowej o gramaturze 70g/m², miękkiej, dobrze układającej się, „oddychającej”, ze wzmocnieniem chłonnym w strefie krytycznej 30x50cm +/-3cm o łącznej gramaturze min.140 g/m², odpornym na penetrację płynów (min. 200 cm H₂O), odpornym na rozerwanie na mokro/sucho (min. 407 kPa). I klasa palności

- 1x Sterylna serweta na stolik narzędziowy 140x190cm wykonana z folii PE 50 μ, ze wzmocnieniem z polipropylenu 74x190cm pakowana oddzielnie, zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pakiet 2

Poz.1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii dwustopniowej bez rozszerzaczy CH8 i CH9, kateter pigtail dł. 26 cm wykonany z miękkiego poliuretanu, igła dwuczęściowa 18G/20cm skalowana co 1 cm dobrze widoczna w USG, mandryn prostujący oraz koszulka prostująca cewnik, przedłużacz do połączenia katetera z workiem na mocz, kranik jednodrożny do regulacji przepływu, nacięcia na cewniku służące do mocowania cewnika.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

Poz.2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii trójstopniowej CH8, CH10, CH12, CH14: kateter pigtail dł. 29 cm (dla CH14 dł. 32 cm) zakończonym łącznikiem do łącznika do worka na mocz, cewnik wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan (wewnątrz sztywny, na zewnątrz miękki), igła typu Chiba 18G/20 cm skalowana co 1 cm dobrze widoczna w USG, prowadnica typu J z powłoką teflonową 0,035"x80 cm, komplet rozszerzadeł dopasowany do rozmiaru cewnika, łącznik do worka na mocz z mechanizmem obrotowym, kranik jednodrożny do regulacji przepływu, tulejka mocująca.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii trójstopniowej CH8, CH10, CH12: kateter pigtail dł. 29 cm (dla CH14 dł. 32 cm) zakończonym łącznikiem do

łącznika do worka na mocz, cewnik wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan (wewnątrz sztywny, na zewnątrz miękki), igła typu Chiba 18G/20 cm skalowana co 1 cm dobrze widoczna w USG, prowadnica typu J z powłoką teflonową 0,035"x80 cm, komplet rozszerzadeł dopasowany do rozmiaru cewnika z rozrywalną koszulką na ostatnim rozszerzadzie, łącznik do worka na mocz z mechanizmem obrotowym, kranik jednodrożny do regulacji przepływu, tulejka mocująca.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

Poz.3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowanie moczowodów podwójnie zagięty, otwarty -zamknięty: kateter podwójny pigtail CH6/26cm, prowadnik 0,035"/150 cm, popychacz 40 cm, zacisk.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

Poz.4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnika wykonanego ze stali nierdzewnej. Koniec dystalny typu J, miękki na dł. 4,5cm, półsztywny na dł. 5,5cm, sztywny na dalszej części. Średnica 0.035", długość 85cm oraz 100 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

Pakiet 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do podania botoksu 22G do cystoskopów, długość ostrza 4 mm z bezpiecznym ograicznikiem wklucia, długość całkowita 35 cm. Ostrze posiada nasadkę ochronną, redukującą uszkodzenia kanału roboczego. Produkt wyposażony w adapter typu Touhy Borst blokujący igłę w cystoskopie i ułatwiający pozycjonowanie jej.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

Pakiet 6

Pozycja 1.

Czy Zamawiający oczekuje, aby przewód miał również zastosowanie do resektoskopu przy procedurach takich jak TURP, TURBT oraz HoLEP.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pozycja 4, 5

Czy Zamawiający oczekuje, aby cewnik posiadał kanał drenażowy o kształcie prostokąta,

co redukuje ryzyko załamania ścianek i zamknięcia drenażu, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego przepływu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pakiet 6

Poz.4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika w rozmiarach CH18-24.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Poz.5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika z balonem 80 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Informacja przeznaczona do publikacji na stronie Zamawiającego:
https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings